

Woda demineralizowana

o wysokim stopniu czystości

INFORMACJE OGÓLNE

Woda demineralizowana o wysokim stopniu czystości. Spełnia wymagania normy **PN-EN ISO 3696** „Woda stosowana w laboratoriach analitycznych”. Parametry przewodności, pH oraz zawartości krzemionki na poziomie wody o czystości typ 2.

Wyprodukowana z wody dekarbonizowanej, która została poddana proces nowoczesnej wymiany jonowej. Zapewnia najwyższą czystość i zerową pozostałość po odparowaniu.

Sprawdza się w gospodarstwach domowych, laboratoriach i przemyśle.

WŁAŚCIWOŚCI

Wygląd	bezbarwna ciecz
Kod CN	2853 90 10
PKWiU	20.13.52.0
Przewodność, max.	1 μS/cm
pH	6,0 ÷ 7,5
Krzemionka, max.	0,02 ppm
Indeks nadmanganianowy, max.	2,0

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Produkt nietrwały. Powinien być magazynowany w zbiornikach (naczyniach) zamkniętych. Kontakt z otoczeniem może powodować pogorszenie parametrów jakościowych, szczególnie w parametrze przewodności i pH.