


Nazwa towaru: Ultrasonic Sterill (gotowy do użycia)				
Numer partii*	4491A25H25, 4493A25H25, 4492A25H25, 4666A25H25, 4467A25H25			
Data produkcji	25.08.2025			
Data ważności	25.08.2028			
Lp.	Parametr oznaczony	Metodyka	Wymagania	Wynik analizy
1	Wygląd, barwa	organoleptycznie	niebiesko-zielona, klarowna ciecz, bez osadu i zanieczyszczeń mechanicznych	zgodny
2	Zapach	organoleptycznie	charakterystyczny, kwiatowy	zgodny
3	Gęstość w temp. 20°C [g/cm³]	MB/ACH/LKJ/01	0,990 – 1,050	0,997
4	pH w 20°C	MB/ACH/LKJ/02	11,0 – 12,0	11,2
5	Test pienienia	organoleptycznie	zgodny ze wzorcem	zgodny

Przy zgłaszaniu uwag dotyczących jakości dostarczonego towaru prosimy powoływać się na numer partii towaru.

* numer partii na świadectwie jakości odpowiada pierwszym 10 znakom numeru partii umieszczonego na etykiecie opakowania handlowego

Agnieszka Pietrowska

 Starszy Laborant

Data i podpis 25.08.2025

Laboratorium Kontroli Jakości
Alpinus Chemia Sp. z o.o.