



KALIBRACJA SOND

W przypadku gdy sonda zostanie rozkalibrowana i dojdzie do błędnego wskazywania pomiarów temperatury, należy wygrzać sondę w piekarniku w temperaturze ok. 220°C przez 30 minut.



Należy pamiętać aby w piekarniku umieścić samą sondę bez wtyku!