


Especificação Técnica de Produto

Código	INT003002LR
Produto	Extensor duas vias com primer reduzido, ponta distal luer lock rotatório
ANVISA	80463910046
Marca	ForteCare
Fabricante	ForteCare Indústria de Produtos Médicos Ltda
Procedência	Produto Nacional
Tipo de Esterilização	Gás Óxido de Etileno
Validade	36 meses da data de Fabricação
Descrição do Produto	Extensor intermediário em duas vias composto por luer lock rotatório com tampa fechada, conector em Y, clamp corta fluxo e luer lock fêmea tampado Extensão: 12 cm de tubo de PVC cristal Diâmetro dos tubos: 1.5 x 2.5 mm – 4,5 French
Volume interno	± 0,22 ml
Apresentação	Extensor embalado individualmente, com protetores nas extremidades, estéril, apirogênico e atóxico. Isento de látex.
Embalagem	Embalagem unitária em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente que garante a integridade do produto e sua esterilidade. Embalagem que apresenta evidências irreversíveis após abertura.
Normatização	Produto conforme RDC 665 de 2022
Desenho esquemático	

REV 04 – 10/02/2023