

1. DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: ANUSCÓPIO

NCM: 9018.90.99

Códigos Produto:

TAMANHOS	REGISTRO ANVISA	CÓDIGO REFERÊNCIA	CÓDIGO SIMPRO	CÓDIGO SIAFÍSICO
Anuscópio com fenestra	10237610004	ANA	4075003	4591267
Anuscópio sem fenestra		ANF	0000994	4591275

2. IMAGEM



Anuscópio sem fenestra



Anuscópio com fenestra

3. DESCRIÇÃO

Anuscópio descartável indicado para exame de anoscopia.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Instrumental atóxico, composto por duas peças: corpo e êmbolo. Corpo transparente, com abas laterais para encaixe do sistema (fonte) de iluminação, e, opção de fenestrada na porção distal. Êmbolo sua porção distal em formato de fenda, e na porção proximal aro para melhor manuseio do mesmo.

Matéria prima corpo do anuscópio: poliestireno cristal.

Matéria prima embolo e ponteira do embolo: poliestireno.

Dimensões:

MODELOS	DIAMETRO PROXIMAL	DIAMETRO DISTAL	COMPRIMENTO CORPO	COMPRIMENTO EMBOLO	FENESTRA	COR DO EMBOLO
ANA	3,5 cm	1,8 cm	8,9 cm	14,5 cm	2,2 x 1,5 cm	Azul
ANF	3,5 cm	1,8 cm	8,9 cm	14,5 cm	-	Branco

5. ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO COMERCIAL

PRODUTO	ESTERILIZAÇÃO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL	MÚLTIPLO DE EXPEDIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
ANA	Não estéril	BOPP	Peça	25	250
ANF	Não estéril	BOPP	Peça	50	400

6. INSTRUÇÕES DE USO

De acordo com a técnica de domínio do profissional de saúde para realização de anoscopia.

7. VALIDADE PRODUTO E ESTERILIZAÇÃO

Dois (2) anos ou até abertura da embalagem e/ou violação da mesma.

8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo

9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado.
- O anuscópio deve ser utilizado com lubrificante adequado para este fim.
- Não há contraindicações conhecidas.

10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 665/2022 e internacionais da ISO 13485:2016

11. FABRICANTE

Kolplast CI Ltda

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

Indústria Brasileira