

INSTRUÇÕES DE USO

Kit Cateterismo Vesical 2

Notificação ANVISA nº: 10237610221

Modelos:

Kit composto por: 1 Pinça Pean, 1 Cuba Redonda, 1 Cuba Rim, 1 Campo Cirúrgico Fenestrado 40x40 cm, 1 Campo para Cobertura de Mesa 80x80 cm e 6 bolas de Algodão

Detentor da Notificação ANVISA e fabricante:

Kolplast CI Ltda.

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418 – Bairro da Mina – Itupeva – SP – CEP 13.299-364

Contato: 11-4961-0900 – e-mail: sac@kolplast.com.br

Website: www.kolplast.com.br

Responsável Técnico: Maria Izabel M. Viana Fittipaldi CRF/SP 14.118

Produto Estéril: Óxido de Etileno

Não utilizar se a embalagem estiver aberta e/ou danificada.

Advertências e Precauções:

Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada. Produto de uso único, descartar após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado. Produto de uso exclusivo de profissional habilitado para realização do procedimento.

Condições específicas de armazenamento, conservação e manipulação do produto:

Armazenar em local fechado, livre de umidade, elevado do solo.

Temperatura: de 10 °C a 40 °C

Umidade: 40% a 75%

A manipulação deve preservar as condições higiênicas do produto, tal como é apresentado.

Finalidade:

Material destinado para realização de cateterismo vesical de demora e/ou alívio.

Modo de uso:

Material destinado para realização de cateterismo vesical de demora e/ou alívio, de acordo com a técnica de domínio do profissional de saúde.

Emissão e revisão:

Revisão 01

Emitida em 02/12/2025