

**EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL CONECTOR ESCALONADO**  
ANVISA N°80163570026**FINALIDADE:**

Usado para administrar alimentos líquidos ou semi-líquidos até o estômago ou intestino delgado do paciente.

**COMPOSIÇÃO:**

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR ISO 8536-4:2024 adaptável em bolsa e frascos de soluções a serem administradas.
3. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada.
4. Tubo de PVC, 120, 150 cm de comprimento com diâmetro interno de 3,20 mm.
5. Pinça tipo rolete para a regulagem do fluxo de gotejamento, com rolete com estrias para atrito para auxílio na regulagem.
6. Conector escalonado.
7. Tampa protetora para o conector escalonado.
8. **FREE LÁTEX**

**EMBALAGEM:**

<b>MEDSONDA</b> PRODUTOS PARA SAÚDE	
DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, APIROGÊNICO, USAR CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA, DESTRUIR APÓS O USO, PRODUTO DE USO ÚNICO.	
<b>PROIBIDO REPROCESSAR</b>	
CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE USO PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES.	
WWW.MEDSONDA.COM.BR OU SOLICITE PELO	
SAC TEL: (43) 3512 2800 OU E-MAIL: SAC@MEDSONDA.COM.BR	
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO</b>	<b>ADVERTÊNCIAS</b>
REGIANE GAVLAK CRQ/PR 09201294	UTILIZAR APENAS SE A EMBALAGEM ESTIVER ÍNTEGRA E NO PRAZO DE VALIDADE.
VALIDADE: 4 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO	
<b>CONTÉM 1 (UMA) UNIDADE</b>	
FABRICANTE/DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO: MEDSONDA IND. E COM DE PROD. HOSPITALARES DESC. LTDA	
AV. THERESA DE SOUZA CARNEIRO, 1191 - DIST. IND.   CNPJ: 05.150.338/0001-43 ARAPOTI-PR   CEP: 84960-000   FONE: (43) 3512 2800   E-MAIL: MEDSONDA@MEDSONDA.COM.BR INDÚSTRIA BRASILEIRA	

Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:

Código ;

Descrição do produto;

Lote;

Data de fabricação.

Cadastro ANVISA;

Instrução de Uso e Revisão;

Código de barras.


Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

**ESTERILIZAÇÃO:**

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

**VALIDADE:**

Validade 4 anos.



**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:**

<b>Data</b>	<b>Revisão</b>	<b>Responsável</b>	<b>Alterações</b>
11/2020	05	Milena Costa Rivera	Inclusão do código 10312424 Alteração da palavra "luz interna" para "diâmetro interno" Alteração do diâmetro interno de "2,90 mm" para "3,20 mm" Exclusão do equipo 200 cm.
02/2022	06	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".
04/2025	07	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade "Gessica Dias Correia" para "Rozilda R. Oliveira". Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem e Atualização no Item 2.