BOLSA COLETORA DE URINA MODELO STANDARD

Cadastro / Registro M.S.:
80495510153

Modelos
Bolsa Coletora de Urina Sistema Fechado 2000ml

Indicação de uso
A Bolsa coletora de urina é utilizada para coleta de urina em pacientes com incapacidade de urinar, portadores de incontinência urinária, pacientes submetidos a processos cirúrgicos, onde há necessidade de esvaziamento da bexiga.

Especificação técnica
Fabricada em PVC Capacidade de 2000mL
Sistema Fechado
Válvula de drenagem inferior (ponto de descarte) “Torneira T”
Válvula anti-refluxo
Tubo extensor de 100cm fabricado em PVC transparente (diâmetro interno 7mm e diâmetro externo 9mm) sem tampa;
Conector escalonado com tampa protetora
Clamp corta fluxo
Alça para transporte
Ponto de coleta com membrana auto cicatrizante
Látex free
Não possui filtro antibacteriano;
Não possui filtro de ar;
Formato: quadrado
Estéril – óxido de etileno
Validade 3 anos após data de esterilização
Descartável, de uso individual e por procedimento

Apresentação
Embalagem primária: bolsa coletora acondicionada individualmente em embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico e abertura asséptica.
Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo 100 unidades de bolsa de urina.

Orientações de Uso
Certifique-se da perfeita sondagem e posicionamento da sonda de foley;
Inspecione visualmente o produto quanto a alguma imperfeição, deterioração superficial, integridade da embalagem e prazo de validade antes do uso;
Feche a pinça do tubo extensor e do tubo de saída;
Retirar a tampa do conector e aplicar a sonda de foley, de modo que esta ultrapasse toda a superfície de contato;
O profissional habilitado retira a tampa de proteção do conector para depois conectar a bolsa coletora ao adaptador do cateter vesical;
Posicione a tubulação para assegurar um refluxo sem obstáculos para a bolsa de drenagem;
Abrir pinça do tubo extensor;
Pendure a bolsa de drenagem no suporte da cama;
Para coleta de amostras, utilizar ponta de coleta com membrana auto cicatrizante;
A observação periódica deste sistema deverá ser feita para assegurar que a urina esteja fluindo livremente. Se uma coluna imóvel de urina for observada, cheque quanto ao posicionamento correto da bolsa e da tubulação e então quanto a uma obstrução física.
Se o posicionamento correto e a remoção da obstrução não permitir o fluxo livre, a bolsa pode necessitar ser trocada;

Quando o volume da urina for maior que o volume estimado do corpo da bolsa, a enfermeira abre a pinça do tubo de saída do reservatório da bolsa e descarte o conteúdo de maneira apropriada;
Por ser um produto de uso individual e por procedimento, após o uso descarte-o em local adequado.

A bolsa deve permanecer em uma altura elevada do chão, com a válvula fechada e não deve entrar em contato com o recipiente de descarte da urina. Em casos onde seja necessário elevar a bolsa acima do nível do paciente, sempre “clampar” a extensão do tubo, evitando o retorno da urina. Todas as instruções de uso acima servem para evitar a ocorrência de infecções.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “ESTÉRIL”
Ler atentamente as Instruções de Uso;
Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;
Descartar e não usar quando as embalagens chegarem previamente abertas ou danificadas.
Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;
Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade.

Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40ºC e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

Normas técnicas

ISO 13485:2016
RDC 40/2015
RDC Nº 665 de 28 de março de 2022

Códigos de Barra

EAN13	EAN14
7898652378300	17898652378307

Importado e distribuído por:

Medix Brasil LTDA.
CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70
Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil
Fone: +55 (45) 3039-4242

Responsabilidade Técnica

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368
Louise Marine Wittlich Succo CRF-PR N° 34371

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br
0800 006 3036

Revisão 02 de 24/05/2024

Imagens meramente ilustrativas:

Matriz: +55 45 3039 4242 | Filial: +55 41 3411 8974
Matriz: Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR
Filial: SC-417, 10535 | Mina Velha | Galpão 1, 2, 3 e 4 | Garuva/ SC
medixbrasil.com.br medixbrasil