



# CERTIFICADO DE ANÁLISE

<b>PRODUTO:</b>	PIPETA DE TRANSFERENCIA 3ML CX 25UN	<b>INSPEÇÃO:</b>	006774
<b>APRESENTAÇÃO:</b>	PIPETA DE TRANSFERÊNCIA 3ML PCT COM 25 UNIDADES	<b>LOTE:</b>	24030210
<b>DT. PRODUÇÃO:</b>	20/06/2023	<b>DT. VALIDADE:</b>	20/06/2026

<b>USO INDICADO</b>	Transferência de líquidos com capacidade de 3ml.
<b>APLICAÇÃO</b>	Produto laboratorial de uso único, descartar após o uso.
<b>ARMAZENAMENTO</b>	Após o processo de esterilização por óxido de etileno, a embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido como estéril. Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto. Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida
<b>MATERIA PRIMA E INSUMOS</b>	As matérias-primas e insumos utilizados pela atendem critérios de Controle de Qualidade e especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Qualidade.

ANÁLISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
PALAUDO ESTERILIZAÇÃO ETO	LAUDO ESTERILIDADE E CROMATOGRÁFICA DE GASES RESIDUAIS	LAUDO DA CLEAN ESTERILIZAÇÃO INDUSTRIAL	CONFORME
PALABWARE VISUAL	VISUAL	Luminária Olha contra a luz para ver se há não conformidades	CONFORME
BIOMEA	BIOENSAIO COM EMBRIÕES DE CAMUNDONGO	TAXA DE SOBREVIVÊNCIA > 80%	100%
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	TESTE DE ENDOTOXINA	<=0,5 EU/mL	CONFORME

<b>RESPONSÁVEL ANÁLISE:</b>	ISABELLA
<b>RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:</b>	ELIZIA