PINÇA
INSTRUCÕES DE USO

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Pinça para algodão 317
Pinça para algodão 317 UL
Pinça para algodão 318
Pinça para algodão 318 UL
Pinça para dissecção de tecidos;
Pinça para dissecção de tecidos UL.
Pinça univer -
Pinça univer UL
Pinça univer lisa
Pinça univer lisa UL

2. APRESENTAÇÃO
-Filme laminado com blíster de polietileno contendo 1 unidade do cabo para espelho.

3. COMPOSIÇÃO

Aço inoxidável AISI 304

4. INDICAÇÃO DE USO
Pinças 317, 318, univer e univer lisa - Para uso geral no consultório. Empregada para apreensão de objetos tais como gaze, algodão, fios. Pinça para dissecção de tecidos - Indicada para fixar, manipular e mover tecidos durante procedimentos cirúrgicos e laboratoriais.
Pinça para algodão -para manipular algodão e gaze durante procedimentos médicos e odontológicos, permitindo que o profissional tenha um manuseio preciso e seguro de pequenos materiais, sem contato direto, garantindo higiene e prevenindo contaminação. Ela é essencial para tarefas como aplicar ou remover algodão da cavidade oral, absorver fluidos, aplicar medicamentos e outros usos clínicos gerais.
- Produto não invasivo.

5. AÇÃO DO PRODUTO:

A pinça odontológica é um instrumento de aço inoxidável que tem a função de auxiliar no manejo dos materiais dentro ou fora da cavidade bucal.

6 . INSTRUÇÕES DE USO
-Antes do uso, a pinça deve ser esterilizada, seguindo os procedimentos indicados Posicione o material a ser manipulado entre as pontas da pinça e pressione as alças para fixá-lo..

7. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
- Manter o produto em sua embalagem sempre fechada.
- Manter em local seco e arejado.

8. CONTRA INDICAÇÃO AO PACENTE:
.Não se aplica.

9. PRECAUÇÕES
- Deve ser manipulado de acordo com as instruções.

10. ADVERTÊNCIA
- Somente para uso profissional.
- Use somente após esterilizado, conforme os métodos indicados

11. CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO
-Promove-se a limpeza mecânica com auxílio de uma escova de náilon, sob água corrente, com detergente neutro.
-Não devem ser utilizados produtos abrasivos, que favoreçam a corrosão.
- Após a limpeza os instrumentos devem ser bem enxaguados, para a total remoção do detergente, e enxugados, evitando-se a secagem natural ou durante a esterilização.
- A permanência de produtos químicos ou de umidade favorece o aparecimento de manchas e corrosão nos instrumentos.
- Em autoclave
- O instrumento, após lavagem e escovação, com sabão neutro líquido, e secagem, deve ser devidamente empacotado e autoclavado a 121°C durante 20 minutos
- .Em estufa
- O instrumento, após lavagem e escovação, com sabão neutro líquido, e secagem, deve ser devidamente empacotado e colocado em estufa a 170°C durante 60 minutos.
- O descarte deve seguir as instruções previstas na RDC 222 de 28 de março de 2018.

Rua Senador Alencar Nº 160 – complemento 156
Bairro: Vasco da Gama – Rio de Janeiro – RJ –
CEP: 20921-430 - CPNJ: 68.567.650/ 0001-57
Resp. Técnico: Arnildo Kuwer Neto – CRF- RJ: 3000
Cadastro ANVISA: **80149710302**
Email: sac@sswhite.com.br
(21) 96473-6645
www.sswhite.com.br

INDUSTRIA BRASILEIRA