

Fiche Technique

Thermomètre digital HACCP
Avec code couleur
Référence 91000-046/CC-ca

Caractéristiques

- -50+200°C / -58+392°F
- Résolution : 0.1°
- **Précision Garantie EN13485** : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
(-20+100°C) $\pm 1^{\circ}\text{F}$ (-4+212°F) sinon
 $\pm 1.5^{\circ}\text{C}/\pm 3^{\circ}\text{F}$
- Sonde inox perçante : 125 mm - $\varnothing 3.5$ mm
- **Étalonnage automatique** à 0°C / 32°F
- Pointe très fine $\varnothing 2.5$ mm
- **Étanche** IP 67
- Data hold
- **Lavable au lave-vaisselle**
- Compatible avec **induction**
- 1 pile CR2032
- En boîte



COULEURS DISPONIBLES



Conforme aux directives internationales HACCP
Avec le certificat de conformité et Précision garantie EN13485

Mode d'emploi

Pour allumer ou éteindre le thermomètre, appuyez sur "⏻".

SÉLECTION DE L'UNITÉ DE TEMPÉRATURE

Pour choisir l'unité de température désirée, appuyez sur [°C/°F].

MAINTIEN DES DONNÉES

Appuyez sur [HOLD] pour bloquer à l'écran la température affichée.
Appuyez de nouveau sur [HOLD] pour afficher la mesure normale.

ÉTALONNAGE AUTOMATIQUE À 0°C/32°F

Placez la sonde dans un mélange de 3 volumes de glace pour 1 volume d'eau. Appuyez sur "⏻" pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que CAL clignote. Appuyez sur [▼] pour ajuster l'erreur de température. Appuyez de nouveau sur "⏻" pour confirmer le réglage.



*Ne pas forcer la sonde. Ne pas mettre à l'intérieur d'un four. Ne pas utiliser dans un four à micro-ondes.
Si l'affichage devient faible remplacez la pile.*

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com


France