

FTK 109

TEST KIT PARA CLORO TOTAL Y pH

Ref. 101166

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Test kit de campo para el análisis de cloro total (método OTO) y pH

Método: Colorimetría con comparador visual, reactivos líquidos.

Escala: 0.3, 0.5, 1.0, 1.5, 3.0 ppm de cloro.
6.8, 7.2, 7.6, 7.8, 8.2 unidades de pH

Nº de análisis: 100 (con los reactivos que se suministran con el kit)



COMPONENTES

- 1 reactivo OTO
- 1 reactivo PHENOL RED
- 1 Comparador visual
- 1 Instrucciones en castellano

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

Análisis de cloro libre

1. Enjuagar y llenar la cubeta correspondiente al cloro del comparador hasta la marca con el agua a analizar.
2. Añadir 5 gotas de reactivo OTO. Tapar y mezclar.
3. Comparar el color obtenido con los colores estándar. Anotar el resultado como ppm de cloro total.

Análisis de pH

1. Enjuagar y llenar la cubeta correspondiente al pH del comparador hasta la marca con el agua a analizar.
2. Añadir 5 gotas de reactivo PHENOL RED. Tapar y mezclar.
3. Comparar el color obtenido con los colores estándar. Anotar el resultado como unidades de pH.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD

Mantener el kit y sus reactivos en lugar fresco y seco, alejado de temperaturas extremas.

Tapar los botes de reactivos inmediatamente después de su utilización.

Desechar el reactivo si se produce un cambio de color o presenta sólidos flotando en su interior.