



ILR Refrigerator Model VLS 200/300/350/400/500 A AC

GB Instructions for use

FR Consignes d'utilisation

ES Instrucciones para el uso

RUS Инструкция по эксплуатации

CHI 使用说明

مادختسالا تاميل لع ARA

WARNING

As the appliance contains flammable refrigerant, as stated on nameplate, it is essential to ensure that the refrigerant pipes are not damaged.

The quantity and type of the refrigerant used in your appliance is indicated on the rating plate.

Standard EN378 specifies that the room in which you install your appliance must have a volume of 1m³ per 8 g of hydro-carbon refrigerant used in the appliances. This is to avoid the formation of flammable gas/air mixtures in the room where the appliance is located in the event of a leak in the refrigerant circuit.

WARNING:

Ventilation openings in the appliance or in built-in structures must be kept clear.

WARNING:

Do not use other mechanical devices or means to accelerate the defrosting process or to remove rime other than those recommended by the manufacturer.

WARNING:

Do not damage the refrigerant system.

WARNING:

The appliance may not be exposed to rain.

WARNING:

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

WARNING:

Always, keep the keys in a separate place and out of reach of children.

WARNING:

Before servicing or cleaning the appliance, switch off circuit breaker.

WARNING:

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

**WARNING:**

Danger risk of fire or explosion.
Flammable refrigerant used,
as stated on nameplate. To
be repaired only by trained
personnel.

WARNING:

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

Contents

WARNING	2
Get to know your Refrigerator	5
General information	6
Voltage stabilizers.....	7
Electrical connection.....	7
Operation and function	8
Loading the appliance	9
Maintenance and cleaning.....	10
Trouble shooting	11
Warranty, spare parts and service	12
Disposal.....	13

Get to know your Refrigerator




fig. 1

General information

The VLS A AC is an ice-lined vaccine refrigerator. It has one compartment for vaccine storage (+2 to +8°C) equipped with baskets that are recommended to be used.

Power supply

The VLS A AC line is equipped with a heavy-duty compressor that can operate at voltages 22% below nominal voltage. See the rating plate. If voltage variations go beyond this range, it is recommended to use an automatic voltage stabilizer.

Technical data

See the rating plate, which is placed at the rear side of the appliance.

Unpacking

1. Unpack the appliance and check that it has not been damaged. If you observe any damage, inform your supervisor.
2. Check the rating for correct voltage and frequency.
3. Open and remove all internal packing material.

Location

The appliance must be placed in a well ventilated room, not in direct sunlight and away from other heating sources.

When installing the appliance please ensure that the floor is level. Please see figure 2 for further directions.




Fig. 2

There must be at least 30 mm clearance between the base of the appliance and the floor.

IMPORTANT! There must be free access to the ventilation grille (fig. 3).




Fig. 3

Voltage stabilizers

It is highly recommended that all cold chain equipment running on AC current is installed with a voltage stabilizer, in order to safeguard the equipment against voltage fluctuations.

Stabilizers should be selected & installed as per the input voltage available.

Instructions to User:

- Every refrigeration unit must be connected to an individual stabilizer.
- Bypassing of Stabilizer is not recommended, as such practice may lead to damage of the CCE & in turn safety of vaccines & hence must be avoided.
- **Proper earthing** should be available and connected.
- Emphasize on repairing stabilizers immediately. Identify authorized Vestfrost service provider in case of technical assistance is required.

The voltage stabilizer is also provided with arrangement to cut off its output voltage to the ILR in case the mains voltage goes below or above as per designed input voltage range. The output is restored automatically after the factory set delay 3 to 6 minutes (WHO/PQS E007/VS01.4 specifications) when the mains voltage is within the recommended range and remains within.




Fig. 4

Electrical connection

Wiring and connections in power supply systems must be all applicable (local and national) electrical codes. Consult these codes lengths and sizes prior to cabinet installation.

This device complies with relevant EU directives including Low Voltage Directive 2014/35/EU and Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

The socket should be freely accessible.

Information regarding voltage, current or power are given on the rating plate

The power cord may be replaced by a technician only.

Check that the plug fits your type of socket. If it does not fit, have a qualified electrician to fit the plug. This appliance must be earthed.

Connect the appliance to voltage stabilizer and connect voltage stabilizer to wall socket. (Fig 4 + 5)




Fig. 5

Operation and function




Fig. 6

Solar thermometer
Green lamp

The green lamp
is on when the
appliance
is connected to
the power supply.

range +2° to +8°C. Due to tolerance of the thermostat you should always control the temperature during cool down.

Electronic thermostat

The appliance has an electronic thermostat that controls the temperature in the vaccine compartment. The thermostat is factory set at default 4,5 °C, what in most ambient environments will keep the vaccine compartment within desired thresholds of 2°-8°C.

Starting procedure

Connect the mains lead to the power supply /voltage stabilizer.. The green lamp must light (fig. 6) to indicate that the appliance is operating. The electronic thermostat makes a self test, 20 seconds before the compressor starts.

Temperature control

It is recommended to check the inside temperature with an accurate thermometer twice a day. The inside temperature must be checked regularly according to WHO's standards and specifications.

Cool down of the appliance

Before the appliance is loaded with vaccines the ice-lining must be frozen. To ensure that the ice-lining is frozen do the following:

1. Place a thermometer in the top basket.
2. Let the refrigerator run for at least 48 Hours before loading vaccine.
3. Check the temperature in the vaccine compartment
(must be between +2° and +8°C).

The temperature in the vaccine compartment must always be monitored on the thermometer and be within the

Thermostat adjustment

Warning!

In the event adjustments of the thermostat is required, **ONLY** to be performed by trained cold chain technicians.

The thermostat is placed inside the compressor compartment, next to the temperature adjustment sticker. The thermostat is equipped with a dial that is turned left in order to adjust the appliance to a warmer temperature and right to adjust colder.

Important!

Adjust the thermostat max. 1°C at a time. Then monitor appliance carefully for min. 24h and check temperature, before any further adjustment is performed.




Fig. 7

Loading the appliance

Loading vaccines

When the temperature in the vaccine compartment has stabilized, i.e. and the temperature is between +2° and +8°C and the compressor stops and starts, vaccines can be loaded. The vaccines should be placed and arranged in the baskets.

To ensure air-circulation and prevent too low vaccine temperature, direct contact to the inside walls must be avoided. The Vaccine load in the baskets shall not be above top of the baskets.(fig. 9)

Vaccine storage

Below points are recommended vaccine storage advice outlined by Unicef

- Keep the vaccine boxes containing the vaccines in neat rows.
- Different vaccines should be kept separately to facilitate easy identification.
- Keep about, 2 cm. space between boxes of vaccines for circulation of air.




Fig. 8

- Store Freeze sensitive vaccines (DPT, TT, IPV, Penta and Hep. B) away from the bottom of the ILR to avoid freezing. Always keep the vaccines in the basket provided in the ILR. OPV, RVV BCG, JE and Measles vaccine to be stored at bottom of basket of the ILR.
- Vaccine should be stored as per their heat and cold sensitivity.

Do not load the vaccine above top of the baskets.





Fig. 9

Maintenance and cleaning

Daily maintenance:

The temperature in the vaccine compartment must always be monitored on the thermometer every day. Please note that the vaccine in the appliance must not freeze.

Weekly maintenance:

During normal use, water can accumulate at the bottom of the appliance; remove with a cloth or through the drainage hole. Wipe off water droplets on the inside wall at the same time. Check if lid gasket is sealing tight to the top frame when the lid is closed. A tight sealing lid reduces accumulation of water and formation of rime significantly.

Monthly maintenance:

Clean the grille on the right side of the refrigerator once each month. Clean vaccine compartment with lukewarm water and mild detergent. Clean outside of refrigerator with lukewarm water and mild detergent.

Yearly maintenance:

Electric connections and components are to be checked and cleaned once a year or more if necessary.

Cleaning

Disconnect the power supply before cleaning. The best way to clean the appliance is by using luke warm water with a small amount of unscented detergent. Never use cleaning agents that scour. Use a soft cloth. Rinse with clean water and dry thoroughly. It is important to prevent water from running into the control panel.

The gasket around the lid must be cleaned regularly to prevent discolouration and prolong service life. Use clean water. After cleaning the sealing strip, check that it continues to provide a tight seal.

If the appliance is not being used for any period of time, switch off the appliance, disconnect the power supply, empty the appliance, clean the inside, and leave the lid open to allow air circulation and prevent bad odor.

Trouble shooting

Fault	Possible cause	Remedy
Compressor is not running	Be patient, it is most likely that the compressor will start within a few minutes.	If this is not the case, check the following: <ul style="list-style-type: none"> - Check that power is connected - Check the fuse and replace it if necessary. - If the above is OK, call technical supervisor.
Compressor is running, and the temperature is too high	The ventilation grille is blocked. The lid is not closed properly. The temperature in the room in which the appliance is installed is too high.	Ensure unhindered air circulation. Ensure that the lid is closed properly. Shield the appliance against direct sun light and ensure more ventilation to the room.
No temperature is displayed	The micro processor control unit is broken Power not connected	Change the micro processor control unit. Check power outlet - Check power plug is connected.

Warranty, spare parts and service

Warranty disclaimer

Faults and damage caused directly or indirectly by incorrect operation, misuse, insufficient maintenance, incorrect building, installation or mains connections. Fire, accident, lightning, voltage variation or other electrical interference, including defective fuses or faults in mains installations are not covered by the warranty.

Repairs performed by others than approved service centres and any other faults and damage that the manufacturer can substantiate are caused by reasons other than manufacturing or material faults are not covered by the warranty.

Please note that changes to the construction of the appliance or changes to the component equipment of the appliance will invalidate warranty and product liability, and the appliance cannot be used lawfully. The approval stated on rating plate will also be invalidated.

Before calling for technical assistance, please check whether you are able to rectify the fault yourself. If your request for assistance is unwarranted, e.g. if the appliance has failed as a result of a blown fuse or incorrect operation, you will be charged the costs incurred by your call for technical assistance.

Spare parts

When ordering spare parts, please state the type, serial and product numbers of your appliance. This information is given on the rating plate (fig. 10). The rating plate contains various technical information, including type and serial numbers.




Fig. 10

Disposal

Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment and used Batteries



These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products and batteries should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling of old products and used batteries, please take them to applicable collection points, in accordance with your national legislation and the Directives 2002/96/EC and 2006/66/EC.

By disposing of these products and batteries correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

For more information about collection and recycling of old products and batteries, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.



For business users in the European Union.

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

Information on Disposal in other Countries outside the European Union

These symbols are only valid in the European Union. If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.



Note for the battery symbol:

This symbol might be used in combination with a chemical symbol. In this case it complies with the requirement set by the Directive for the chemical involved.

Avertissement

Puisque l'appareil contient un réfrigérant Inflammable, il est essentiel de s'assurer que les conduits du fluide réfrigérant ne sont pas endommagés.

La quantité et le type de réfrigérant utilisée dans votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique.

La norme EN378 précise que la pièce dans laquelle vous installez votre appareil doit posséder un volume de 1 m³ par 8 g de réfrigérant avec des hydrocarbures utilisés dans l'appareil afin d'éviter la formation de mélanges gaz/air inflammable dans la pièce où l'appareil est installé dans le cas où il y aurait une fuite dans le circuit réfrigérant.

AVERTISSEMENT:

Gardez les orifices de ventilation, situés sur la carrosserie de l'appareil ou autour de l'appareil, libres de toute obstruction

AVERTISSEMENT:

Ne pas utiliser d'appareils mécaniques ou autres moyens pour accélérer la décongélation sauf

ce qui est recommandé par le fabricant.

AVERTISSEMENT:

Ne pas endommager le système de réfrigération.

AVERTISSEMENT:

Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT:

L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie.

AVERTISSEMENT:

Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation par de jeunes enfants ou des personnes handicapées sauf si elles sont sous la surveillance d'un adulte responsable. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

AVERTISSEMENT:

Danger – risque d'incendie ou d'explosion si réfrigérant inflammable utilisé. L'appareil doit seulement être réparé par un personnel qualifié.

**AVERTISSEMENT:**

Ne pas entreposer des explosifs, tels que les aérosols avec propulseurs inflammables dans l'appareil.

Sommaire

Avertissement.....	3
Faire connaissance avec son réfrigérateur	5
Information générale.....	6
Caractéristiques techniques	7
Mise en service et fonctions	8
Chargement de l'appareil	9
Entretien et nettoyage	10
Identification des pannes.....	11
Garantie, pièces de rechange et service après-vente	12
Mise au rebut.....	13

Faire connaissance avec son réfrigérateur




fig. 1

Information générale

Le modèle VLS A AC est un réfrigérateur à vaccins avec doublage de glace. Il possède un compartiment pour le stockage de vaccins (+2 °C à + 8 °C) équipé des paniers comme équipement optionnel.

Alimentation électrique

Le modèle VLS A AC est équipé d'un compresseur puissant pouvant fonctionner sur un voltage de 22 % inférieur à la tension nominale. Voir la plaque signalétique. Si les variations de tension débordent cette plage, l'emploi d'un stabilisateur automatique de tension est recommandé.

Caractéristiques techniques

Voir la plaque signalétique placée à l'arrière de l'appareil.

Déballage

1. Déballer l'appareil et s'assurer qu'il n'a subi aucun dommage. Si un dommage est observé, contacter votre responsable technique.
2. Vérifier sur la plaque signalétique quelle tension et quelle fréquence conviennent
3. Ouvrir et sortir tout le matériel emballé à l'intérieur.

Emplacement

L'appareil doit être placé dans une pièce bien ventilée, à l'abri du soleil et loin des autres sources de chaleur.

Lors de la mise en place de l'appareil, s'assurer que le sol est bien plan. Pour plus d'informations, voir la figure 2.




fig. 2

Il doit y avoir au moins 30 mm d'espace entre la base de l'appareil et le sol.

Les ouvertures de ventilation sur l'appareil ou sur la structure incorporée doivent être maintenues libres de toute obstruction.

REMARQUE : L'accès à la grille de ventilation doit être libre. (fig. 3).




fig. 3

Caractéristiques techniques

Le câblage et les raccordements électriques des systèmes d'alimentation électrique doivent respecter les normes électriques (locales et nationales) en vigueur. Consultez ces normes avant toute installation de l'appareil.

Ce dispositif est conforme aux directives de l'U.E. le concernant, y compris la Directive 2014/35/EU sur la Basse Tension et la Directive 2014/30/EU sur la Compatibilité Electromagnétique.

Les informations concernant la tension et la puissance absorbée / courant sont indiquées sur la plaque signalétique.

Si un changement de cordon d'alimentation électrique s'impose, cette opération est réservée à un spécialiste.

La plaque signalétique fournit diverses informations techniques ainsi que les numéros de type et de série.

Connectez l'appareil au stabilisateur de tension et connectez le stabilisateur de tension à la prise murale.




Fig. 4




Fig. 5

Mise en service et fonctions




Fig. 6

Procédure de mise en route

Connecter le fil de sortie à la prise de courant. La diode verte doit s'allumer pour indiquer que l'appareil est en fonction. Le thermostat électronique procède à son propre test, 20 secondes avant la mise en route du compresseur.

Contrôle de la température

Il est recommandé de vérifier la température intérieure deux fois par jour à l'aide d'un thermomètre précis. Selon les standards et les spécifications de l'OMS, la température intérieure doit être contrôlée régulièrement.

Refroidissement de l'appareil

Avant que les vaccins soient chargés dans l'appareil, la contre-paroi réfrigérante doit être gelée. Pour s'assurer que la contre-paroi réfrigérante est bien gelée, procéder comme suit :

1. Placer un thermomètre dans le panier supérieur.
2. Laisser le réfrigérateur fonctionner pendant 48 heures au moins avant de charger les vaccins.
3. Contrôler la température dans le compartiment de vaccins (celle-ci doit se situer entre +2 et +8 °C).

La température dans le compartiment à vaccins doit être constamment contrôlée sur le thermomètre et doit se situer dans une fourchette de +2 à +8 °C. La précision du thermostat permet un contrôle constant de la température pendant le refroidissement.

Thermostat électronique

L'appareil dispose d'un thermostat électronique qui contrôle la température dans le compartiment du vaccin. Le thermostat est réglé en usine par défaut 4,5 °C, ce qui, dans la plupart des environnements ambients, maintiendra le compartiment du vaccin dans les seuils souhaités de 2°-8°C.

Réglage du thermostat

Attention!

Dans le cas où des ajustements du thermostat sont nécessaires, **SEULEMENT** doivent être effectués par des techniciens spécialisés en chaîne de froid.

Le thermostat est placé à l'intérieur du compartiment du compresseur, à côté de l'autocollant de réglage de la température. Le thermostat est équipé d'un cadran qui est tourné vers la gauche afin de régler l'appareil à une température plus chaude et droit de régler le froid.

Important!

Ajuster le thermostat max. 1 ° C à la fois. Ensuite, surveillez l'appareil soigneusement pendant une minute. 24h et vérifiez la température, avant tout ajustement supplémentaire effectué.




Fig. 7

Chargement de l'appareil

Chargement des vaccins

Une fois la température du compartiment à vaccins stabilisée, que celle-ci se trouve entre +2 et +8 °C et que le compresseur s'arrête et repart, les vaccins peuvent être introduits. Les vaccins doivent être disposés dans les paniers.

Pour assurer la circulation d'air et éviter des températures trop basses dans le vaccin, un contact direct avec les parois intérieures doit être évité.

La charge du vaccin dans les paniers ne doit pas être au-dessus dessus des paniers.




Fig. 8

Ne chargez pas le vaccin dessus du sommet des paniers.





Fig. 9

Entretien et nettoyage

Entretien journalier :

La température du compartiment pour vaccins doit toujours être relevée sur le thermomètre chaque matin et chaque soir. Veuillez noter que les vaccins dans l'appareil ne doivent pas geler.

Entretien hebdomadaire :

A l'usage normal, l'eau peut s'accumuler au fond de l'appareil: l'enlever avec un chiffon ou par le trou d'écoulement.

Essuyer des gouttelettes d'eau sur la paroi intérieure en même temps.

Dans certaines conditions ambiantes, du givre peut se former sur la paroi intérieure. Enlever le givre sans utiliser des outils à arêtes vives.

Vérifier si le joint d'étanchéité du couvercle joint bien sur le cadre supérieur lorsque le couvercle est fermé. Un couvercle à fermeture étanche réduit l'accumulation d'eau et la formation de givre considérablement.

Entretien mensuel :

Nettoyez la grille du côté droit du réfrigérateur une fois par mois.

Entretien annuel :

Les raccords électriques et les composants doivent être vérifiés et nettoyés une fois par année ou plus souvent si nécessaire.

Nettoyage

Débranchez l'alimentation avant le nettoyage.

La meilleure façon de nettoyer l'appareil est d'utiliser de l'eau chaude avec une petite quantité de détergent non parfumé. N'utilisez jamais des produits de nettoyage décapants. Utiliser un chiffon doux. Rincez à l'eau claire et séchez minutieusement. Il est important d'éviter que l'eau s'écoule dans le panneau de contrôle.

Le joint d'étanchéité autour du couvercle doit être nettoyé régulièrement afin d'éviter la décoloration et pour prolonger la durée d'utilisation. Utilisez de l'eau propre. Après le nettoyage du joint d'étanchéité, vérifiez qu'il continue de fournir une bonne étanchéité.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période de temps, ouvrez l'interrupteur d'alimentation, débranchez l'appareil, videz l'appareil, nettoyez l'intérieur et laissez le couvercle ouvert pour permettre à l'air de circuler afin de prévenir les odeurs.

Identification des pannes

En cas d'anomalie	Causes possibles	Marche à suivre
Le compresseur ne fonctionne pas et les poches de glace ne sont pas froides	Patienter. Le compresseur va certainement se mettre en marche dans quelques minutes.	<p>Si ce n'est pas le cas, procéder aux vérifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que l'alimentation est branchée et que le câble du panneau solaire à l'appareil n'est pas endommagé. - Vérifier l'état du fusible et le remplacer si nécessaire. - Si tous les éléments ci-dessus sont en ordre, appeler un responsable technique.
Le compresseur tourne, et la température est trop haute.	<p>La grille de ventilation est bloquée.</p> <p>Le couvercle n'est pas fermé correctement.</p> <p>Le ventilateur dans l'appareil est bloqué ou défectueux.</p> <p>Le ventilateur dans le compartiment du compresseur est bloqué ou défectueux.</p> <p>L'appareil est placé dans une température ambiante trop élevée.</p>	<p>Assurer la libre circulation de l'air.</p> <p>S'assurer que le couvercle soit bien fermé.</p> <p>Vérifiez que le ventilateur fonctionne, sinon, le remplacer. Voir la section : Service</p> <p>Vérifiez que le ventilateur fonctionne, sinon, le remplacer. Voir la section : Service</p> <p>Protéger l'appareil contre la lumière directe du soleil et assurer une meilleure ventilation de la pièce.</p>
La température n'est pas affichée	<p>Le thermomètre solaire ne fonctionne pas.</p> <p>Il n'y a pas assez de lumière pour le capteur solaire.</p>	<p>Remplacez le thermomètre solaire.</p> <p>Allumez la lumière.</p>

Garantie, pièces de rechange et service après-vente

Les pannes ou les dommages dûs directement ou indirectement à une utilisation incorrecte ou fautive, un entretien insuffisant, un encastrement, une mise en place ou un raccordement incorrect, un incendie, un accident, un impact de foudre, des variations de tension et tout autre dysfonctionnement électrique dû par exemple à des fusibles ou disjoncteurs défectueux, ou à des défauts du réseau d'alimentation électrique ne sont pas couverts par la garantie. Dans le cas de réparations effectuées par des personnes autres que les réparateurs agréés par le fournisseur, et en termes généraux l'ensemble des pannes et dommages dont le fournisseur peut prouver qu'ils sont dûs à d'autres causes que des erreurs ou défauts de fabrication et de matériaux et qui, par conséquent, ne sont pas couverts par la garantie.

Veuillez noter que lorsqu' une intervention dans la construction ou d'une modification des composants de l'appareil a été faite, la garantie et la responsabilité du fournisseur cesse, et l'appareil ne peut pas être utilisé légitimement.

Pièces de rechange

Lors de la commande de pièces de rechange, indiquer le type, numéro de produit et de production de l'appareil. Ces renseignements se trouvent sur la plaque signalétique au dos de l'appareil. La plaque signalétique renferme plusieurs informations techniques, dont les numéros de type et de série.



Fig. 10

TOUJOURS faire appel à des services agréés en cas de réparation ou de remplacement !

Mise au rebut

Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des piles et des appareils électriques et électroniques usagés.



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles et appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères. Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur ainsi qu'aux directives 2002/96/CE et 2006/66/CE.

En éliminant piles et appareils usagés conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à prévenir le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets potentiellement nocifs d'une manipulation inappropriée des déchets.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage des piles et appareils usagés, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie, du service municipal d'enlèvement des déchets ou du point de vente où vous avez acheté les articles concernés.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne

Si vous souhaitez vous défaire de pièces d'équipement électrique ou électronique, veuillez vous renseigner directement auprès de votre détaillant ou de votre fournisseur.

Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne

Ce pictogramme n'est valide qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour supprimer ce produit, contactez les autorités locales ou votre reveneur afin de connaître la procédure d'élimination à suivre.



Note relative au pictogramme à apposer sur les piles

Le pictogramme représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix est conforme à la réglementation. Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il remplit également les exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

Advertencia

Puesto que el aparato contiene un refrigerante inflamable, es esencial asegurarse de que no esté dañada la tubería de refrigeración.

La cantidad y el tipo de refrigerante usado en su aparato se indica en la placa de datos.

La Norma EN378 establece que el local en el que Ud. instale su aparato deberá tener un volumen de 1m³ por 8 g de refrigerante de hidrocarburos usado en los aparatos. El objetivo es evitar la formación de mezclas de aire/gas inflamable en el local donde esté situado el aparato, en caso de un escape en el circuito del refrigerante.

ADVERTENCIA:

Mantenga las aberturas de ventilación de la caja del aparato o de la estructura integrada libres de obstrucciones

ADVERTENCIA:

No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante

ADVERTENCIA:

No dañe el sistema del refrigerante

ADVERTENCIA:

No utilice aparatos eléctricos dentro del compartimento de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante

ADVERTENCIA:

No se debe exponer el aparato a la lluvia

ADVERTENCIA: Las personas (incluyendo niños) con facultades físicas, sensoriales o mentales mermadas o que carezcan de los conocimientos necesarios, sólo podrán manipular el aparato bajo vigilancia o con una instrucción minuciosa y detallada

ADVERTENCIA:

No deben usar este aparato niños pequeños ni personas débiles, salvo en caso de que estén vigilados por una persona responsable que se ocupe de que lo utilicen sin peligro. Debe-

ría vigilarse a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

ADVERTENCIA:

Peligro de incendio o explosión si refrigerante inflamable usado.
Solo Debe ser reparado por personal capacitado



ADVERTENCIA:

No guarde sustancias explosivas, tales como latas de aerosol con un propelente inflamable en este electrodoméstico.

Índice

Advertencia.....	2
Conozca su refrigerador	5
Información general.....	6
Conexión eléctrica	7
Operación y funcionamiento	8
Carga del aparato.....	9
Mantenimiento y limpieza	10
Corrección de fallos.....	11
Garantía, repuestos y servicio.....	12
Eliminación de electrodomésticos	13

Conozca su refrigerador




figura 1

Información general

El modelo VLS A AC es un refrigerador con revestimiento de hielo para vacunas. Tiene un compartimiento para almacenamiento de vacunas (+2° a +8°C) equipados con cestas como accesorio.

Fuente de alimentación eléctrica

El VLS A AC viene equipado con un compresor de servicio pesado que puede funcionar con voltajes hasta un 22% menores que el voltaje nominal. Consulte la placa de especificaciones técnicas. Si las variaciones de voltaje exceden estos márgenes, se recomienda el uso de un estabilizador automático de voltaje.

Datos técnicos

Consulte la placa de especificaciones técnicas colocada en la parte posterior del aparato.

Desembalaje

1. Retire el embalaje del aparato, y verifique que no tenga daños. Si observa algún daño, infórmelo a su supervisor.
2. Verifique que el voltaje y la frecuencia de la alimentación eléctrica coincidan con lo especificado.
3. Abra el aparato y retire todo el material de embalaje.

Ubicación

Se debe colocar el aparato en una habitación bien ventilada, no debe recibir luz solar directa y debe quedar lejos de otras fuentes de calor.

Al instalar el electrodoméstico asegúrese de que el piso esté nivelado. Consulte la figura 2 para obtener instrucciones adicionales.




figura 2

Debe haber una separación libre mínima de 30 mm entre la base del aparato y el suelo.

Deben mantenerse libres de obstáculos las aberturas de ventilación del aparato o de las estructuras integradas.

AVISO: No debe obstaculizarse el acceso a la rejilla de ventilación. (figura 3).




figura 3

Conexión eléctrica

Este aparato cumple con las directivas UE relevantes, incluso Directiva de Bajo Voltaje 2014/35/EU y Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU.

La toma de corriente deberá ser libremente accesible (preferentemente emplazada por encima del armario).

La información sobre voltaje / corriente o la energía, se dan en la placa de características.

Preparación

Verifique que el enchufe del aparato, se ajuste a su tipo de toma de corriente. Si no son compatibles, haga que un electricista calificado ajuste el enchufe del aparato.

Este aparato debe estar conectado a tierra.

Conecte el aparato al estabilizador de voltaje y luego conecte el estabilizador de voltaje a la toma de corriente.




Fig. 4




Fig. 5

Operación y funcionamiento




Fig. 6

Solar termómetro
La lámpara verde
La luz indicadora
verde está
encendida cuando
el aparato está
conectado a la
fuente de energía
eléctrica.

Procedimiento de funcionamiento inicial

Conecte los conductores principales a la fuente de alimentación. Es necesario que encienda la luz indicadora verde para indicar que el aparato está funcionando. El termostato electrónico realiza una prueba automática, 20 segundos antes del arranque del compresor.

Control de temperatura

Se recomienda verificar dos veces al día, con un termómetro de precisión, la temperatura interior. Es necesario verificar periódicamente la temperatura interior de acuerdo con las normativas y especificaciones de WHO.

Enfriamiento del aparato

Es necesario del revestimiento de hielo estén congelados antes de cargar el aparato con las vacunas. Para verificar que los cuatro lados del revestimiento de hielo estén congelados haga lo siguiente:

1. Coloque un termómetro en la canasta superior.
2. Deje que el refrigerador funcione durante al menos 48 horas antes de cargar la vacuna.
3. Verifique la temperatura en el compartimiento de la vacuna (debe estar entre los límites de +2° y +8 °C).

Siempre se debe observar en el termómetro la temperatura en el compartimiento de vacunas, y ésta debe encontrarse dentro de los límites de +2° a +8 °C. Debido a la

tolerancia mecánica de los termostatos siempre se debe controlar la temperatura durante el enfriamiento.

Termostato electrónico

El aparato tiene un termostato electrónico que controla la temperatura en el compartimiento de la vacuna. El termostato está ajustado de fábrica a un valor predeterminado de 4,5 °C, lo que en la mayoría de los ambientes ambientales mantendrá el compartimento vacunal dentro de los umbrales deseados de 2°-8°C.

Ajuste del termostato

¡Advertencia!

En caso de que se requiera el ajuste del termostato, SOLAMENTE deberá ser realizado por técnicos entrenados de la cadena de frío.

El termostato se coloca dentro del compartimiento del compresor, junto al adhesivo de ajuste de temperatura. El termostato está equipado con un dial que se gira a la izquierda para ajustar el aparato a una temperatura más cálida ya la derecha para ajustar el frío.

¡Importante!

Ajuste el termostato máx. 1°C a la vez. Luego, monitoree cuidadosamente el aparato durante unos minutos. 24h y verificar la temperatura, antes de realizar cualquier ajuste adicional.




Fig. 7

Carga del aparato

Carga de vacunas

Cuando la temperatura en el compartimiento de vacunas se haya estabilizado, es decir, la temperatura se encuentre entre +2° y +8 °C y el compresor se apague y se encienda, se podrán cargar las vacunas. Se recomienda colocar las vacunas ordenadamente en las canastas.

Para garantizar la circulación de aire y evitar demasiado baja temperatura de la vacuna, el contacto directo con las paredes interiores debe ser evitado.

La vacuna no debe ser cargada por encima de la parte superior de las cestas.




Fig. 8

No cargue la vacuna sobre la parte superior de las cestas.




Fig. 9

Mantenimiento y limpieza

Mantenimiento diario:

La temperatura en el compartimento de vacunas siempre debe controlarse en el termómetro cada mañana y cada noche. Por favor, recuerde que la vacuna dentro del aparato no debe congelarse.

Mantenimiento semanal:

Durante el uso normal, el agua puede acumularse en la parte inferior del aparato, retirar con un paño o a través del orificio de drenaje

Limpie las gotitas de agua en la pared interior, al mismo tiempo.

Bajo ciertas condiciones ambientales, puede formar escarcha en la pared interior. Retire la escarcha sin utilizar herramientas afiladas.

Inspecciona si la junta de la tapa se cierre hermético a la parte superior del marco, cuando la tapa está cerrada. Una tapa de cierre hermético reduce la acumulación de agua y la formación de escarcha significativamente.

Mantenimiento mensual:

Limpie la rejilla en el lado derecho del refrigerador una vez al mes.

Mantenimiento anual:

Deben controlarse y limpiarse las conexiones y componentes eléctricos una vez al año, o con mayor frecuencia si es necesario.

Limpieza

Desconecte la alimentación eléctrica antes de proceder a limpiar.

El mejor modo de limpiar el aparato es usando agua caliente, con una pequeña cantidad de detergente sin perfume. Nunca use agentes de limpieza abrasivos. Utilice un paño blando. Enjuague con agua limpia, y séquelo completamente. Es importante evitar que el agua penetre en el panel de mandos.

Es necesario limpiar regularmente el burlete alrededor de la tapa para prevenir la decoloración, y para prolongar la vida útil de servicio. Use agua limpia. Después de limpiar el burlete, verifique que éste continúe proporcionando un sello hermético.

Si no se va a usar el aparato durante un tiempo, desenchúfelo, desconecte la alimentación eléctrica, vacíe el aparato, límpie el interior, y deje la tapa abierta para permitir la circulación de aire e impedir que se formen malos olores.

Corrección de fallos

Fallo	Causa posible	Solución
El compresor no está en funcionamiento, y los paquetes de hielo no están fríos	Espere, lo más probable es que el compresor vuelva a funcionar a los pocos minutos.	Si esto no sucediera, compruebe lo siguiente: - Compruebe que esté conectada la alimentación eléctrica, y que el cable que va del panel solar al aparato esté intacto. - Controle el fusible, y cámbielo si es necesario. - Si todo lo arriba indicado está bien, llame a su supervisor técnico.
El compresor está en funcionamiento, y la temperatura es demasiado alta	La rejilla de ventilación está bloqueada. La tapa no está cerrada debidamente. El ventilador dentro del aparato está bloqueado o defectuoso. El ventilador dentro del compresor está bloqueado o defectuoso. La temperatura del local donde se ha instalado el aparato es demasiado alta.	Verifique que no haya obstrucciones para la circulación del aire. Verifique que la tapa esté debidamente cerrada. Controle que el ventilador esté en funcionamiento, de lo contrario debería cambiarse. Véase la sección: Servicio Controle que el ventilador esté en funcionamiento, de lo contrario debería cambiarse. Véase la sección: Servicio Proteja el aparato de la luz solar directa, y asegúrese de que el local esté más ventilado.
No se indica ninguna temperatura en la pantalla	El termómetro solar no funciona No hay suficiente luz para el sensor solar.	Cambie el termómetro solar. Enciende la luz.

Garantía, repuestos y servicio

Exclusiones de la Garantía

Fallos y daños causados directa o indirectamente por uso erróneo o indebido, mantenimiento insuficiente, integración o instalación erróneos o conexiones eléctricas defectuosas. Incendio, accidente, rayos, variaciones de voltaje u otras interferencias eléctricas, incluidos fusibles defectuosos o fallos en las instalaciones de suministro eléctrico.

La Garantía no cubre reparaciones realizadas por centros de servicio distintos de los autorizados, ni aquellos fallos y daños que el fabricante demuestre que se deben a causas distintas a defectos de fabricación o de materiales.

Por favor, tenga en cuenta que los cambios en la construcción del aparato o en sus componentes cancelarán esta Garantía y la responsabilidad de producto, y no podrá utilizarse el aparato legalmente.

Repuestos

Al hacer pedidos de repuestos, le sugerimos indicar el tipo y los números de serie y de producto del electrodoméstico. Esta información aparece en la placa de identificación del fabricante colocada en la parte trasera del electrodoméstico. La placa del fabricante contiene diversa información técnica, incluido el tipo de aparato y el número de serie.



Figura 10

Eliminación de electrodomésticos

Información para Usuarios sobre la Recolección y Eliminación de aparatos viejos y baterías usadas.

 Estos símbolos en los productos, embalajes y/o documentos adjuntos, significan que los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías no deberían ser mezclados con los desechos domésticos. Para el tratamiento apropiado, la recuperación y el reciclado de aparatos viejos y baterías usadas, por favor, observe las normas de recolección aplicables, de acuerdo a su legislación nacional y a las Directivas 2002/96/CE y 2006/66/CE.

Al desechar estos aparatos y baterías correctamente, Usted estará ayudando a preservar recursos valiosos y a prevenir cualquier potencial efecto negativo sobre la salud de la humanidad y el medio ambiente que, de lo contrario, podría surgir de un manejo inapropiado de los residuos.

Para mayor información sobre la recolección y el reciclado de aparatos y baterías viejos, por favor, contacte a su comunidad local, su servicio de eliminación de residuos o al comercio donde adquirió estos aparatos. Podrán aplicarse penas por la eliminación incorrecta de estos residuos, de acuerdo a la legislación nacional.



Para usuarios empresariales en la Unión Europea

Si usted desea descartar aparatos eléctricos y electrónicos, por favor contacte a su distribuidor o proveedor a fin de obtener mayor información.

Informacion sobre la Eliminación en otros Países fuera de la Unión Europea

Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea. Si desea desechar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le informen sobre el método correcto de eliminación.



Nota sobre el símbolo de la bateria

Este símbolo puede ser usado en combinación con un símbolo químico. En este caso, el mismo cumple con los requerimientos establecidos por la Directiva para los químicos involucrados

Меры предосторожности

Поскольку данное изделие содержит горючий хладагент, важно не допускать повреждения трубопроводов хладагента.

Количество хладагента и тип, используемого в вашем изделии, указано на табличке с паспортными данными.

Стандартом EN378 регламентируется, что помещение, в котором вы устанавливаете изделие, должно иметь объем 1 м³ на 8 г углеводородного хладагента, используемого в устройстве. Это требование имеет своей целью избежать образования горючей газо-воздушной смеси в помещении, где находится изделие, в случае нарушения герметичности контура хладагента.

ОСТОРОЖНО: Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в шкафу изделия или встроенной конструкции оставались открытыми

ОСТОРОЖНО: Для ускорения процесса размораживания не разрешается использовать никаких механических предметов или других средств, кроме рекомендованных изготовителем

ОСТОРОЖНО: Оберегайте контур хладагента от повреждений

ОСТОРОЖНО: Не используйте электрические приборы внутри охлаждаемого отсека хранения, исключая устройства рекомендованного изготовителем типа

ОСТОРОЖНО: Не оставляйте изделие под дождем

ОСТОРОЖНО: Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями, а также людьми, у которых отсутствует опыт или знание такого использования, если только им не был предоставлен надзор или не были даны инструкции, касающиеся использования устройства, со стороны человека, ответственного за их безопасность. Следует следить, чтобы дети не играли с устройством.

ОСТОРОЖНО: Оберегайте контур хладагента от повреждений.

ОСТОРОЖНО: Не храните взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллоны с горючей топлива в этом приборе.



ОСТОРОЖНО: Есть опасность взрыва или пожара легковоспламеняющихся хладагента используется. Должен только быть отремонтированы специально обученным персоналом.



Содержание

Меры предосторожности.....	2
Ознакомьтесь со своим холодильником .	5
Общие сведения	6
Электрическое подключение	7
Настройка и режимы работы	8
Загрузка устройства	9
Техническое обслуживание и мойка	10
Поиск и устранение неисправностей	11
Гарантия, запасные части и сервис	12
Утилизация	13

Ознакомьтесь со своим холодильником




рис. 1

Общие сведения

Общие сведения

Модель VLS A AC представляет собой холодильный шкаф с ледяной обшивкой для вакцины. Холодильник имеет одно отделение для хранения вакцины (от 2 до +8°C). В качестве дополнительного оборудования имеются корзинки.

Параметры питающей сети

VLS A AC снабжен специальным компрессором, способным работать при напряжении на 22% ниже номинального. См. табличку с техническими данными. При более сильных колебаниях напряжения рекомендуется пользоваться автоматическим стабилизатором напряжения.

Технические данные

См. табличку с техническими данными на задней стороне устройства.

Распаковка

1. Распакуйте устройство и проверьте его на наличие повреждений. При обнаружении каких-либо повреждений, сообщите об этом руководству.
2. Сравните данные таблички с напряжением и частотой вашей сети.
3. Извлеките из устройства внутренний упаковочный материал.

Выбор места

Устройство должно быть установлено в хорошо проветриваемом помещении, в защищенном от прямых солнечных лучей месте и в отдалении от других источников тепла.

Проводя установку устройства, убедитесь в том, что пол ровный. Для дальнейших указаний см. рис. 2.




Рис. 2

Между днищем изделия и полом должен быть зазор не менее 30 мм.

Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия на изделии или его внутренних конструктивных элементах оставались незасоренными.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо обеспечить свободный доступ к вентиляционной решетке.




Рис. 3

Электрическое подключение

Urządzenie spełnia wymogi właściwych dyrektyw UE, w tym Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/EU oraz Dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU.

Электрическое подключение всегда должно быть сделано в соответствии с местными правилами.

Информация о напряжении, ток или мощность приведены на табличке

Данные относении напряжения и потребляемой мощности / тока приведены на табличке.

Зеленая индикаторная лампа, расположенная на панели управления, загорается, когда устройство подключается к источнику электропитания.

Подключите прибор к стабилизатору напряжения и подключите стабилизатор напряжения к розетке.




Fig. 4




Fig. 5

Настройка и режимы работы




рис. 6

Порядок запуска

Подключите холодильник к сети.

Должна загореться зеленая лампочка, показывающая, что устройство работает. Электронный термостат проводит самотестирование в течение 20 сек. до включения компрессоров.

Контроль температуры

Рекомендуется производить проверку внутренней температуры с помощью точного термометра два раза в день. Внутренняя температура должна регулярно проверяться в соответствии со стандартами и спецификациями ВОЗ.

Охлаждение устройства

Перед загрузкой устройства вакциной необходимо заморозить охлаждающие элементы. Чтобы все охлаждающие элементы замерзли, необходимо сделать следующее.

1. Поместите термометр в верхнюю корзину.
2. Перед тем, как загрузить вакцину, оставьте холодильник включенным минимум на 48 часов.
3. Проверьте температуру в отсеке вакцины (она должна быть в пределах от 2° до 8°C).

Температуру в отделении для вакцины необходимо постоянно проверять при помощи термометра. Она должна находиться в пределах от 2 до 8°C. Из-за погрешности термостата необходимо

постоянно проверять температуру во время охлаждения устройства.

Электронный термостат

У прибора есть электронный термостат, который контролирует температуру в отсеке для вакцины. Термостат установлен на заводе по умолчанию 4,5 °C, что в большинстве окружающих сред будет поддерживать отделение вакцины в пределах желаемых пороговых значений 2°-8°C.

Регулировка термостата

Предупреждение!

В случае необходимости регулировки термостата, **ТОЛЬКО** выполняются обученными специалистами по холодным цепям.

Термостат находится внутри отсека компрессора рядом с наклейкой для регулировки температуры. Термостат оснащен циферблатом, который повернут влево, чтобы настроить прибор на более теплую температуру и отрегулировать холоднее.

Важный!

Отрегулируйте термостат макс. 1°C одновременно. Затем внимательно следите за прибором в течение мин. 24h и проверьте температуру, прежде чем выполнить какую-либо дальнейшую настройку.




рис. 7

Загрузка устройства

Загрузка вакцины

Когда температура в отделении для вакцин стабилизируется, то есть устанавливается в диапазоне от 2° до 8°C, и компрессор включается и выключается, можно загружать вакцину. Пробирки с вакциной должны быть размещены в корзинах.

Для обеспечения циркуляции воздуха и предотвращения слишком низкой температуре вакцины, прямой контакт к внутренним стенкам следует избегать. Вакцина нагрузки в корзинах не должна быть выше верхней части корзины.




рис. 8

Не загружайте вакцины выше верхней части корзины.




рис. 9

Техническое обслуживание и мойка

Ежедневное техническое обслуживание:

Каждое утро и каждый вечер следует проверять температуру в отсеке хранения вакцины. Следует иметь в виду, что вакцина внутри ларя не должна замерзать. Настройка температуры осуществляется в заводских условиях, и ее регулировка силами неквалифицированного персонала не допустима.

Еженедельное обслуживание:

Во время нормального использования, вода может накапливаться в нижней части прибора, удалить тряпкой или через дренажные отверстия.

Протрите капель воды на внутренней стене в то же время.

При определенных условиях окружающей среды, иней могут образовываться на внутренней стенке. Удалить иней без использования инструментов с острыми краями.

Убедитесь, что прокладка крышки уплотнения плотно прилегает к верхней рамке, когда крышка закрыта. Плотной крышкой уплотнение уменьшает накопление воды и образование изморози значительно.

Ежемесячное техническое обслуживание:

Ежемесячно очищайте решетку с правой стороны морозильного ларя.

Ежегодное техническое обслуживание:

Ежегодно или при необходимости более часто следует проверять и очищать электрические компоненты и соединения.

Мойка

Перед мойкой отключите электропитание.

Для мойки изделия лучше всего использовать теплую воду с небольшим количеством непахучего моющего средства. Никогда не применяйте чистящие средства для удаления отложений. Используйте мягкую ткань. Выполните споласкивание чистой водой и тщательную сушку. Важно не допустить попадания воды на панель управления.

Уплотнительную полосу по периметру крышки следует регулярно очищать для того, чтобы избежать ее обесцвечивания и продлить срок службы. Используйте чистую воду. После очистки уплотнительной полосы убедитесь в том, что она по-прежнему обеспечивает герметичное закрытие ларя.

В случае вывода изделия из эксплуатации на какой-то период времени выключите его, отсоедините от источника питания, извлеките все содержимое, выполните мойку внутри и оставьте крышку открытой для циркуляции воздуха и предотвращения появления запахов.

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Компрессор не работает, и ледяные кассеты не холодные	Не проявляйте нетерпения, скорее всего компрессор запустится в течение ближайших минут.	В противном случае выполните следующие проверки: <ul style="list-style-type: none"> - Убедитесь в том, что питание подключено и провод, идущий от солнечной панели к изделию, не поврежден. - Проверьте плавкий предохранитель и замените его при необходимости. - Если указанные выше действия не дали результата, вызовите технического специалиста.
Компрессор работает, и температура слишком высока	Засорена вентиляционная решетка. Крышка не закрыта надлежащим образом. Вентилятор внутри изделия заклинило или он вышел из строя. Вентилятор в отсеке компрессора заклинило или он вышел из строя. Температура помещения, в котором установлено изделие, слишком высока.	Обеспечьте нормальную циркуляцию воздуха. Закройте крышку надлежащим образом. Проверьте работу вентилятора. Если вентилятор не работает, его необходимо заменить. См. раздел: Сервис Проверьте работу вентилятора. Если вентилятор не работает, его необходимо заменить. См. раздел: Сервис Заштитите изделие от падения на него прямых солнечных лучей и улучшите вентиляцию в помещении.
Температура не отображается	Солнечный термометр не работает. Существует не достаточно света для солнечных датчиков.	Замените солнечный термометр. Включите свет.

Гарантия, запасные части и сервис

Отказ от гарантийных обязательств

Поломки и повреждения, обусловленные напрямую или косвенно несоблюдением правил эксплуатации, использованием не по назначению, неудовлетворительным техническим обслуживанием, неправильным механическим или электрическим монтажом. Пожары, аварии, удары молнии, перепады напряжения или другие электрические нарушения, включая дефектные плавкие предохранители или неисправности питающей сети.

Следует иметь в виду, что внесение изменений в конструкцию изделия или комплектацию изделия ведет к аннулированию гарантии и ликвидации ответственности за качество изделия, а само изделие нельзя будет эксплуатировать законно.

Запасные части

При заказе запасных частей укажите тип, Продукт и заводской номера вашего изделия. Эта информация приведена на табличке с паспортными данными на задней стенке изделия. Табличка с паспортными данными содержит различную техническую информацию, включая тип и серийные номера.

Примечание: При необходимости ремонта или замены вашего изделия обращайтесь только в официальные сервисные центры!



рис. 10

Утилизация

Информация за събиране и изхвърляне на стари електроуреди и батерии



Тези символи, поставени на продуктите, опаковките и/или съпътстващите ги документи обозначават електронни уреди, които не трябва да бъдат изхвърляни заедно с потока битови отпадъци. За да бъдат правилно третирани и рециклирани, моля да предадете тези продукти на специално предназначените за тази цел места, спазвайки разпоредбите на националното законодателство и европейските директиви 2002/96/EC и 2006/66/ЕС.

Спазвайки инструкциите за правилното изхвърляне на такива уреди и батерии, вие ще помогнете да запазим ценни ресурси и да предотвратим възможни негативни ефекти върху човешкото здраве и околната среда. Моля, обърнете се към местните общински власти или търговския обект, откъдето сте закупили продукта, за да получите допълнителна информация за най-близкия събирателен пункт или място за изхвърляне на стари електроуреди и батерии.

При направилно изхвърляне на уреда, може да понесете наказателна отговорност, в съответствие разпоредбите на националното законодателство.



За бизнес потребители в Европейския Съюз

Pb

Ако желаете да изхвърлите ненужни електроуреди, моля свържете се с вашия дилър или доставчик за повече информация.

Информация за страни извън Европейския Съюз

Тези символи са валидни само в рамките на Европейския Съюз. За информация относно правилно изхвърляне на такива отпадъци потърсете местните органи на властта или дилъра си.



Забележка за символите върху батерии

Тези символи могат да бъдат използвани заедно с химически символ. В такъв случай те спазват изискванията определени от директива за съответния химикал.

警告

作为该设备含有可燃性致冷剂，它是必不可少的，以确保制冷剂配管不被损坏。

标准EN378指定在其中您安装设备的房间必须有每8克的电器使用碳氢制冷剂的1立方米的体积。这是为了避免可燃气体/空气混合物在房间里的设备位于的在制冷剂回路泄漏的事件的形成。在您的设备中使用的制冷剂的量标在铭牌上。

警告: 保持设备柜或内置结构通风口畅通无阻。

警告: 不要使用制造商推荐之外的其它机械装置或其它手段加速解冻过程。

警告: 不要损坏制冷系统。

警告: 不要在冷藏室内使用电器，除非是制造商推荐的那种。

警告: 不要将设备暴露在雨中。

警告: 本产品不适合年幼的孩子使用，除非他们已由负责人员监督，确保他们能够安全使用本设备。

年幼的孩子应有人员监督，确保他们不玩弄设备。



警告 :不要损坏制冷系统

警告 :危险火灾或爆炸的危险。使用可燃性制冷剂。只能由经过培训的人员进行维修。

警告 :请勿将爆炸性物质，如喷雾罐，在此设备中的易燃推进剂。

警告	2
熟悉你的电冰箱	3
般信息	4
技术数据	5
运行和功能	6
装载设备	7
保养和清洁	8
故障查寻	9
担保，零件和服务	10
處理	11

熟悉你的电冰箱




图 1

般信息

VLS A AC 模式是一台冰衬垫疫苗电冰箱。电冰箱有一个存装备有篮子的存储疫苗的疫苗室 (+2 ° C到+8 ° C)。装备有篮子的设备供选择。

电力

VLS A AC 模式电冰箱配备重型压缩机，可以在低于正常电压 22% 的电压下操作。参见等级牌。如果电压变化超出这个幅度，建议使用自动电压稳定器。

技术数据

参见设备后面的等级牌。

拆除包装和安装

打开包装

1. 打开设备包装，检查设备是否受损。如果你发现任何损坏，请通知管理员。
2. 检查电压和频率。（第10页图6）
3. 打开并清除所有内部包装材料。

位置

设备必须放置在通风良好的房间里，不受直接的日光照射，远离其它热源。

安装设备时请确保地面平坦。详情请参看图 2。




图 2

设备的基座和地面之间应有最少30mm的间隙。

设备的通风开口和内置结构应保持清洁。

注意：格板应能自由接近，无阻碍。




图 3

技术数据

本设备符合欧盟相关指令，包括欧洲经济共同体低电压设备2006/95指令，以及电磁匹配2004/108/EC指令。

铭牌上提供各种信息，以及型号和序列号。

本单元接通电源后安装在控制板上的绿色指示灯亮。

关于电压，电流或功率的信息在铭牌上给出。

制备

检查插头是否适合您的插座类型。如果不合适，请使用合格的电器来安装插头。该电器必须接地。

将电器连接至稳压器，并将稳压器连接至墙上插座。




图 4




图 5

运行和功能




图 6

开始程序

主导线接通电源。 绿色灯必须亮（图 4），以表示设备在运行中。 压缩器开始之前20秒电子温度调节器作自我检查。

温度控制

建议用精确的温度计每天检查内部温度 每天两次。 内部温度必须根据世界卫生组织的标准和规格定期检查。

冷却设备

在装载疫苗到设备中前，衬必须冻结。 为确保 周边的冰衬已经冻结，采取以下步骤：

1. 温度计放置在设备上方或在购物篮，如果这是作为一个可选的用于组织存储的疫苗。
2. 装载疫苗前应让制冷机运转至少48小时。
3. 温度控制在疫苗舱（必须在+2° C至+8 ° C之间）。

疫苗中的温度必须始终监视在温度计上，每天两次，并必须在+2 ° C至+8 ° C 的幅度内。 由于温度调节器有一定公差，冷却时必须始终控制温度。

电子恒温器

该设备具有控制疫苗隔室温度的电子恒温器。 恒温器在出厂默认为4, 5°C，大多数环境条件下，疫苗隔室将保持在20–60°C所需的阈值范围内。

恒温器调节

警告！

在需要调节恒温器的情况下，仅由经过培训的冷链技术人员进行。

恒温器放置在压缩机室内，温度调节贴纸旁。 恒温器配有一个转盘左转，以便将设备调整到较暖的温度，并调整较冷的温度。

重要！

调节恒温器最大 1° C。 然后仔细监控设备。 24h，然后检查温度，然后进行任何进一步的调整。




图 7

装载设备

装载疫苗

当疫苗室的温度稳定下来时，即温度在+2° C 至 +8° C 之间，压缩器停止又开始时，便可以装载疫苗了。 疫苗应安置在疫苗篮内。

为了确保空气流通，并防止过疫苗的低温度，必须避免直接接触到内壁。
在筐疫苗负荷不得筐顶部以上。




图 8

不要装入筐顶部以上的疫苗。




图 9

保养和清洁

日常保养:

疫苗室温度应当随时通过温度调节器早晚进行监察。注意，设备中的疫苗不能冷冻。温度是产品出厂时设置的，不应由非授权人员进行调整。

每周例行维护

在正常使用过程中，水可以在该设备的底部积聚；删除用布或通过排水孔。

擦拭时的水滴在同一时间的内壁上。

在特定的环境条件下，雾凇可以形成的内壁上。将雾凇，而不使用的是锋利的刃的工具。

检查，如果盖垫片密封的顶部帧紧迫当盖被关闭时。一个严密的密封盖子可减少积水和雾凇的形成显着。

月保养:

每月清洁一次制冷机右侧的格板。

年保养:

检查电气连接和元件，每年最少清洁一次，如有必要清洁多次。

清洁

清洁前应切断电源。

清洁设备的最好方式是使用热水(最高85 °C)加少量的不含芳香剂的清洁剂。绝对不能使用冲刷的清洁剂。使用柔软的布片沾上干净的水彻底地擦干。重要的是应防止水流进控制板。

盖子周围的密封条应当定期清洁，防止退色，延长使用寿命。使用干净的水 清洁密封条后检查其是否仍旧密封。

如果设备一段时间不用，应关闭设备，切断电源，卸空设备，清洁内部，打开盖子让其通风，防止产生怪味。

故障查寻

故障	可能的原因	补救
压缩机不运行，冰包不冷。	耐心点，很可能压缩机几分钟内就会开动。	如果不开动，请检查下列情况： - 检查电源是否接上，从太阳能板到设备的电缆线是否正常。 - 检查保险丝，若有必要进行更换。 - 如果上述情形正常，请给监察员打电话。
压缩机在运行中，温度太高。	通风格板堵死。 盖子关闭不妥。 设备内风扇堵死或者残损。 压缩机室风扇堵死或残损。 安装设备的室内温度过高。	确保空气流通不受阻碍。 确保盖子关闭适当。 检查风扇是否运行，若不运行应当更换。 参见：服务 检查风扇是否运行，若不运行应当更换。 参见：服务 遮挡设备，使之不受直接的阳光照射，并确保室内更好的通风。
无温度显示。	太阳能温度调节器功能不良。 没有足够的光线，太阳传感器。	更换太阳能温度调节器。 把灯打开。

担保，零件和服务

质量担保免责条款

由于直接或非直接的不当操作，使用错误，保养不良，不正确的建筑，安装或连接产生的故障和损害，火灾，事故，雷电，电压变化或者其它电气干扰，包括不良保险丝或者主设备的故障不包括在本担保中。

由本公司批准的服务中心之外的其他人进行的修理，以及其它厂商可以证实的生产或者材料之外的原因造成的故障不包含在本担保中。

请注意，更改设备的结构，或者更换设备的部件将导致本担保和产品责任无效，并且设备不能合法使用。 等级牌上注明的批准文字也将无效。

由买方发现的运输损坏主要由买方和批发商之间解决，也就是说，批发商应确保这种投诉应当得以解决，使买方满意。

在打电话寻求技术帮助之前请检查你自己是否能排除故障。 如果你要求的帮助不在本担保范围内，也就是说，如果设备出现故障是因为保险丝断裂，或者操作不当，将向你收取因为你打电话寻求帮助而产生的费用。

零件

订购零件时请说明设备的类型，系列和产品号。 这些信息标注在等级板上。 等级板上有各种技术信息，包括类型和系列号。




图 10

處理



以下設備回收符號僅在歐盟國家有效。歐盟以外的國國家的廢物處置資訊如果要廢棄產品，請與當地機構或經銷商聯繫，獲取正確的廢棄方法。

對於歐盟的商業用戶如果你希望拆卸電氣和電子設備，請和你的經銷商和供應商聯繫，獲取進一步的資訊。

其它國家有關處理這些廢物的資訊，請與您當地政府機關或者銷售商聯繫，詢問處理的正確方法。



請注意電池的符號：

與化學符號組合，並符合法令對涉及的化學元素的規定。

التخلص من الأجزاء القديمة والمستعملة

للمستخدمين التجاريين بالاتحاد الأوروبي.
في حال رغبتك في التخلص من الأدوات الكهربائية
والإلكترونية، يرجى الاتصال بمتاجرك أو موزعك
للحصول على مزيد من المعلومات.



[معلومات عن كيفية التخلص في بلد آخر خارج
الاتحاد الأوروبي]

تسري هذه الرموز في الاتحاد الأوروبي فقط. وفي
حال رغبتك في التخلص من هذا المنتج، يرجى
الاتصال بالسلطة المحلية أو التاجر الذي تتعامل معه
والسؤال عن طريقة التخلص الصحيحة.

ملحوظة لرمز البطارية (يوجد بالأسفل مثالين
لرمز):



قد يستخدم هذا الرمز بالاتحاد مع رمز كيميائي.
في هذه الحالة ينطوي مع المطالبات التي تحدها
التوجيهات الخاصة بالمادة الكيميائية المذكورة.

معلومات للمستخدمين عن كيفية جمع الأدوات القديمة
والبطاريات المستعملة والتخلص منها

هذه الرموز الموجودة على المنتجات، العبوات
وأو الوثائق المرفقة تعني أنه لا يجب خلط المنتجات
الكهربائية والإلكترونية والبطاريات مع المخلفات
المنزلية العامة. وللتعامل مع المنتجات القديمة
والبطاريات المستعملة بطريقة خاصة وإعادة استخدام
هذه المواد وإعادة تدويرها، يرجى أخذها لنقط تجميع
 المناسبة، وتطبيق التشريعات المحلية والتوجيهات
 EC/٦٦/٢٠٠٦ و EC/٩٦/٢٠٠٢



بتخلص من هذه المنتجات والبطاريات بشكل
صحيح، ستساعد في حفظ الموارد القيمة ومنع أي
آثار سلبية محتملة على صحة الإنسان وسلامة البيئة
التي قد تنتج عن التعامل غير السليم مع المخلفات.


ولمزيد من المعلومات عن تجميع وإعادة تدوير
المنتجات القديمة والبطاريات، يرجى الاتصال بمجلس
البلدية المحلي، أو خدمة التخلص من المخلفات
الخاصة بك أو نقطة البيع حيث تشتري أغراضك.

قد يتم تطبيق العقوبات نتيجة التخلص الغير صحيح
من المخلفات، تماشيا مع القوانين المحلية.

الضمان وقطع الغيار والخدمة

قطع الغيار

عند طلب قطع الغيار، يرجى ذكر النوع والرقم التسلسلي وأرقام المنتج الخاصة بجهازك. توجد هذه المعلومات على لوحة التصنيف. تحتوي هذه اللوحة على العديد من المعلومات الفنية، منها النوع والأرقام التسلسليّة.



إبطال صلاحية الضمان

حالات الأخطاء والتلف المباشرة أو الغير مباشرة التي تنتج عن التشغيل الغير صحيح وسوء الاستخدام والصيانة الغير كافية والتجميع والتركيب والتوصيل الغير صحيح، الحرائق والحوادث والتغير في الجهد أو أي تدخل كهربائي آخر، بما فيها الصمامات التالفة أو الأخطاء في تركيب مصادر الكهرباء مثل هذه الأشياء لا يقوم الضمان بتغطيتها.

ولا يقوم الضمان أيضًا بتغطية الإصلاحات التي قامت بها مراكز غير مراكيز الصيانة المعتمدة وأي أخطاء ونواقف أخرى يمكن للمنتج إثبات أنها حدثت بسبب آخر غير عيوب التصنيع أو عيوب المواد.

يرجى ملاحظة أن التغييرات التي تطرأ على بنية الجهاز أو التغييرات التي تطرأ على معدات تجهيزه ستؤدي إلى إبطال ضمان وموثوقية المنتج، وعندها يكون استخدام الجهاز غير مطابق للقانون.

أما عن أضرار النقل التي يكتشفها المشتري فهي أمر يتم تسويته بين المشتري والموزع، على سبيل المثال يجب على الموزع ضمان حل مثل هذه الشكاوى لصالح المشتري.

قبل طلب المساعدة الفنية، يرجى التأكد من إمكانية قدرتك على إصلاح الخطأ بنفسك. وفي حال عدم تغطية الضمان لطلبك للمساعدة، على سبيل المثال في حال عطل الجهاز نتيجة انفجار صمام أو تشغيل غير صحيح، فستدفع تكاليف طلب المساعدة الفنية.

مواجهة المشكلات

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الضاغط لا يعمل والحوامل المخصصة لحمل القماش ليست باردة	كن صبوراً، فعلى الراجح أن الضاغط سيدأ في العمل خلال دقائق معدودة.	في حال توقف الضاغط عن العمل، تأكّد من التالي: - تأكّد من توصيل الطاقة وسلامة السلك الذي يصل الخلايا الشمسية بالجهاز. - تأكّد من الصمام واستبدله في حال الحاجة إلى ذلك. - في حال عدم ثبوت شيء مما ذكر أعلاه اتصل بالمشترف الفنى.
الضاغط يعمل، ودرجة الحرارة مرتفعة جداً	يوجد ما يعيق شبكة التهوية. الغطاء غير مغلق بإحكام.	تأكّد من عدم إعاقة انتشار الهواء. تأكّد من إحكام إغلاق الغطاء.
يوجد ما يعيق المروحة الموجودة بداخل الجهاز أو أنها تالفة.	يوجد ما يعيق المروحة الموجودة بحاجرة الضاغط أو أنها تالفة.	تأكّد من عمل المروحة، وفي حال عدم عملها يجب استبدالها. راجع قسم: الصيانة
درجة الحرارة بالغرفة التي يوجد بها الجهاز مرتفعة جداً.	يوجد ما يعيق المروحة الموجودة بحاجرة الضاغط أو أنها تالفة.	تأكّد من عمل المروحة، وفي حال عدم عملها يجب استبدالها. راجع قسم: الصيانة احجب الجهاز عن أشعة الشمس المباشرة وتأكّد من تهوية الغرفة بطريقة أفضل.
لا يوجد درجة حرارة معروضة	لم يتعيّن إلّا ي Mishla Rtamomrthla راعيin تسال عوضلا نم يفككي ام لكانه سيل قيin Mishla.	قم بتغيير الترمومتر الشمسي. عرض على عروض

الصيانة والتنظيف

التنظيف

قم بفصل مصدر الكهرباء قبل التنظيف.

أفضل طريقة لتنظيف الجهاز باستخدام المياه الدافئة مع كمية صغيرة من منظف عديم الرائحة. يحذر استخدام مواد منظفة مزيلة، استخدم قطعة قماش ناعمة. وقم بالشطف باستخدام المياه النظيفة والتحفيف جيداً. من الضروري منع المياه من الدخول إلى لوحة التحكم.

يجب تنظيف شريط إحكام الغلق الموجود حول الغطاء بانتظام لمنع تغير لونه وإطالة فترة خدمته. استخدم مياه نظيفة. وبعد تنظيف شريط إحكام الغلق، تأكيد من استمراره في إحكام الغلق.

في حال عدم استخدام الجهاز لمدة زمنية معينة، قم بابقاءه وفصله من مصدر الطاقة وتغريمه وتنظيفه من الداخل وترك الغطاء مفتوحاً للسماح بانتشار الهواء ومنع تكون الروائح.

صيانة مبرد الطاقة الشمسية

صيانة يومية:

يجب مراقبة درجة الحرارة بمقدورة اللقاحات بشكل دائم باستخدام الترمومتر صباغاً ومساء. ويرجى ملاحظة أن اللقاحات قد لا تتجدد داخل الجهاز. درجة الحرارة تم ضبطها

هي عويس إلأ فن اي صن
هاي ملما مكارتت نأ نكمي ،يداعل ا مادختس إلأ عانثأ
ش امف ةعطق ب ئلازاو ،زاهجلا نم يلفسلا عزجل ايف
فييرصت دحتف لالخ نم وأ

سفن يف لخاد طئاحل ا على نم ءامل ا تارطق حسم
بتقولا

لأشنت نأ نكمي ،قني عم ةطي حمل ا فورظل ا لظيف
عيقصلا ئلازا .لخادل ا يف رادجل ا على عيقصلا
فاوجل ا قداح تاودأ مادختس انود
راتبل ا على قددهشم مت خ ءاطغل ا ةيشح إذا امم قبحت
للقبي متخللا مكح ءاطغ .ءاطغل ا قالع دنع يولعل
ريبك لكشب عيقصلا ليكشتوا هاي ملما مكارت

صيانة شهرية:

قم بتنظيف الشبكة الموجودة بالجانب الأيمن من المبرد مرة كل شهر.


صيانة سنوية:

يجب فحص التوصيلات والمكونات الكهربائية وتنظيفها مرة كل عام أو أكثر من مرة عند الضرورة.

تحميل الجهاز

تحميل اللقاحات



عند تثبيت درجة حرارة مقصورة اللقاح، أي عندما تتراوح درجة الحرارة بين ٢ و ٨ درجة منوبة وينتوقف الضاغط ثم يعلم يمكن تحميل اللقاحات. يجب وضع وترتيب اللقاحات في السلال، (شكل رقم ٥).



لضمان الهواء ومنع تداول وتجنب درجات الحرارة منخفضة للغاية لفاح، الاتصال المباشر على الجرار في الداخل.

لضمان دوران الهواء ومنع درجة حرارة منخفضة للغاية بالنسبة للفاح، وينبغي تجنب الاتصال المباشر مع الجدران الداخلية.

.. لالس نم ىول علا هالعأ حاقللا ليمحتحب مقت ال



التشغيل والوظيفة

الحرارة الإلكترونية

الجهاز لديه الحرارة الإلكترونية التي تتحكم في درجة الحرارة في مقصورة اللقاح. يتم ضبط الحرارة في المصنع الافتراضي $4,5^{\circ}\text{C}$ ، ما في معظم البيانات المحيطة سوف تبقى مقصورة اللقاح ضمن العتبات المطلوبة من $20-25^{\circ}\text{C}$.



تعديل الحرارة

تحذير!

وفي حالة الحاجة إلى إجراء تعديلات على الحرارة، لا ينبغي أن يقوم بها فنيو سلسلة التبريد المدربون. يتم وضع الحرارة داخل حجرة الضاغط، بجانب مصق تعديل درجة الحرارة. وقد تم تجهيز الحرارة مع الطلب الذي يتم تشغيله اليسار من أجل ضبط الجهاز لدرجة حرارة أكثر دفنا والحق في ضبط بروفة.

مهم!

ضبط الحد الأقصى للحرارة. ١ درجة مئوية في المرة الواحدة. ثم مراقبة الأجهزة بعناية لمدة دقيقة. ٤٤ وتحقيق من درجة الحرارة، قبل إجراء أي تعديل إضافي.



ناظر لاب لمعب
نارييم هارول ذي سمشلا
يمقرلا فرار حلا
حابصم رضخ آلا
حابصملا نوكبي
امدن عاءاضم رضخ آلا
زاوجلا نوكبي
فقاطلا روصنم بوصوم

عملية البدء

قم بتوصيل الأسلاك الكهربائية بمصدر الطاقة. يجب أن يضيء المصباح الأخضر (شكل رقم ٤) للإشارة إلى أن الجهاز في وضع التشغيل. يقوم الترمومترات الإلكترونية بإجراء اختبار ذاتي قبل تشغيل الضاغط ب ٢٠ ثانية.

ضبط درجة الحرارة

يوصي بفحص درجة الحرارة الداخلية بمقاييس حرارة دقيقة مرة يومياً. يجب فحص درجة الحرارة الداخلية بانتظام وفقاً لمعايير ومواصفات منظمة الصحة العالمية.

تبريد الجهاز

قبل تحميل الجهاز باللقاحات يجب تجميد البطانات الثلجية في كل الجوانب الأربع. أضمان تجميد البطانات الثلجية في كل الجوانب الأربع قم بما يلي:

١. وضع ميزان الحرارة في الجزء العلوي من الجهاز أو في سلة إذا تم استخدام هذا الأمر اختياري لتنظيم تخزين اللقاح
٢. السماح للثلاجة تشغيل ما لا يقل عن ٨ ساعات قبل تحميل لقاح.
٣. افحص درجة الحرارة في السلال العلوية والفليه (يجب أن تتراوح بين $2+8+$ درجة مئوية).

يجب دائماً درجة الحرارة في لقاح يمكن رصدها على ميزان الحرارة مررتين كل يوم.

دائم ويجب أن تتراوح بين 2 و 8 درجة مئوية. نظرأً لمقاومة الترمومترات يجب أن تتحكم دائماً في درجة الحرارة خلال عملية التبريد.

التوصيات الكهربائية

يجب أن تتطبق توصيات الأسلاك والتوصيات الكهربائية في نظم التيار الكهربائي مع كافة الأكواد الكهربائية (المحلية والوطنية). يرجى مراجعة تلك الأكواد لمعرفة الأطوال والأحجام قبل تركيب المقصورة.

يمثل ذلك الجهاز لتوجيهات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، بما في ذلك توجيه الجهد المنخفض EEC/2006/95، وتوجيه التوافقية الكهرومغناطيسية 2004/108/EC.

كافة معلومات الجهد الكهربائي والتيار الكهربائي، مذكورة في لوحة جهد التشغيل.

يجب استبدال السلك الكهربائي بواسطة الفني المختص فقط.

توفر لوحة جهد التشغيل عدة معلومات فنية، بالإضافة إلى النوع والرقم التسلسلي.

إلى الجهد استقرار وتوسيع الجهد استقرار مقياس الحاطط.
توصيل الجهاز




Fig. 4





Fig. 5

معلومات عامة



جهاز VLS A AC عبارة عن مبرد لفاح ذو بطانات ثلاثية. وهو يحتوي على مقصورة واحدة لتخزين اللفاح (من ٢+ إلى ٨+ درجة منوية) مزرودة بسلاسل. إمكانية التزويد بسلاسل كثiar اضافي

مصدر الطاقة

جهاز VLS A AC مزود بضاغط يتحمل التشغيل الشاق ويمكن أن يعمل في درجات جهد كهربائي بنسبة ٢٢٪ أقل من الجهد الكهربائي الإسمى. انظر لوحة الموصفات. إذا تجاوزت فروقات الجهد الكهربائي هذا المدى يوصى باستخدام مثبت آلي للجهد الكهربائي.

البيانات الفنية

انظر لوحة الموصفات الموجودة على الجانب الخلفي من الجهاز.

نزع الغلاف والتركيب

نزع الغلاف

- انزع أغلفة الجهاز وتأكد أنها لم يتعرض للتلف. إذا لاحظت أي تلف ابلغ مشرفاك.


- تحقق من الموصفات للحصول على الجهد الكهربائي والتردد الصحيح (الشكل رقم ٦ – صفحة ١٠).

- افتح الغلاف وانزع كل مواد التغليف الداخلية.

الموقع

يجب وضع الجهاز في غرفة جيدة التهوية على أن لا يتعرض لأشعة الشمس المباشرة ويكون بعيداً عن مصادر الحرارة.


عند تركيب الجهاز يرجى التأكد من أن الأرض مستوية. يرجى الإطلاع على الشكل رقم ٢ لمزيد من التعليمات.



كيفية اخراج الجهاز من العبوة

قم بإخراج الجهاز وتأكد من كونه سليماً. في حال ملاحظة وجود أي ضرر، يرجى إبلاغ المشرف المخصص لأجلك.

تعرف على المبرد الخاص بك



تحذير

بما أن الجهاز يحتوي على مبرد قبل للاشتعال، يجب التأكيد من صلاحية أنابيب التبريد.

تحذير:
يجب الحفاظ على فتحات التهوية الموجودة في هيكل الجهاز أو المدمجة في الهيكل بعيدة عن أي عوائق

تحذير:
لا تستخدم أي أجهزة ميكانيكية أخرى، أو أي وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة الجليد غير تلك التي وصى بها المصنع

تحذير:
لا تحدث أضرار بنظام التبريد

تحذير:
لا تستخدم أجهزة كهربائية داخل حجرة التخزين المبردة، ما لم تكن من النوع الذي وصى به المصنع

تحذير:
لا تعرض الجهاز للأمطار

تحذير:
هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال، والأشخاص ذوي القدرات الجسمانية، أو الحسية، أو العقلية المحدودة، أو ذوي نقص الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشارة عليهم أو إعطائهم التعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المعنية.



تحذير:
لا يجب أن يقوم الأطفال بالتنظيف أو صيانة المستخدم دون إشراف

المحتويات

تعرف على المبرد الخاص بك	٣
معلومات عامة	٤
البيانات الفنية	٥
التشغيل والوظيفة	٦
تحميل الجهاز	٧
الصيانة والتنظيف	٨
مواجهة المشكلات	٩
الضمان وقطع الغيار والخدمة	١٠
التخلص من الأجزاء القديمة المستعملة	١١



ILR Refrigerator Model VLS 200/300/350/400/500 A AC

مادختسالا تاميلعنه ARA