



Stichting
Hartekind

www.hartekind.nl



**SATURATIEMETING ALS SCREENING
OP AANGEBOREN HARTAFWIJKINGEN**

Welkom!

Beste lezer,

Super dat u als verloskundigenpraktijk meedoet aan de screening bij pasgeborenen door middel van saturatiemeting!

Achtergrond*

De hartafwijking is de meest voorkomende aangeboren afwijking. Ongeveer een kwart van de kinderen geboren met een hartafwijking heeft een zogenaamde kritische hartafwijking. Als er niet medisch wordt ingegrepen bij deze kinderen, dan overlijden zij in de eerste levensmaand. Het vroegtijdig ontdekken is cruciaal om snel te kunnen ingrijpen. Op dit moment wordt nog ongeveer 30-40% van de kritische hartafwijkingen gemist tijdens de 20-weeken echo. Na de geboorte zijn symptomen niet direct zichtbaar; die ontstaan meestal pas na een aantal dagen. Dan is het soms al te laat. Door het uitvoeren van een saturatiemeting door alle eerstelijns verloskundigen op een aantal vast momenten na de geboorte, kunnen 35 hartafwijkingen per jaar in Nederland worden opgespoord én gered! En het is niet belastend voor het kind of de ouders!

Implementatie

Stichting Hartekind investeert in saturatiemeters voor alle eerstelijns verloskundigen om 35 kinderlevens per jaar te redden. Stichting Hartekind zet zich namelijk in voor kinderen met een hartafwijking met als doel om de overlevingskansen van hartekinderen te vergroten en de kwaliteit van leven te verbeteren, met als motto: 'Kind zijn, hart nodig!'.

Om uw praktijk éénmalig van saturatiemeters van producent Medtronic te voorzien, hebben wij dit document opgesteld. Het document bestaat uit 2 onderdelen: een deelnameverklaring en een invulformulier.

De deelnameverklaring wordt eenmalig ingevuld door de contactpersoon van de verloskundigenpraktijk. Met de deelnameverklaring tekent de contactpersoon dat de verloskundigenpraktijk graag deelneemt in het gebruik van saturatiemeting bij pasgeborenen en akkoord gaat met de in de deelnameverklaring genoemde punten.

Het invulformulier dient door iedere verloskundige in de verloskundigenpraktijk te worden ingevuld. Hiermee bevestigt de verloskundige dat zij de deelnameverklaring heeft gelezen en akkoord gaat met de in de deelnameverklaring genoemde punten en de privacy voorwaarden.

Graag ontvangen wij de ingevulde deelnameverklaring en invulformulier(en) van u retour. Hierna zullen wij de bestelling van de saturatiemeters in werking zetten.

Bij vragen of opmerkingen mag u uiteraard contact met ons opnemen. Dit kan via saturatie@hartekind.nl. Meer informatie over het project en een toelichting over de typen saturatiemeters kan u vinden op onze [website](#).

Met HARTelijke groet,

Stichting Hartekind

* Narayan, 1. C. (2017). Neonatal screening with pulse oximetry.

Deelnameverklaring screening door middel van saturatiemeting

Datum:

Betreft: Deelnameverklaring saturatiemeter

Hierbij verklaar ik dat onze praktijk deelneemt in het gebruik van de saturatiemeter bij pasgeborenen voor het screenen op aangeboren hartafwijkingen;

- Wij krijgen voor elke verloskundige en vaste waarneemster binnen onze praktijk éénmalig een saturatiemeter van Stichting Hartekind. In totaal zijn dat meters van Medtronic.
- Wij hebben kennis genomen van het screeningsprotocol, verklaren ons akkoord hiermee en streven naar uitvoering van de handelingen zoals daarin beschreven staan.
- Wij verwachten pasgeborenen per jaar te kunnen screenen door middel van een saturatiemeting. Wij geven akkoord voor goed gebruik van de met dit formulier verkregen data volgens de privacyverklaring van Stichting Hartekind
- Wij hebben bijgaand invulformulier door elke verloskundige laten invullen. Hierdoor gaan alle verloskundigen akkoord met de verwerking van gegevens en verklaren kennis te hebben genomen van de verdere inhoud van de deelnameverklaring.
- Wij gaan akkoord met het ontvangen van informatie over het project en het gebruik van de meters.
- Stichting Hartekind is niet aansprakelijk voor het gebruik, eventuele schade of andere negatieve uitkomsten door het gebruik van de meter of enige andere vorm van schade.

Naam contactpersoon (*tevens ondertekenaar*):

E-mailadres:

Telefonisch bereikbaar op:

Praktijknaam:

Praktijkadres:

Postcode en plaats:

Postadres (*indien anders dan praktijkadres*):

Postcode en plaats (*indien anders dan praktijkadres*):

De praktijk maakt deel uit van het VSV (*naam en plaats*):

De naam van het ziekenhuis in het VSV is:

Handtekening:

Meer informatie

Meer informatie over het project kan u vinden op onze [website](#).

Voor technische vragen over de meter, garantie of het gebruik kunt u contact opnemen met de producent van de meter.

Contactgegevens in geval van vragen en/of opmerkingen

Stichting Hartekind

Professor W.H. Keesomlaan 12

1183 DJ Amstelveen

saturatie@hartekind.nl

Onderzoeksteam POLAR

Dr. Ilona Narayen Kinderarts in opleiding, LUMC

Prof. Dr. Nico Blom Kindercardioloog, LUMC & Amsterdam UMC

Prof. Dr. Arjan te Pas Neonatoloog, LUMC

Invulformulier per verloskundige screening d.m.v. **saturatiemeting**

Ik ontvang graag éénmalig een saturatiemeter van Stichting Hartekind. De meter zal ik gebruiken bij het screenen van pasgeborenen. Hierbij streef ik naar uitvoering van de handelingen zoals beschreven in het screeningsprotocol.

Door het invullen van dit formulier geef ik akkoord voor de verwerking van gegevens volgens de privacy verklaring van Stichting Hartekind en bevestig ik dat ik de deelnameverklaring heb gelezen en akkoord ben.

Voornaam: - - - - -

Tussenvoegsel: - - - - -

Achternaam: - - - - -

E-mail: - - - - -

Handtekening:

Datum: