# CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

**REF.: 51127**

**Descripción: LLAVE DINAMOMÉTRICA DE 1/2"**

**Nº de serie:**

**Rango de torque: 28-210 N.m**

| Punto de torque (NM) | Rango de tolerancia | |
|---|---|---|
| | Min. | Max. |
| 28 | 26.88 | 29.12 |
| 126 | 120.96 | 131.04 |
| 210 | 201.6 | 218.4 |

El equipo de calibración y las medidas mostradas cumplen con la normativa **UNE-EN-ISO 6789:2017.**

**Equipo de comprobación modelo: 51127**

La precisión del equipo de calibración a **25ºC** es **±4%.**

**Fecha: 08/01/2025**