



检测报告

(Test Report)

No. BOYCL3GR795997QA

样品名称 (Sample Description)	一次性使用医用口罩 Single-use Medical Face Mask
委托单位 (Applicant)	江苏康诺医疗器械股份有限公司 Conod Medical Co., Limited


PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com



检测结果
(Test Results)

No. BOYCL3GR795997QA

第 1 页, 共 2 页 (page 1 of 2)

样品名称 (Sample Description)	一次性使用医用口罩 Single-use Medical Face Mask	样品规格 (Sample Specification)	平面耳挂型 Flat Ear Type
委托单位 (Applicant)	江苏康诺医疗器械股份有限公司 Conod Medical Co., Limited	商标 (Trade Mark)	---
到样日期 (Received Date)	2020-03-20	生产日期或批号 (Manufacturing Date or Lot No.)	20200301
检测日期 (Test Date)	2020-03-20~2020-04-01	样品等级 (Sample Grade)	---
样品数量 (Sample Quantity)	60 个 60Pcs	检测类别 (Test Type)	委托检测 (Commissioning Test)
样品状态 (Sample Status)	正常 Normal	检测环境 (Test Environment)	符合要求 (To meet the requirements)
检测项目 (Test Items)	见下页 See the next page		
检测方法 (Test Methods)	见下页 See the next page		
所用主要仪器 (Main Instruments)	恒温培养箱 Constant Temperature Incubator、 细菌过滤效率检测仪 Bacterial filtration efficiency detector 等 etc		
备注 (Note)	限值标准 Limit Standard: EN 14683: 2019 样品来源 Sample Source: 客户提供 Customer provide 生产单位 Production Unit: 江苏康诺医疗器械股份有限公司 Conod Medical Co., Limited 生产单位地址 Production Unit Address: 江苏省常熟市古里镇白茆工业园增福路 2 号 No.2 Zengfu Road, Baimao Industrial Park, Guli Town, Changshu City, Jiangsu Province 保质期 Expiration Date: 5 年 5Years		
	编制人 (Edited by)	陆工号	
	审核人 (Checked by)	[Signature]	
	批准人 (Approved by)	戴晴	
	签发日期 (Issued Date)	2020-04-01	

NAL
团上
★
ON
空测
1

检测结果 (Test Results)

No. BOYCL3GR795997QA

第 2 页, 共 2 页 (page 2 of 2)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	限值 (Limit)			检测结果 (Test Results)		检测方法 (Test Methods)
		I 型 Type I	II 型 Type II	II R 型 Type II R			
R795997QA 一次性使用医用 口罩 Single-use Medical Face Mask	细菌过滤效率, % Bacterial filtration efficiency(BFE)	≥95	≥98	≥98	No.1	99.3	EN 14683: 2019
					No.2	99.6	
					No.3	99.6	
					No.4	99.4	
No.5	99.5						
	压力差, Pa/cm ² Differential pressure	<40	<40	<60	23.6		EN 14683: 2019
	抗溅压力, kPa Splash resistance pressure	/	/	≥16.0	>16.0		EN 14683: 2019
	微生物清洁度, cfu/g Microbial cleanliness	≤30	≤30	≤30	<1		EN 14683: 2019

样品编号和照片 (Sample Number and Photo):



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

——以下空白——

(End of Report)