

ref. 54118E

KIT DE PRUEBA DE ANTIGENO COVID-19



Función

Detección cualitativa in vitro del antígeno SARS-CoV-2 en una muestra de frotis nasal humano. Diseñado para uso personal por personas no especializadas.

Especificaciones técnicas

Sensibilidad	96.4%
Especificidad	99.8%
Almacenaje	4°C – 30°C

Ensayo de RT-PCR de Referencia				
		POS	NEG	Total
DEEP BLUE SARS- CoV-2 Ag Test	POS	106	1	107
	NEG	4	409	413
	TOTAL	110	410	520


Requerimientos:

- Directiva 98/79/EC sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro

Presentación

En caja de color unitaria, idioma español (diseño en siguiente página)
500 unidades por caja (59,5x49x5x35cm)
Marca Deepblue SL030101NST-1 (incluida en listado AEMPS)

Contenido (temporizador no incluido)



Diseño caja individual

