

Dichiarazione di conformità

Il costruttore **Tesla Med Srl**, con sede in Via Giolitti, 43 – 10095 Grugliasco TO,
Sede legale e amministrativa, Via schina 7 – 10137 Torino
sotto la responsabilità del suo Legale Rappresentante Ing. Alberto Bannino

DICHIARA:

che l'apparecchio denominato

Tesla Med Ion Stream 680 PRO

è prodotto in conformità alle seguenti Direttive della Comunità Europea:

-2004/108/CE (EMC)

-2006/95/CE ("BASSA TENSIONE")

Con riferimento alle seguenti norme armonizzate:

EN5501 Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Emissione

EN61000-6-1 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Immunità

EN61000-3-2 Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Emissioni armoniche

EN61000-3-3 Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Fluttuazione tensione

Norma **CEI EN 60601-2-3 - Class. CEI 62-14 - CT 62 - Fascicolo 3635 R - Anno 1998 - Edizione Seconda - Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi di terapia a onde corte + VARIANTE: CEI**

EN 60601-2-3/A1 - Class. CEI 62-14;V1 - CT 62 - Fascicolo 5227 - Anno 1999 e relative varianti.

DISPOSITIVO PER USO ESTETICO PROFESSIONALE

Il dispositivo rientra nella regolamentazione del settore estetico con decreto ministeriale presentato in Gazzetta Ufficiale nr. 206 del 15 ottobre 2015

Scheda Tecnico/Informativa nr. 13

ed è stato contrassegnato col marchio **CE** in accordo alle dette Norme/Direttive.

Grugliasco, 18 Maggio 2019

Il Legale rappresentante

Alberto Bannino

TESLA MED SRL
Sede Leg.: Via Schina, 7
10143 TORINO
Tel. 011/9092216
P. IVA 12063570019

