1

IFU LANGUAGES
www.androvacuum.com/ifu/

VIDEOS
www.andromedical.com/videos

FAQs – QUESTIONS
www.androvacuum.com/faqs

MEDICAL CONSULTATION (online, chat & email)
www.androclinic.com



2 Quick Guide

01





Please, choose the components according to the therapy and your penis size. For erectile dysfunction treatment, choose the cushioning ring (fig. A) and the constriction ring (fig. B) which fits your penis width better.

Bitte wählen Sie die zu Ihrer Therapie und Penisgröße passenden Bestandteile. Für erektile Dysfunktion, benutzen Sie den gepolsterten Ring (Abb. A) und den Einschnürungsring (Abb. B) der sich am Besten an Ihren Peins anpasst.

Sélectionner les composants suivants la thérapie à suivre et la taille de son pénis. Pour le traitement de la dysfonction érectile, sélectionner l'anneau amortisseur (image A) et l'anneau de constriction (figura B) qui s'adaptera mieux a la taille de son pénis.

Seleccione los componentes según la terapia a seguir y el tamaño de su pene. Para el tratamiento de la disfunción eréctil, seleccione el anillo de amortiguación (figura A) y el anillo de constricción (figura B) que más se adapte al grosor de su pene

Selezionate I componenti in base alla terapia da seguire e alla dimensione del vostro pene. Per il trattamento della disfunzione erettile, selezionate l'anello di ammortizzazione (fig. A) e l'anello di costrizione (fig. B) che si adattino meglio alla dimensione del vostro pene.

治療のタイプとペニスのサイズにあった付属品を選んでいきます。
勃起不全の治療:ゴムパッキン(図A)と、ペニスの太さに合ったシリコンバンド(図B)を選んでください。

من فضلك ، اختر المكونات حسب العلاج وحجم قضيبك. لعلاج ضعف الانتصاب ، اختر حلقة التوسيد (الشكل أ) وحلقة الانقباض (الشكل ب) التيتناسب عرض قضيبك بشكل أفضل

02



Fit the cone at one end of the cylinder. Apply lubricant gel to the cone of the cylinder and slide on the constriction ring until the ring snaps on to the cylinder.

Den Kegel auf ein Ende des Zylinders stecken. Gelschmiermittel in den Kegel am Zylinder auftragen und den Schließring aufziehen bis der Ring um den Zylinder aufliegt.

Fixez le cône à une extrémité du cylindre. Appliquez du gel lubrifiant sur le cône du cylindre et faites glisser sur lui l'anneau de constriction jusqu'à ce que l'anneau entoure le cylindre transparent.

Encaje el cono en un extremo del cilindro. Aplique gel lubricante en el cono del cilindro y deslice por él el anillo de constricción hasta que el anillo encaje en el cilindro.

Fissare il cono ad una estremità del cilindro. Applicare lubrificante sul cono ed introdurre l'anello di costrizione facendolo scorrere attraverso il cono fino a raggiungere il cilindro.

シリンダーにコーン型のアダプターを取り付け、潤滑剤(ジェル)を塗り、シリコンバンドを滑らすようにしてシリンダーにはめます。

ضع المخروط في أحد طرفي الأسطوانة. ضع هلام التشحيم على مخروط الأسطوانة وحركه على حلقة الانقباض حتى تستقر الحلقة على الأسطوانة

2 Quick Guide

03



Remove the cone of the cylinder. Snap rings in place and place in the selected cushioning rings after applying Gel Lubricant.

Den Kegel vom Zylinder entfernen und an dessen Stelle die gewählten Dämpfungsringe anbringen und Gelschmiermittel auftragen.

Retirez le cône du cylindre et mettez à sa place, le ou les anneaux amortisseurs choisis et appliquez du gel lubrifiant sur eux.

Retire el cono del cilindro. Encaje en su lugar los anillos amortiguadores seleccionados y aplique gel lubricante sobre los mismos.

Rimuovere il cono del cilindro. Introdurre nel cilindro gli anelli ammortizzatori scelti e applicare gel lubrificante sugli stessi.

シリンダーからコーン型のアダプターを取り外し、シリンダーにゴムパッキンをはめ込み、潤滑剤(ジェル)を塗ります。

قم بإزالة مخروط الأسطوانة. ضع الحلقات في مكانها وضعها في حلقات التوسيد المحددة بعد وضع مادة التشحيم الهلامية

04

On the other end of the cylinder, snap in the electric motor, when fitted correctly there will be no movement and there will be a perfect seal.

Den Elektromotor auf das andere Ende des Zylinders stecken. Das Gerät ist dann richtig verschlossen wenn es nach dem Einschalten keine Bewegung vorweist.

À l'autre extrémité du cylindre, enclenchez le moteur électronique. Vous savez que le moteur est correctement enclenché s'il n'y a pas de jeu entre les pièces.

En el otro extremo del cilindro, encaje el motor electrónico. Sabrá que el motor ha encajado apropiadamente si no tiene holgura.

Montare all'altra estremità del cilindro, il motore elettronico. Sarà correttamente montato se non ci sarà movimento e aderirà perfettamente.

シリンダーのゴムパッキンが付いていない方に、モーターのついた電源装置をはめ込みます。
(しっかりとはめ込めているかを確認するようにしてください。)

على الطرف الآخر من الأسطوانة ، قم بإدخال المحرك الكهربائي ، عندما يتم تركيبه بشكل صحيح لن تكون هناك حركة وسيكون هناك ختم مثالي

2 Quick Guide

05



Insert the penis into the cylinder where the ring buffers are in place, insert the penis all the way until the pubis. I may be easier to create a vacuum if the hair is trimmed or shaved on the pubis where it is in contact with the cylinder.

Schieben Sie den Penis bis an Ihr Schambein ein. Wenn Sie an dieser Stelle Ihr Schamhaar rasieren kann es leichter sein, ein Vakuum herzustellen.

Insérez le pénis dans le cylindre jusqu'à l'appuyer sur le pubis. Il sera plus facile de créer un vide si la zone qui soutient le cylindre est épilée.

Introduzca el pene por la parte del cilindro con los anillos amortiguadores, hasta apoyarlo en su pubis. Puede resultar más fácil crear el vacío si se recorta el vello de la zona en la que se apoya el cilindro.

Inserire il pene attraverso il cilindro nella parte dove ci sono gli anelli ammortizzatori finché il cilindro non arrivi a toccare il pube. Può essere più facile creare il vuoto, se i peli sono tagliati nella zona che sostiene il cilindro.

シリンダーをペニスにかぶせ、ペニス全体が入ったら、しっかりと恥骨側に押さえます (シリンダーが当たる部分の陰毛を手入れすると、より簡単にアンドロバキュームを使用していただけます)。

دخل القضيب في الاسطوانة حيث توجد مخازن الحلقة ، أدخل القضيب بالكامل حتى العانة. قد يكون من الأسهل صنع فراغ إذا تم قص الشعر أو حلقه في منطقة العانة حيث يكون ملامسًا للاسطوانة

06



With one hand, hold the cylinder tight against the pubis, with the other hand press the motor button and start the motor. For manual model, grasp the motor with your hand and make up-and-down movements.

Halten Sie den Zylinder mit einer Hand gegen Ihr Schambein und betreiben Sie den Motor mit der anderen. Beim manuellen Modell fassen Sie den Motor mit der Hand und machen Auf- und Abwärtsbewegungen.

D'une main, maintenez le cylindre contre votre pubis et de l'autre actionnez le moteur électronique. Pour le modèle manuel, saisissez le moteur avec votre main et faites des mouvements de haut en bas.

Con una mano sujete el cilindro contra su pubis y con la otra accione el motor electrónico. Para el modelo manual, agarre el motor con la mano y haga movimientos hacia arriba y hacia abajo.

Con una mano, tenere il cilindro contro il pube e con l'altra, azionare il motore elettronico. Per il modello manuale, afferrare il motore con la mano ed eseguire movimenti di salita e discesa.

片手は器具を恥骨側に押さえるようにし、もう一方の手で、電源ボタンを操作するようにします(圧力が急激にかかることはありませんので、ご安心ください)。　手動式の場合は、手でモーターをつかみ、上下に動かしてください。

بإحدى يديك ، امسك الأسطوانة بإحكام على العانة ، وباستخدام اليد الأخرى ، اضغط على زر المحرك وابدأ تشغيل المحرك. بالنسبة للطراز اليدوي ، أمسك المحرك بيدك وقم بحركات لأعلى ولأسفل

2 Quick Guide

07



After achieving a full erection, slide the correct size of constriction ring down the outside of the cylinder and set at the base of the penis. Stop the vacuum by pressing the red button on the electric motor to release air back into the cylinder.

Nachdem Sie eine Erektion erreicht haben schieben sie den Schließring vom Zylinder über den Penis bis an dessen Anschlag. Lassen Sie die Luft in den Zylinder fließen indem Sie auf den roten Knopf am Elektromotor drücken und nehmen Sie den Zylinder ab.

Après avoir obtenu une érection, faites glisser l'anneau de constriction depuis le cylindre jusqu'à la base de la verge. Une fois que l'anneau est en place sur la verge, libérez l'air du cylindre en appuyant sur le bouton rouge du moteur électronique et retirez le cylindre.

Tras lograr la erección, deslice el anillo de constricción desde el cilindro y ajústelo en la base del pene. Libere el aire del cilindro pulsando el botón rojo del motor electrónico y retire el cilindro.

Dopo aver raggiunto l'erezione, far scorrere l'anello di costrizione dal cilindro fino alla base del pene. Liberare l'aria del cilindro premendo il tasto rosso del motore electtronico e rimuovere il cilindro.

勃起したら、シリンダーにつけてある、シリコンリングをペニスの根元に滑らすようにして移します。シリコンリングをペニスの根元につけたら、電源装置ついている赤いボタンを押し、シリンダーの中に空気を入れ、器具を取り外すようにしてください。

بعد تحقيق الانتصاب الكامل ، حرك الحجم الصحيح لحلقة الانقباض لأسفل خارج الأسطوانة واضبطها عند قاعدة القضيب. أوقف الفراغ بالضغط على الزر الأحمر على المحرك الكهربائي لإخراج الهواء مرة أخرى إلى الأسطوانة

08



The constriction ring will keep blood in the penis and therefore hold the erection. It can be worn for up to 30 minutes.

Der Schließring wird die Erektion und die Durchblutung aufrechterhalten. Er darf höchstens 30 Minuten lang benutzt werden.

L'anneau de constriction maintiendra l'irrigation et l'érection. Il peut être porté jusqu'à 30 minutes au maximum.

El anillo de constricción mantendrá la irrigación y la erección. Puede llevarse puesto 30 minutos como máximo.

L'anello di costrizione manterrà l'irrigazione e l'erezione. Può essere indossato fino a 30 minuti al massimo.

シリコンリングで、陰茎内に血液を送りこんだ状態を保ことができます。30分以上の連続使用は控えるようにご注意ください。

ستحافظ حلقة الانقباض على الدم في القضيب وبالتالي تحافظ على الانتصاب. يمكن ارتداؤها لمدة تصل إلى ٣٠ دقيقة

androvacuum®

androvacuum® Manual

androvacuum® Premium

Kullanim Talimatlari

Kullanmadan Önce Okuyunuz

İçindekiler **Sayfa**

1. QR KODLARI VE BAĞLANTILAR	1
2. HIZLI KILAVUZ	2
3. **Androvacuum®** HAKKINDA	7
4. CIHAZ BILEŞENLERI	8
5. TIBBİ ENDİKASYONLAR	9
6. BILEŞENLERI SEÇIN	10
7. SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU	11
8. KULLANIM TALİMATLARI	13
9. EREKTIL DISFONKSIYON IÇIN KULLANIM TALIMATLARI	14
10. PENİL REHABİLİTASYON İÇİN KULLANIM TALİMATLARI	15
11. ORTAK SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ	16
12. ÖNLEMLER	17
13. PORTFOLYO	19

NOT: Androvacuum® aşağıdaki modellere sahiptir: **Androvacuum® Premium** (otomatik motorlu, Deluxe model) ve **Androvacuum® Manual** (manuel motorlu, Pro model).

Kullanıcı talimatları, küçük farklılıklar dışında tüm modeller için aynıdır.

3 Androvacuum® Hakkinda

Androvacuum®, Penil Rehabilitasyon rutinini takip etmek için non-invaziv, güvenli ve etkili bir çözüm olan ve Erektil Disfonksiyona bir çözüm olarak talep üzerine ilaçsız anında ereksiyon sağlayan, tıbbi olarak kanıtlanmış birinci sınıf bir penis pompasıdır.

Ergonomik bir tasarıma ve mühendisliğe sahip **Androvacuum®**; penis üzerine oturan bir silindirden meydana gelir. Penis etrafında emişli bir vakum ortamı yaratan elektronik motoruyla penise kan dolmasını sağlar ve sertleşmesine yardımcı olur.

Lütfen önce okuyun, (sadece bataryalı model için):

1. Adım- Pil kapağını çıkarmak için ok işaretine basarak yukarı ittirin. Bkz. Şekil 1A.

2. Adım- Pilleri gösterildiği şekilde yuvaya yerleştirin.

3. Adım- Pil kapağını yerine takın.



1A

Not: **Androvacuum®'u** kullanmadan önce talimatları dikkatli bir şekilde baştan sona okuyunuz. Eğer adımları doğru uygulamazsanız **Androvacuum®** çalışmayacaktır.

Pilleri taktıktan sonra, kontak düğmesine sıkıca basarak motorun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

4 Cihaz Bileşenleri

Yastık Halka: Farklı penis boyutlarına uygun, Özel Uyum Parçası. Ereksiyon Yardım Halkası silindire takıldıktan ve koni çıkarıldıktan sonra tüpün ağzına takılır.





Manuel vakum azaltma düğmesi. Silindir içerisinde oluşan negatif bazıncı azaltmaya yarar.



Kişisel kullanım için su bazlı jel

Not: Sızdırmazlık jeli pakete dahil değildir, sadece Eczanelerden temin edilebilir.

Çalıştırma Düğmesi

Elektronik veya Manuel Vakum Motoru hızlı bir yalıtım sağlar

Tıbbi kullanıma uygun, çıkarılabilir silindir.

Kolay Geçiş Koni Sistemi, ereksiyon halkasının tüpe kolayca geçirilmesinde rol oynar.



Ereksiyon Yardım Halkaları / Sıkma Halkaları:
Ereksiyonu sürdürmeye yarar. Farklı penis kalınlıklarına uygun seçeneklerle gelir.

EREKTİL DISFONKSIYON

Androvacuum® Ereksiyon bozukluğu tedavisi için tasarlanmıştır. Milyonlarca erkeğin bu sorundan etkilendiği tahmin edilmektedir. Ereksiyon bozukluğu ciddi bir kan dolaşımı veya sinir sistemi rahatsızlığının habercisi olabilir. Ereksiyon bozukluğu, almakta olduğunuz bir ilacın yan etkisi olarak ortaya çıkabilir. Eğer durumun bu olduğundan şüpheleniyorsanız doktorunuzla görüşmelisiniz. Kullandığınız bir ilaç varsa, kullanmayı bırakmadan ya da ilacı değiştirmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Aynı zamanda sigara, alkol veya uyuşturucu madde tüketimi ereksiyon bozukluğuna sebep olabilir.

Androvacuum® ile Ereksiyon Bozukluğu Terapisinin önerildiği kişiler:

- Heyecan, stres ya da korku nedeniyle bazen tam erekte olamayan erkekler.
- Kolayca erekte olabilen ama bunu sürdüremeyen erkekler.
- Ereksiyon sorunu yaşayan, hatta yıllardır erekte olmayı başaramayan, her yaştan erkekler.
- Kalp rahatsızlığı nedeniyle ereksiyon tetikleyici ilaçlar kullanamayan erkekler.

PENİS REHABİLİTASYONU

Vakumlu ortamlar, penise kan akışını arttırarak sertleşme sağlar. Penis belli aralıklarla vakumlu ortama maruz bırakılırsa, penis içindeki süngerimsi dokular zamanla kendilerinin çalışmasını gerektiren bu duruma adapte olur. Penis, vakumlu ortamdan uzakken bile bu kan akışını kendisi üretmeye başlar. Bu da cinsel uyarılma karşısında daha hızlı ve güçlü tepki verebilen bir cinsel organ anlamına gelmektedir. Uzun vadeli bir ereksiyon sorunu, penis dokularında küçülmeye ve penisteki kan dolaşımında azalmaya neden olabilir (kullanılmayan organın körelmesi durumu). Düzenli **Androvacuum®** kullanımı gece ereksiyonlarının faydalarını ikiye katlayacak, penis küçülmesini tersine çevirecek, penisteki kan dolaşımını onaracak ve penisin zamanla sağlığına kavuşmasını destekleyecektir. **Androvacuum®** düzenli kullanımla 4 hafta gibi kısa bir zaman diliminde dokuların normal durumuna dönmesine ve penisteki kan dolaşımının artmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte sağlıkla bir penise sahip olmanıza ve tam sertliğe ulaşmanıza katkıda bulunur.

Androvacuum® ile penil rehabilitasyon tedavisi, aşağıdakilere önerilir:

- Zayıf ereksiyonlardan müzdarip erkekler.
- Yaşlanma, hareketsiz yaşam tarzı, alkol veya tütün tüketiminin yanı sıra yüksek kolesterol ya da yüksek stres seviyeleri sebebiyle gittikçe daha zayıf ereksiyonlardan müzdarip erkekler.
- Düşük testosterone seviyelerine sahip (TDS veya hipogonadizm) ve hormon takviyesi alan erkekler.
- Prostatektomi, prostat ameliyatı Peyronie hastalığı ameliyatı veya penis ameliyatları sonrası erkekler.

6 Bileşenleri Seçin

1. Ereksiyon Yardım Halkaları ve Yastık Halkaların arasından en büyüğü ile başlayın. Eğer en geniş halkaları kullanarak vakumu uygulayamıyor veya ereksiyonu sürdüremiyorsanız, vakumu uygulamada ve ereksiyonu sürdürmede başarılı olana kadar bir küçük Ereksiyon Yardım Halkasını ve Yastık Halkasını deneyin.

2. Silindiri pürüzsüz tarafı yukarı gelecek şekilde düz bir yüzeye koyun. Kolay Geçiş Koni Sistemi'ni penis tüpüne takın.

3. Kolay Geçiş Koni Sistemi'nin bütün yüzeyini su bazlı jel ile kaplayın.

4. Ereksiyon Yardım Halkasının kollarını, başparmak uçlarınız küçük halkalara gelecek şekilde, resimde gösterildiği gibi tutun. Ereksiyon halkasının ortasını koniye geçirin ve aşağı çekin. Ereksiyon halkası koni yüzeyi boyunca aşağı kaymalıdır. Ereksiyon halkasını biraz daha kaydırarak, koni üzerinden penis tüpünün ağız kısmına geçirin. Penis köküne daha kolay takılabilmesi için, Ereksiyon halkası silindirin hemen ucunda kalmalıdır. (Ereksiyon halkasını silindir üzerine koni kullanmadan, parmaklarınızla çekerek takmayın. Yırtılabilir).



5. Kolay Geçiş Koni Sistemini çıkarın ve silindirin diğer ucuna elektronik motoru takın. Silindiri motorun etrafında 90 derece (çeyrek daire) döndürün ve yerine oturtun. Aşırı sıkmayın. Penis tüpünün açık kalan ucuna Yastık Halkayı takın.

6. Motoru takmadan önce silindiri ılık suya tutarsanız, kullanım sırasında olası buğulanma önlenebilir.



EREKSİYON YARDIM HALKALARI



En önemli adımlardan biri de Ereksiyon Yardım Halkalarının doğru şekilde takılmasıdır. Kanın peniste kalması için halka sıkı ama rahat olmalı; fakat gerektiğinden daha sıkı olmamalıdır. Eğer **Androvacuum®** size iyi bir ereksiyon sağlıyorsa fakat beş dakika ya da daha kısa bir sürede bol gelmeye başlıyorsa, bir küçük halkayı denemeniz gerekmektedir.

Ereksiyon Yardım Halkaları'nın penis etrafında takılı kaldığı süre 30 dakikayı aşmamalıdır. Eğer daha uzun süre kalırsa penisinizde kalıcı hasar oluşabilir.

Doğru boyuttaki halka seçildikten sonra erekte olmanız için yalnızca birkaç dakika yeterlidir.

YARDIM HALKASINI 30 DAKİKADAN DAHA UZUN SÜRE TAKMAYIN

Androvacuum® çoğunlukla tam ve tatmin edici bir ereksiyona ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

- Kullandıktan sonra en az 60 dakika boyunca tekrar kullanmayın.
- Ereksiyon Yardım Halkası takılıyken uyuyakalmayın.
- Ereksiyon Yardım Halkası bir doğum kontrol yöntemi olarak kullanılamaz.
- Erekte olmanızı sağlayan en geniş Ereksiyon Yardım Halkası'nı kullanın.
- Ereksiyon Yardım Halkaları alkol ve uyuşturucu kullanımı sırasında kullanılmamalıdır.
- Ereksiyon Yardım Halkaları'nın sık kullanımı penis kökünde (penis gövdesinin kasıkla birleştiği bölge) morarmaya yol açabilir. Geçici yan etkiler arasında peniste hafif morarma ve deri altında bazı küçük kırmızı noktaların belirmesi görülebilir. Halkayı çıkarırken bol miktarda suda çözünebilen kayganlaştırıcı jel kullanılmalıdır.
- Vazelin gibi yağ bazlı kayganlaştırıcılar kullanmayınız. Bunlar Ereksiyon Yardım Halkaları ve kondom gibi lateks içeren maddelere zarar verir. Yalnızca suda çözünebilen kayganlaştırıcı jel türlerini seçiniz.

MANUEL VAKUM AZALTMA DÜĞMESİ VE VAKUMLU ORTAM YARATILIŞI

Penisiniz **10 ila 90 saniye** içerisinde hiçbir acı hissetmeden kanla beslenmiş ve sertleşmiş hale gelmelidir. Penisiniz vakumun etkisiyle sertleşmeye başladığında basınç hissedebilirsiniz, bu normaldir. Eğer penisiniz kanla beslenirken hafif acı hissederseniz, manuel vakum azaltma düğmesine basarak vakum seviyesini azaltmayı deneyin (deneme yanılmayla kendiniz için uygun vakum seviyesini bulacak ve böylece tam sertliğe ulaşacaksınız).

Manuel vakum azaltma düğmesine basarak vakum seviyesini azaltabilirsiniz. Eğer vakum seviyesini fazla azaltırsanız, motorun düğmesine basarak tekrar arttırabilirsiniz.

Penisi silindirden çıkarmak için, silindir içindeki vakum basıncı tamamen kaybolana kadar manuel vakum azaltma düğmesini basılı tutun. Artık silindiri çıkarabilirsiniz.

Çoğu erkek, silindiri çıkardıktan kısa bir süre sonra ereksiyonunu kaybeder. Bu problem **Ereksiyon Yardım Halkası** kullanılarak kolayca çözülebilir. Ancak ilişkiye girmek için yeterli ereksiyona sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, **Ereksiyon Yardım Halkası**'nı kullanmanız gerekmez. Ereksiyon Yardım Halkası'na ihtiyaç duymadan, yalnızca **Androvacuum®** cihazını kullanarak iyi bir cinsel yaşama sahip olabilirsiniz.

EREKSİYON YARDIM HALKASINI ÇIKARMAK

Dikkat: Ereksiyon Yardım Halkasını 30 dakikadan daha uzun süre takmayınız

Yandaki kolları çekerek halkayı açın. Halka esneyecek ve penisteki kanın dolaşmasına izin verecektir. Ardından Ereksiyon Yardım Halkası'nı kolayca çıkarabilirsiniz. Ereksiyon Yardım Halkası'nın kasık kıllarınıza dolanmasını engellemek için, halkayı takmadan önce kılların üzerine biraz kayganlaştırıcı jel uygulayabilirsiniz.



ÖNERİLEN

Men's health supplement

Andropharma Vigor

EREKTIL DISFONKSIYON IÇIN:

1. Penisinize, silindirin iç yüzeyine ve kasık bölgenizdeki (yastık halkasıyla temas edecek olan bölge) tüylerin üzerine su bazlı kayganlaştırıcı jel uygulayın. Böylece iyi bir vakum ortamı oluşacak ve penisiniz silindirin duvarlarına yapışmayacaktır.

2. Penisi silindirin içine yerleştirin ve vakumlama işlemini başlatın. Çalıştırma düğmesine basarak motoru çalıştırın. Düğmeyi yaklaşık 10 saniye basılı tutun. Bu süre cihazla vücudunuz arasında hava sızdırmazlığını yaratmak için yeterli olacaktır. Bu noktadan sonra yeterli vakuma ulaştığınızı hissedene kadar düğmeyi basılı tutabilirsiniz. Ereksiyona ulaşmak için gerekli olan en az miktarda vakum kullanmaya çalışın.

3. İstenilen ereksiyona ulaşıldığında, silindire takılı olan Ereksiyon Yardım Halkası'nı parmak uçlarınızla penis kökünüze transfer edin. Ereksiyon Yardım Halkası'nın penis üzerine tamamen geçtiğinden emin olun. Silindir içinde kalan vakumun hepsi, manuel vakum azaltma düğmesi kullanılarak boşaltılabilir. Vakumu kontrol etme ve cihazı çıkarma adımlarını birkaç defa Ereksiyon Yardım Halkası olmadan deneyin.

PENIS REHABILITASYONU IÇIN:

4. Androvacuum®'un günde bir defa, haftada 5-7 defa arası tedavisel kullanımı, penis uzunluğunu korumaya, arterleri genişletmeye ve penis dokularına oksijen gitmesine yardımcı olabilir. **Androvacuum®'un** düzenli kullanımı tam sağlıklı bir ereksiyon işlevini destekleyebilir. YouEreksiyon Yardım Halkalarını kullanmanız gerekmez. Onlar penise giden kanı orada tutmak ve cinsel aktivite sırasında sert ereksiyonu sürdürmek için tasarlanmıştır. Cinsel Zindelik Terapisi seansı sırasında, hedefiniz en az 5 kez erekte olmak ya da **Androvacuum®'u** en az 5-10 dakika arası kullanmak olmalıdır. Motoru asla acı hissedecek noktaya gelene kadar kullanmayın.

Not 1. **Androvacuum®'u** 30 ila 60 gün kadar kullandıktan sonra, kullandığınız halka boyutlarını yeniden değer lendirmekte fayda vardır. Mesela artık daha geniş olan halkalarla erekte olabildiğinizi fark edebilirsiniz. Daha geniş halkaları kullanmak rahatlığınızı arttırabilir.

Not 2. Bazı çiftler cinsel ilişki sırasında ara verip **Androvacuum®'u** tekrar kullanmayı tercih edebilir.

Not 3. Eğer kondom kullanmak istenirse, cihaz çıkarılıp erekte olduktan sonra takılmalıdır.

Not 4. Kullanımdan sonra Ereksiyon Yardım Halkası, Yastık Halka ve Silindir su ve sabunla yıkanabilir, kuruduktan sonra saklanabilir. Ereksiyon Yardım Halkası'nın çantasının hava geçirmediğinden ve sıkıca kapatıldığından emin olun, böylece kullanım süresi uzar. Motoru asla suya sokmayın.

DİKKAT

Silindiri motora takarken AŞIRI SIKMAYIN. Sıkmak için 90 derece, yani çeyrek bir daire çizecek kadar döndürün. Çok sıkı ya da sert kapamak cihazı bozar. Eğer bu sorunu yaşarsanız ürün GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYECEKTİR.

9 Kullanim TaliMatlari

(EREKTIL DISFONKSIYON IÇIN)



Ereksiyon Yardım Halkasını, Kolay Geçiş Koni Sistemi üzerine geçirin ve silindirin ağzına gelene kadar indirin.



Kolay Geçiş Koni Sistemini çıkarın ve Yastık Halkayı takın..



Penisinize, silindirin içine ve kasık tüylerinizin üzerine su bazlı jeli sürün.



Penisinizi, kullanıma hazır hale getirdiğiniz silindirin içine yerleştirin.



Vakumlama işlemini başlatın, modelinize bağlı olarak elektronik veya manuel



Sertleşme gerçekleşince, Ereksiyon Yardım Halkasını silindir üzerinden penis köküne aktarın. Vakumu boşalttıktan sonra silindiri çıkarabilirsiniz.

10 Kullanim TaliMatlari

(PENİL REHABİLİTASYON İÇİN)



Jeli, vakum silindirinin iç kenarlarına ve penis yüzeyinin tamamına sürün.



Penisi silindir içine yerleştirin. Manuel model için, motoru elinizle kavrayın ve yukarı-aşağı hareketler yapın. Elektronik model için 3. adımı takip edin.

Vakum ortamını yavaşça yaratmak için motoru 10 saniye çalıştırın, sonra 5-10 saniye bekleyin. Tam erekte olana kadar bunu tekrarlayın.



Sertleşince vakumu salmadan önce 30 saniye bekleyin. Biraz darlık ve basınç hissi normaldir ve beklenmektedir.



30 saniye sonra kırmızı düğmeye basarak silindir içindeki basıncı salın.



Penis yumuşak haline dönene kadar bekleyin ve yeniden tam erekte olana kadar başlat-durdur sürecini tekrarlayın.

11 Ortak Sorunlar Ve Çözümleri

PROBLEM	OLASI SEBEBİ	ÇARESİ	YORUMLAR
Erekte olamama	Hava sızıntısı ya da zayıf izolasyon nedeniyle yetersiz vakum	Daha fazla jel kullanın; cihazı vücudunuza iyice dayayın; kasık tüylerinizi kesin; cihazda hava sızıntısı olup olmadığını kontrol edin	Problem genellikle deneyimsizlikten kaynaklanmaktadır; cihazı kullanmayı daha iyi öğrenince ortadan kalkar
Yarı ereksiyon	Yeterince pratik yapılmamış olabilir	Cihazla daha fazla pratik yapmak gerekir	Genellikle cihaz kullanımında ustalaştıkça problem ortadan kalkar
Hızlı ereksiyon kaybı (5 dakikadan daha kısa sürede)	Hava sızıntısı, zayıf izolasyon, az kayganlık, çok fazla kasık tüyü ya da fazla geniş ereksiyon halkası nedeniyle yetersiz vakum	"Erekte olamama" ile aynı. Daha küçük ya da iki adet ereksiyon halkası kullanılmalı. Ereksiyon halkalarını çıkarırken çok dikkat etmek gerekir	Çeşitli boyutlardaki ereksiyon halkalarını denemek gerekebilir. Devam edebilmek için desteğe veya yardıma ihtiyacınız varsa doktorunuzla görüşebilirsiniz.
Testis torbasına ait derinin silindire doğru çekilmesi	Testislerin derisine jel gelmiş olabilir; pompalama tekniğinde hata olabilir, deneyim eksikliği olabilir	Testislere gelen jeli silin; pratik seanslarına devam edin; pompalama işlemi sırasında silindiri hafif aşağı bakacak şekilde tutun	Genellikle cihaz kullanımında ustalaştıkça problem ortadan kalkar
Pompalama sırasında rahatsızlık ya da acı	Aşırı hızlı pompalama; testis dokusunun çekilmesi	Daha yavaş pompalama; cihazı kullanmaya devam etme	Genellikle cihaz kullanımında ustalaştıkça problem ortadan kalkar
Ereksiyon Yardım Halkasının kendisi	Ereksiyon Yardım Halkası çok dar olabilir; fazla heyecanlı olabilirsiniz	Daha geniş bir Ereksiyon Yardım Halkası deneyin; cihazı kullanmaya devam edin	Genellikle cihaz kullanımında ustalaştıkça problem ortadan kalkar
İlişki sırasında	Az kayganlaşma; hassas bir bölgeye yapılan baskı	Daha fazla kayganlaştırıcı ; pozisyon değişiklikleri	
Boşalma sırasında	Seks yapmadan geçirilen uzun zaman ; prostat bezinin şişmesi ya da enfeksiyonu	Cihazı kullanmaya devam edin	Problem genellikle cihaz kullanımıyla ortadan kalkar; eğer acı ya da rahatsızlık sürerse doktorunuzla görüşün
Kızarma, tahriş ya da morarma	Hızlı pompalama; aşırı pompalama	Daha az pompalama ; yavaş pompalama	Eğer bu sorun ilk denemelerden sonra hala geçmezse doktorunuzla görüşün
Penis soğuk hissettiriyor (size veya partnerinize)	Penise giden kan akışında tıkanma; kayganlaştırıcı jel	Kayganlaştırıcıyı silin ya da kullanımdan önce ısıtın	
Penis bükülüyor	Penise giden kan akışında tıkanma	Eğer mümkünse cihazı kendi imkanlarınızla yarı erekte olduktan sonra kullanın	

12 Önlemler

Literatürde tanımlanan potansiyel riskler geçicidir ve şunları içerir: Peniste morarma, Peniste ağrı, Peniste uyuşma ve Boşalamama.

- **Androvacuum®'u** uygularken basınç hissedeceksiniz. Bu zararlı değildir. Fakat rahatsızlık hissediyorsanız, bu çok hızlı vakumladığınıza delalet olabilir. Tek yapmanız gereken manuel vakum azaltma düğmesine basmak, biraz beklemek ve yeniden başlamak.

- Ereksiyon Yardım Halkasını taktıktan sonra penisiniz hafif mavimsi renge sahip olabilir. Bu, penisteki kan miktarındaki artışa doğal bir tepki olarak belirebilir. Halkayı çıkardıktan sonra mavimsi rengin kaybolması gerekir.

- **Androvacuum®'u** ilk kullandığınızda bazı peteşiler (deri altında kırmızımsı noktalar) ya da penis üzerinde morarma fark edebilirsiniz. Bunun sebebi penisin çok uzun süre boyunca, çok hızlı bir şekilde ve çok fazla vakuma maruz kalması veya uzun bir dönem sonra ilk kez ereksiyona ulaşılması olabilir. Eğer bu meydana gelirse lekeler ya da morluklar tamamen kaybolana kadar, 5-7 boyunca **Androvacuum®'u** kullanmayı bırakın.

- Siz veya partneriniz penis ısısında hafif bir düşüş fark edebilirsiniz. Bu serinlik normaldir ve zararlı değildir. Ereksiyon halkasının sebep olduğu düşük kan dolaşımına verilen doğal bir tepkidir.

- Ereksiyonunuzda "eklemlenme" etkisi olabilir. Ereksiyon halkası takılıyken, penisiniz kök bölgesinden çeşitli açılarda bükülebilir. Eğer bu meydana gelirse, partnerinizle başarılı şekilde ilişkiye girmek için farklı pozisyonlar denemek zorunda kalabilirsiniz.

- Orgazm anında meni gelmiyorsa, bunun nedeni Ereksiyon Yardım Halkasının boşalma işlemini zorlaştırması olabilir. Bu zararlı değildir ve orgazmı etkilemez. Halka çıkarıldıktan sonra meni akabilir. Ereksiyon Yardım Halkaları birer doğum kontrol yöntemi değildir ve hamilelik önlemek için kullanılamaz.

- Penisi yerleştirdiğiniz silindir içinde buğulanma olabilir. Bunun sebebi yalnızca vücudunuzdan yayılan ısının su bazlı jel ile etkileşime girmesidir. Silindirin kullanımdan önce ılık sudan geçirilmesi ve kurulanması buğulanmayı engelleyebilir.

- **Androvacuum®** kullanımı, derinin hemen altındaki ya da penisin veya testislerin derin yapılarındaki kan damarlarını incitebilir veya çatlatabilir. Bu kanama veya kan oturmasına sebebiyet verebilir. Peniste bir miktar morarma ya da deri altında bazı kırmızımsı noktalar görürseniz çok endişelenmeyiniz. Eğer uzun süredir seks yapmadıysanız bunun olması muhtemeldir. Sorun ortadan kalkana kadar (5-6 gün boyunca) cihazı kullanmamalısınız. Cihazı tekrar kullanmaya başladığınızda ise, rahatsız hissedeceğiniz bir seviyede vakum uygulamayınız. Ereksiyon Yardım Halkasını çıkarırken suda çözünebilen bol miktarda kayganlaştırıcı jel kullanınız ve dikkatli olunuz.

- Ereksiyon bozukluğu semptomlarınız varsa (örneğin cinsel ilişkiye girecek kadar sertleşememe) bu cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Böylece bu soruna neden olan sebepleri olası bir zararlı gecikme yaşamadan keşfedebilirsiniz. Bu sorunun en yaygın problemleri arasında şeker hastalığı, çoklu skleroz, karaciğer sirozu, kronik böbrek yetmezliği ya da alkolizm bulunur.

- Ereksiyon Yardım Halkasını 30 dakikadan fazla takmayınız. Ağrıya, morarmaya, kan toplanmasına ya da peniste kalıcı bir hasara yol açabilir. Herhangi bir sorun yaşarsanız doktorunuza danışın ve sorununuz tekrarlanırsa cihazı kullanmayı bırakın.

- Eğer bu yönergeleri uygulamazsanız kişisel sakatlanmaya neden olabilirsiniz.

Androvacuum® ilişkinizle ilgili problemlerinizi çözmez ya da düşük cinsel dürtü, ciltte hissizleşme, erken boşalma ya da boşalamama gibi fiziksel sorunlarınızı düzeltmez.

Eğer Orak Hücre Özelliği ya da Hastalığı taşıyorsanız, kalıcı ereksiyon geçmişiniz varsa, ya da aspirin vb. kan inceltici ilaçlar alıyorsanız, **Androvacuum®'u** doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

- **Androvacuum®'un** ya da Ereksiyon Yardım Halkalarının yanlış kullanımı, varsa Peyroni Hastalığı (sertleşmiş peniste aşırı eğime ya da bozulmaya neden olan bir vaka), kalıcı ereksiyon ya da tıkalı idrar yolu gibi rahatsızlıklarınızı daha da kötüleştirebilir.

- **Androvacuum®'un** ya da Ereksiyon Yardım Halkalarının yanlış kullanımı peniste şişmeye ya da kalıcı sakatlığa neden olabilir.

- Ereksiyon Yardım Halkalarının sık kullanımı penis kökünde (penis gövdesinin kasıklarla buluştuğu bölgede) morarmaya, kan toplanmasına ya da ağrıya neden olabilir.

- Penis implantı çıkarma operasyonu geçirenlerin, olası yaralanma veya sakatlanma riskine karşı **Androvacuum®** kullanımında dikkatli olması gerekir. Vakum ortamını adım adım arttırmaya özen göstermeleri, penis üzerinde morarma ya da şekil bozukluğu olup olmadığına dikkat etmeleri önerilir.

PORTFOLIO

andropenis®

www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.

andropeyronie®

www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.

androvacuum®

www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.

andromedical®

andromedical.com/shop

Spare parts and accessories

andropharma®

www.andropharma.com

PENIS
Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR
Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE
Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: **www.andromedical.com**

© Copyright 1995-2023 Andromedical®, Madrid (Spain).