

Роздільнянська міська рада Роздільнянського району Одеської області
Комунальне некомерційне підприємство "Роздільнянська багатопрофільна лікарня"
Роздільнянської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі *Інтраоральний дентальний рентгенівський апарат*, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне некомерційне підприємство "Роздільнянська багатопрофільна лікарня" Роздільнянської міської ради вул.Європейська,1, м. Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область, 67400, ідентифікаційний код замовника в ЄДРПОУ: 01998851.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Інтраоральний дентальний рентгенівський апарат за показником національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини

UA-2025-03-12-009970-a

Вид процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями згідно пункту 3⁷ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі - Особливості)

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

454`417.00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі – комерційні пропозиції. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі : Інтраоральний дентальний рентгенівський апарат за показником національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

№	ВИМОГИ	Параметри
1	Режим роботи	Безперервний
2	Діапазон часу експозиції, не менше	0,01-3,2 с

3	Кількість кроків вибору часу експозиції, не менше	51
4	Анодна напруга, не менше 3-х параметрів на вибір	60, 65 або 70 кВ
5	Анодний струм, не менше	7 мА
6	Частота високовольтного генератора, не менше	70 кГц
7	Відстань від джерела до шкіри (SSD), не більше	20 см
8	Максимальна споживана потужність, не більше	840 Вт
9	Коліматор круговий, конусний, діаметр не більше	6 см
10	Загальна фільтрація, не менше	2 мм Al
11	Час експозиції встановлюється не вужче, ніж в межах	0,01-3,2 с
12	Кількість анатомічних зон, не менше 10:	Різець верхньої та нижньої щелепи, ікло/премоляр верхньої та нижньої щелепи, моляр верхньої та нижньої щелепи, оклюзійний верхньої та нижньої щелепи, прикус, ендодонтія
13	Ручний та автоматичний режим роботи	Наявність
14	Вибір типу пацієнта	Дорослий/дитина
15	Вибір типу приймача, не менше 3-х типів	Плівка, люмінофорна пластина, цифровий датчик
16	Кнопка запуску знімку	Безпроводна
17	Панель керування	Сенсорний екран
18	Можливість розміщення панелі керування	В кабінеті або за межами кабінету
19	Використання панелі керування замість кнопки запуску знімку	Наявність
20	Матеріал анода	Вольфрам
21	Кут нахилу анода, не менше	16°
22	Розмір фокусної плями, не менше	0,4
23	Довжина мобільного стенду з основою, не менше	92,5 см
24	Кут повороту голови, не менше	350°
25	Технологія датчика	CMOS з сцинтилятором CsI (TI)
26	Технологія контрольного фотодіода	Виявлення рентгенівського випромінювання автоматично
27	Розмір пікселя, не менше	20 мкм
28	Маркер орієнтації датчика	Наявність
29	Скошені краї датчика	Наявність
30	Розмір активної зони, не менше	20x30 мм
31	Одночасне підключення до ПК, не менше	3-х датчиків

32	Підключення до ПК	USB 2.0
33	Довжина кабелю USB, не менше	2,4 м
34	Друк 2D-зображень	Наявність
35	Імпорт/експорт 2D зображень	Наявність
36	Імпорт/експорт зображень у форматі DICOM	Наявність
37	TWAIN	Наявність
38	Формат зображень, що підтримуються	DICOM, DICOM необроблене зображення, JPG, BMP
39	Експорт з увімкненим переглядачем USB/CD/DVD	Наявність
40	Кількість включених ліцензій на робочі станції, не менше	10 ліцензій
41	Обробка зображень	Обрізка, корекція контрастності та яскравості, вимірювання, анотації, масштабування, обертання, користувацькі та встановлені фільтри
42	Рентгенівський апарат	Наявність
43	Робоча станція рентгенлаборанта (ноутбук)	• Windows 10 Pro • 8 ГБ оперативної пам'яті • Full HD 1920x1080 пікселів 16 мільйонів кольорів 32 біт оптимізовано • Екран 15" • Пам'ять SSD не менше 256 Гб • USB 3.0
44	Датчик, розмір 20x30	Наявність
45	Позиціонери для 4-х типів знімків	Наявність
46	Посібники з експлуатації апарату та датчика	Наявність
47	Посібник з експлуатації програмного забезпечення	Наявність
48	Підставка для ноутбука	Наявність

Строк поставки товару:

Протягом 2025 року.

Мета використання товару:

покращення якості надання медичних послуг .

Місце поставки товару:

вул.Європейська,1, м. Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область

Учасники враховують у вартості тендерної пропозиції всі витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків та інших обов'язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством, на товари, згідно специфікації, які пропонують поставити.

Уповноважена особа



Ольга Житник