

Роздільнянська міська рада Роздільнянського району Одеської області
Комунальне некомерційне підприємство "Роздільнянська багатопрофільна лікарня"
Роздільнянської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі *Обладнання для стерилізації та дезінфекції*, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне некомерційне підприємство "Роздільнянська багатопрофільна лікарня" Роздільнянської міської ради вул.Європейська,1, м. Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область, 67400, ідентифікаційний код замовника в ЄДРПОУ: 01998851.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Обладнання для стерилізації та дезінфекції за показником національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

UA-2025-03-20-013415-a

Вид процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями згідно пункту 3⁷ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі - Особливості)

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

12 923 333, 00 з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі – комерційні пропозиції. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі : Обладнання для стерилізації та дезінфекції за показником національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

№ з/п	Найменування	Од. виміру	К-сть
1.	Низькотемпературний плазмовий стерилізатор	компл	1
2.	Автоматична мийно-дезінфікуюча машина	шт	1
2.	Паровий стерилізатор	шт	1
4.	Генератор аерозолів для проведення заключної дезінфекції приміщень сухим туманом	шт	2

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ НА
Низькотемпературний плазмовий стерилізатор

№ з/п	Медико-технічна вимога	Наявність функції або величина характеристики/параметра
1.	Тип апарата	Низькотемпературний плазмовий стерилізатор - 1 шт
1.1	Можливість проведення стерилізації наступних високотехнологічних медичних виробів:	- Жорсткі та гнучкі ендоскопи - Волоконні світловодні кабелі - Оптичні вироби та приладдя - Зонди та датчики - Електропровідні шнури та кабелі - Ендоскопічні інструменти
1.2	Стерилізуючий агент	Розчин перекису водню
1.3	Концентрація стерилізуючого агента	Не менше ніж 55%, але й не більше ніж 60%
1.4	Фасування стерилізуючого агента	Капсули в касетах
1.5	Матеріал стерилізаційної камери	Алюміній
1.6	Форма стерилізаційної камери	Прямокутна
1.7	Вага стерилізатора	Не більше 600 кг
1.8	Габаритні розміри стерилізатора	Ширина: не більше 860 мм Глибина: не більше 1 100 мм Висота: не більше 1 800 мм
1.9	Корисний об'єм стерилізаційної камери	Не менше 150 л
1.10	Розміри стерилізаційної камери	Ширина: не менше 480 мм Глибина: не менше 775 мм Висота: не менше 405 мм
1.11	Наявність ногового керування дверима	Наявність
1.12	Вбудований інкубатор для контролю якості стерилізації	Наявність
1.13	Подвійні прохідні двері стерилізаційної камери	Наявність
1.14	Автоматичне слайдове відкривання та закривання дверей стерилізаційної камери	Наявність
1.15	Наявність різних за часом програм стерилізації	Наявність
1.16	Кількість довгих циклів стерилізації, на які розрахована одна касета із капсулами перекису водню	Не менше 5 циклів
1.17	Кількість коротких циклів стерилізації, на які розрахована одна касета із капсулами перекису водню	Не менше 10 циклів
1.18	Час стерилізації довгого циклу стерилізації	Не більше ніж 55 хв.
1.19	Час стерилізації короткого циклу стерилізації	Не більше ніж 35 хв.

1.20	Робоча температура стерилізаційної камери	Не більше 60°C
1.21	Термін придатності касет із перекисом водню	Не менше 2 років з дати виготовлення
1.22	Інформаційний кольоровий сенсорний РК-екран із діагоналлю не менше 20 см	Наявність
1.23	Вбудований принтер	Наявність
2.	Касета	Касети з перекисом водню для низькотемпературного плазмового стерилізатора - 10 пак
2.1	Стерилізуючий агент	Розчин перекису водню
2.2	Фасування стерилізуючого агента	Капсули в касетах
2.3	Концентрація стерилізуючого агента	Не менше ніж 55%, але й не більше ніж 60%
2.4	Кількість капсул в одній касеті	Не менше 10
2.5	Кількість касет в одному пакунку	Не менше 5
2.6	Кількість довгих циклів стерилізації, на які розрахована одна касета із капсулами перекису водню	Не менше 5 циклів
2.7	Кількість коротких циклів стерилізації, на які розрахована одна касета із капсулами перекису водню	Не менше 10 циклів
2.8	Термін придатності касет із перекисом водню	Не менше 2 років з дати виготовлення

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ НА
Автоматичну мийно-дезінфікуючу машину

№ з/п	Медико-технічна вимога	Наявність функцій або величина характеристики/параметру
1.	Тип машини	Машина мийно-дезінфікуюча
2.	Можливість проведення мийки та дезінфекції наступних виробів:	- Металеві інструменти - Скляні вироби - Пластикові вироби - Гумові вироби
3.	В комплект до машини, що пропонується, повинні входити наступні допоміжні вироби:	1) Завантажувальний візок – 2 шт. 2) Завантажувальна стійка для миття – 1 шт.
4.	Роз'єм кріплення завантажувального візка безпосередньо до машини	Наявність
5.	Кількість рівнів завантажувальної стійки для миття	Не менше ніж 4
6.	Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь
7.	Матеріал камери	Нержавіюча сталь
8.	Прямокутна форма камери	Наявність
9.	Вага машини	Не більше 470 кг
10.	Габаритні розміри машини	Ширина: не більше 950 мм Глибина: не більше 1 050 мм

		Висота: не більше 1 850 мм
11.	Корисний об'єм камери	Не менше 500 л
12.	Розміри камери	Ширина: не менше 730 мм Глибина: не менше 770 мм Висота: не менше 890 мм
13.	Максимальне завантаження кожного рівня завантажувальної стійки для миття	Не менше 20 кг
14.	Кількість робочих програм (режимів)	Не менше 3
15.	Прохідні дверцята камери	Наявність
16.	Прозорість дверцят камери	Наявність
17.	Автоматичне відкривання та закривання дверцят камери	Наявність
18.	Етап сушки в циклі мийки та дезінфекції	Наявність
19.	Температура миття	Не менше ніж 30°C, але й не більше ніж 95°C
20.	Можливість регулювання температури миття	Наявність
21.	Температура сушки	Не менше ніж 55°C, але й не більше ніж 120°C
22.	Можливість регулювання температури сушки	Наявність
23.	Час стандартного циклу мийки та дезінфекції	Не більше 45 хв.
24.	Витрати води	Не більше 25 л/хв.
25.	Витрати ензимів	Не більше 130 мл/цикл
26.	Можливість регулювання витрат ензимів	Наявність
27.	Сенсорний LCD екран	Наявність
28.	Вбудований принтер	Наявність

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ НА
Паровий стерилізатор

№ з/п	Медико-технічна вимога	Наявність функції або величина характеристики/параметру
1.	Тип апарата	Стерилізатор паровий
2.	Клас автоклава	Клас В
3.	Тип охолодження стерилізатора	Водне
4.	Матеріал обшивки	Нержавіюча сталь AISI 316L
5.	Товщина матеріалу обшивки	Не менше 3 мм
6.	Габаритні розміри стерилізатора	Ширина: не більше 1 200 мм Глибина: не більше 1 650 мм Висота: не більше 1 950 мм
7.	Об'єм стерилізаційної камери	Не менше 570 л
8.	Форма стерилізаційної камери	Прямокутна
9.	Розміри стерилізаційної камери	Ширина: не менше 665 мм Глибина: не менше 1 300 мм Висота: не менше 660 мм

10.	Матеріал стерилізаційної камери	Нержавіюча сталь AISI 316L
11.	Товщина матеріалу стерилізаційної камери	Не менше 6 мм
12.	Вага апарата	Не більше 1 200 кг
13.	Наявність кольорового сенсорного РК дисплею керування	Наявність
14.	Вбудований принтер	Наявність
15.	Кількість програм для стерилізації	Не менше 7
16.	Прохідні дверцята стерилізаційної камери	Наявність
17.	Автоматичне розсувне відкривання дверцят стерилізаційної камери	Наявність
18.	Матеріал дверцят стерилізаційної камери	Нержавіюча сталь AISI 316L
19.	Гідрофобний фільтр на шляху системи скиду використаної води	Наявність
20.	В комплект до стерилізатора повинні входити наступні допоміжні комплектувальні вироби:	1) Завантажувальний кошик: 1 шт. 2) Завантажувальний візок: 2 шт.
21.	Розміри завантажувального візка	Ширина: не більше 540 мм Глибина: не більше 1 270 мм Висота: не більше 670 мм
22.	Кнопка аварійної зупинки	Наявність
23.	Можливість захисту обладнання від стороннього втручання за допомогою пароллю	Наявність
24.	Повітряний НЕРА-фільтр	Наявність

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ НА
Генератор аерозолів для проведення заключної дезінфекції приміщень сухим туманом

№ з/п	Медико-технічна вимога	Наявність функції або величина характеристики/параметру
1.	Призначення апарата	Генератор аерозолів призначений для розпорошення дезінфікуючих засобів через форсунку під дією стисненого повітря для дезінфекції приміщень в лікарні
2.	Автоматичність приладу	Генератор аерозолів має бути автоматичним приладом
3.	Лічильник робочих циклів / сервісного обслуговування	Наявність
4.	Вбудований термогігрометр	Наявність
5.	Датчики роботи двигуна	Наявність
6.	Стійкість зовнішніх поверхонь приладу до багаторазової санітарної обробки	Наявність
7.	Стійкість металевих частин приладу до корозійного впливу	Наявність
8.	Матеріал форсунки	Нержавіюча сталь
9.	Габаритні розміри приладу	Ширина: не більше 450 мм

		Глибина: не більше 600 мм Висота: не більше 1 100 мм
10.	Потужність приладу	Не більше 400 Вт
11.	Мережева напруга	В межах 220-250 В
12.	Дисперсність	Не більше 25 мкм
13.	Об'єм сумісної каністри для дезінфікуючого засобу	Не менше 4 л
14.	Захист від досягнення стану точки роси	Наявність
15.	Блокування старту при несприятливих умовах	Наявність
16.	Аварійне вимкнення приладу	Наявність
17.	Багатофункціональна кнопка з можливістю обертання та натискання	Наявність
18.	Можливість вибору з різних режимів дезінфекції	Наявність
19.	Кольоровий LCD дисплей	Наявність
20.	Відображення наступної інформації на дисплеї: відносна вологість та температура в приміщенні, об'єм самого приміщення, час роботи приладу, режим дезінфекції, необхідна кількість дезінфікуючого засобу, попередження про помилки	Наявність
21.	Зворотний відлік часу до початку дезінфекції	Наявність
22.	Рівень витрати дезінфектанту	Не більше 10 мл/м3
23.	Функція автоматичного дозування дезінфектанту в залежності від запущеної програми	Наявність
24.	Наявність не менш 4-х коліс, мінімум два з яких повинні бути поворотними та мати функцію блокування	Наявність

Строк поставки товару:

Протягом 2025 року.

Мета використання товару:

Покращення якості медичних послуг .

Місце поставки товару:

вул.Європейська,1, м. Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область

Учасники враховують у вартості тендерної пропозиції всі витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків та інших обов'язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством, на товари, згідно специфікації, які пропонують поставити.

Уповноважена особа



Ольга Житник