

Роздільнянська міська рада Роздільнянського району Одеської області
Комунальне некомерційне підприємство "Роздільнянська багатопрофільна лікарня"
Роздільнянської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ

**технічних та якісних характеристик закупівлі розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі**

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами)*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань, його категорія:**

Комунальне некомерційне підприємство "Роздільнянська багатопрофільна лікарня"
Роздільнянської міської ради вул.Європейська,1, м. Роздільна, Роздільнянський район,
Одеська область, 67400, ідентифікаційний код замовника в ЄДРПОУ: 01998851.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі
поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви
відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за
наявності):**

*Безпечний троакар, перехідник, трубка для аспірації, коагуляційний електрод, полімерні
лігатурні кліпси, касета для зарядки інструментів хірургічних зшиваючих, дзеркало носове,
дзеркало горлове, лоток ниркоподібний, пінцет вушний, холедохолітоекстрактор, контейнер
для стерилізації за показником національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний
закупівельний словник" – 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків*

UA-2025-03-31-010715-a

Вид процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями згідно пункту 3⁷ прикінцевих та перехідних положень Закону
України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням
положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей
здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом
України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та
протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі
- Особливості)

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

936 763, 00 з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі – комерційні
пропозиції. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним
та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року.

*Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі —
технічні вимоги до предмета закупівлі : Безпечний троакар, перехідник, трубка для аспірації,
коагуляційний електрод, полімерні лігатурні кліпси, касета для зарядки інструментів
хірургічних зшиваючих, дзеркало носове, дзеркало горлове, лоток ниркоподібний, пінцет
вушний, холедохолітоекстрактор, контейнер для стерилізації за показником національного
класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 33160000-9 -
Устаткування для операційних блоків*

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ НА

№ з/п	Код НК 024:2023	Найменування виробу, що закуповується	Од. виміру	Кількість	Медико технічні вимоги
1	37148 Канюля для лапароскопічного доступу, багаторазового використання	Безпечний троакар з магнітним клапаном та фіксацією, 10х95 мм	шт	10	клапан магнітний типу "таблетка"; тип стилету: безпечний (лезо прикривається); тип канюлі: з різьбою для фіксації в тканинах; внутрішній діаметр: 5 мм; довжина канюлі: 90 ± 10 мм; наявність у комплекті додаткового силіконового ремкомплекту; можливість автоклавування при 134°C / 2 бари.;
2	37148 Канюля для лапароскопічного доступу, багаторазового використання	Безпечний троакар з магнітним клапаном та фіксацією, 5х95 мм	шт	10	клапан магнітний типу "таблетка" тип стилету: безпечний (лезо прикривається) тип канюлі: з різьбою для фіксації в тканинах внутрішній діаметр: 10 мм довжина канюлі: 90 ± 10 мм наявність у комплекті додаткового силіконового ремкомплекту можливість автоклавування при 134°C / 2 бари.
3	37148 Канюля для лапароскопічного доступу, багаторазового використання	Перехідник (95 mm (мм) для троакару 5-10 mm (мм))	шт	3	тип: вставка або «ромашка»; діаметр: з 10 мм на 5 мм; довжина: 95 мм ; можливість автоклавування 134C, 2 бари.
4	37148 Канюля для лапароскопічного доступу, багаторазового використання	Перехідник накидний для троакару 5-10 мм	шт	3	тип: накидний (вдягається на шийку троакару); діаметр: з 10 мм на 5 мм; наявність у комплекті додаткового силіконового ремкомплекту; можливість автоклавування 134C, 2 бари.
5	47342 Лапароскопічна канюля для зрошення/відсмоктування	Трубка для аспірації іригації з важільним механізмом	шт	3	Тип механізму: важільний з триступінчатим регулюванням. Діаметр трубок у комплекті: 5 мм та 10 мм. Довжина робочої частини: 330 мм. Можливість автоклавування при 134°C / 2 бари.
6	33596 Ендоскопічний електрохірургічний наконечник/електрод монополярний багаторазовий	Коагуляційний електрод, типу гачок	шт	4	діаметр: 5 мм; довжина: 330 мм; форма робочої частини: гачок; керамічний наконечник; тип коагуляції: монополярний; можливість автоклавування при 134°C / 2 бари.
7	33596 Ендоскопічний електрохірургічний наконечник/електрод монополярний багаторазовий	Коагуляційний електрод, типу шарик	шт	4	діаметр: 5 мм; довжина: 330 мм; форма наконечника: шарик; керамічний наконечник; тип коагуляції: монополярний; можливість автоклавування при 134°C / 2 бари.
8	35615 Скоба хірургічна, що не розсмоктуються	Полімерні лігатурні кліпси, що не розсмоктуються, розмір L, 6 шт/касета	шт	30	Зшиваюча скоба по типу Hem-o-Lok, полімерна, розмір L, товщина захвату судин або тканин 5-13 мм, апертура відкритої кліпси не більше 7,49 мм, довжина закритої кліпси не більше 12,50 мм, висота кліпси не більше 10,69 мм, по 6 шт у касеті, стерильні.
9	35615 Скоба хірургічна, що не розсмоктуються	Полімерні лігатурні кліпси, що не розсмоктуються, розмір XL, 6 шт/касета	шт	30	Зшиваюча скоба по типу Hem-o-Lok, полімерна, розмір XL, товщина захвату судин або тканин 7-16 мм, апертура відкритої кліпси не більше 9,07 мм, довжина закритої кліпси не більше 17,37 мм, висота кліпси не більше 14,83 мм, по 6 шт у касеті, стерильні.
10	59870 Степлер лінійний ручний різальний для відкритих операцій одноразового використання	Касета для зарядки інструментів хірургічних зшиваючих	шт	20	Стерильні одноразові касети з ножем до лінійних зшиваючих апаратів з технологією DST Series, що накладають два подвійних ряди титанових скоб, які розташовані в шаховому порядку, висота скріпки 3,8 мм, довжина шва 60мм.
11	35350 Носове дзеркало багаторазового застосування	Дзеркало носове по Hartmann. Довжина губок 2,2 см	шт	20	Дзеркало носове по Hartmann. Довжина губок 2,2 см
12	35350 Носове дзеркало багаторазового застосування	Дзеркало носове по Hartmann. Довжина губок 3,0 см	шт	20	Дзеркало носове по Hartmann. Довжина губок 3,0 см

13	35330 Носове дзеркало багаторазового застосування	Дзеркало носове по Hartmann-Halle. Довжина губок 4,0 см	шт	20	Дзеркало носове по Hartmann-Halle. Довжина губок 4,0 см
14	33431 Дзеркало ларингеальне	Дзеркало горлове і носоглоткове. Діаметр 22,0 мм	шт	10	Дзеркало горлове і носоглоткове. Діаметр 22,0 мм
15	33431 Дзеркало ларингеальне	Дзеркало горлове і носоглоткове. Діаметр 25,0 мм	шт	10	Дзеркало горлове і носоглоткове. Діаметр 25,0 мм
16	42893 Лоток загального призначення багаторазового використання	Лоток ниркоподібний. Довжина 26,0 см	шт	20	Лоток ниркоподібний. Довжина 26,0 см
17	62466 Щипці хірургічні для м'яких тканин у формі пінцета багаторазового використання	Пінцет вушний по Troeltsch, горизонтально - зігнутий, анатомічний. Довжина 15,0 см	шт	5	Пінцет вушний по Troeltsch, горизонтально - зігнутий, анатомічний. Довжина 15,0 см
18	62466 Щипці хірургічні для м'яких тканин у формі пінцета багаторазового використання	Пінцет вушний по Lucas, багнетоподібний анатомічний. Довжина 14,0 см	шт	5	Пінцет вушний по Lucas, багнетоподібний анатомічний. Довжина 14,0 см
19	46715 Балонний катетер для видалення жовчних каменів	Холедохолітоекстракт ор, діаметр 2,0 мм	шт	10	Балонний холедохолітоекстрактор призначений для видалення невеликих конкрементів із жовчних проток. За допомогою цього пристосування камені підводяться до рани холедоха і «вивільняються» з неї.
20	46715 Балонний катетер для видалення жовчних каменів	Холедохолітоекстракт ор, діаметр 2,7 мм	шт	10	Балонний холедохолітоекстрактор призначений для видалення невеликих конкрементів із жовчних проток. За допомогою цього пристосування камені підводяться до рани холедоха і «вивільняються» з неї.
21	48062 Контейнер для системи хімічної дезінфекції медичних інструментів	Контейнер для стерилізації 285x280x100 мм	шт	5	Застосовується для зберігання і стерилізації медичних інструментів. Контейнер не перфорований. Контейнер поставляється в комплекті з кришкою, дротяним кошиком та кришкою для дротяного кошика. Ручка на контейнері ергономічної форми для більш зручного перенесення. Спеціальні защіпки для надійної фіксації кришки. Зашчіпок має бути дві. Кришка контейнера має спеціальні отвори для проходження пару (перфорацію). Кришка контейнера з'єднується з корпусом за допомогою механізму кріплення. Розміри контейнера: Довжина контейнера 285 мм Ширина контейнера 280 мм Висота контейнера 100 мм. Розміри кришки для контейнера: Довжина кришки 285 мм Ширина кришки 280 мм. Розміри дротяного кошика: Довжина контейнера 255 мм Ширина контейнера 245 мм Висота контейнера 70 мм. Розміри кришки для дротяного кошика: Довжина кришки 255 мм Ширина кришки 245 мм.

Строк поставки товару:

Протягом 2025 року.

Мета використання товару:

Покращення якості медичних послуг.

Місце поставки товару:

вул.Європейська,1, м. Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область

Учасники враховують у вартості тендерної пропозиції всі витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків та інших обов'язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством, на товари, згідно специфікації, які пропонують поставити.

Уповноважена особа



Ольга Житник