

Роздільнянська міська рада Роздільнянського району Одеської області
Комунальне некомерційне підприємство "Роздільнянська багатoproфільна лікарня"
Роздільнянської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі *Лабораторні реактиви*, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами)

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадськ
формувань, його категорія:

Комунальне некомерційне підприємство "Роздільнянська багатoproфільна лікарня"
Роздільнянської міської ради вул.Європейська,1, м. Роздільна, Роздільнянський район
Одеська область, 67400, ідентифікаційний код замовника в ЄДРПОУ: 01998851.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі
поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви
відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (в разі
наявності):

Лабораторні реактиви за показником національного класифікатора України ДК 021:20
"Єдиний закупівельний словник" – 33690000-3 - Лікарські засоби різні
UA-2025-03-31-012289-a

Вид процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями згідно пункту 3⁷ прикінцевих та перехідних положень Закону
України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням
положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей
здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом
України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні
протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надає
- Особливості)

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

2 760 969, 00 з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі – комерційна
пропозиція. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним
та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року.

*Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета
закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі : Лабораторні реактиви за показником
національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" –
33690000-3 - Лікарські засоби різні*

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

№	Товар	Од.	Кіль- ть	Вимоги
1.	Сечовина (4*35 мл + 2*18 мл)	паков	30	R1:Трис - буфер 120 ммоль/л ADP 750 ммоль/л Уреаза ≥40 КОд/л GLDH ≥0.4 КОд/л R2:NADN 1.2 ммоль/л α-оксоглутарат 25 ммоль/л
2.	Креатинін (2*27 мл + 1*18 мл)	паков	35	R1: CRTase 40 КОд/л Саркозин Окситаза >7 КОд/л Аскорбінової кислоти оксидаза 2 КОд/л Каталаза >100 КОд/л ESPMT 0.47 КОд/л

				R 2: Креатинкіназа >400 кОд/л Пероксидаза >50 кОд/л 4-аміноантипирин - 2.95 ммоль/л
3.	Сечова кислота (4*40 мл + 2*20 мл)	паков	5	R1: Фосфатний буфер 70 ммоль/л Пероксидаза 5000 Од/л Аскорбатоксидаза 3000 Од/л TOOS 0.72 ммоль/л R2: Фосфатний буфер 70 ммоль/л Пероксидаза 10000 Од/л 4-ААР 1.7 ммоль/л Уріказа 750 Од/л
4.	Лужна фосфатаза (4*35 мл + 2*18 мл)	паков	5	R1: Буфер AMP 435 ммоль/л, Магнію ацетат 2.5 ммоль/л, Цинку сульфат 1.2 ммоль/л R2: п-нітрофенілфосфат 60 ммоль/л
5.	Кальцій (4*40 мл)	паков	5	Фосфатний буфер 50 ммоль/л 8-гідрокінолін-5-сульфонова кислота 5 ммоль/л
6.	Альбумін (4*40мл)	паков	3	R : Цитратний буфер 30 ммоль/л Бромкрезоловий зелений 0.26 ммоль/л ПАР < 1.5 г/л
7.	Білок загальний (4*40 мл)	паков	15	Калій-Натрій тартрат 32 ммоль/л Натрію гідроксид 200 ммоль/л Калію йодид 30 ммоль/л Міді сульфат 12 ммоль/л
8.	С-реактивний білок (1*40 мл + 1*10 мл)	паков	30	R1: Трис-буфер 100 ммоль/л PEG 0.26 ммоль/л ПАР <2% (м/о) R2: Трис-буфер 100 ммоль/л Антитіла до CRP людини (козячі) В залежності від титру
9.	Ревматоїдний фактор II* (C)	паков	15	R1: Трис-буфер 20 ммоль/л Асептичний засіб 0.95 г/л R2: Суспензія часток латексу, вкритих γ-глобуліном людини 15 ммоль/л Асептичний засіб 0.95 г/л Калібратор Контроль якості
10.	Антистрептолізін СП-О*(C) ASO II kit (120, CE, cal)	паков	15	R1: Трис-буфер 20 ммоль/л NaCl 150 ммоль/л Асептичний засіб 0,95 г/л R2: Суспензія часток латексу, вкритих стрептолізином О 15 ммоль/л Асептичний засіб 0,95 г/л
11.	Креатинкіназа-MB (2*35 мл + 1*18 мл)	паков	10	R1: Імідазольний буфер -100 ммоль/л, Глюкоза -20 ммоль/л, N-ацетилцистеїн (NAC)- 0.2 ммоль/л, Магнію ацетат -10 ммоль/л, ЕДТО -2 ммоль/л, NADP-2 ммоль/л, AMP-5 ммоль/л, НК->4 Од/мл, Поліклональні козячі антитіла до білка людини -2000 Од/LCK-MM R2: Креатинфосфат-30 ммоль/л, ADP -2 ммоль/л, G-6-PDH ->2.8 Од/мл
12.	Контроль ClinChem (рівень1) (10*5мл)	паков	5	Ліофілізований контрольний матеріал на основі людської сироватки

13.	Контроль ClinChem (рівень 2) (10×5мл)	паков	5	Ліофілізований контрольний матеріал на основі людської сироватки
14.	Мультикалібратор (20×3мл)	паков	1	Ліофілізований калібратор на основі сироватки. Використовується у біохімічних системах Mindray BS для калібрування при кількісному визначенні рутинних параметрів сироватки
15.	Калібратор Специфічний білок (5×1 мл)	паков	2	Специфічний білковий калібратор – це рідкий калібратор на основі сироватки. Концентрації компонентів калібратора специфічні для кожної партії продукту.
16.	Калібратор Креатинкіназа-MB (3×1мл)	паков	2	Калібратор СК-MB – це ліофілізований калібратор на основі сироватки людини. Активність компонентів калібратора специфічна для кожної партії продукту.
17.	HDL-холестерин (1×40мл+1×14мл)	паков	12	R1: Буфер Гуда 100 ммоль/л Холестеринестераза 600 Од/л Холестериноксідаза 380 Од/л Каталаза 600 КОд/л HDAOS 0.42 ммоль/л R2: Буфер Гуда 100 ммоль/л 4-аміноантипирин 1.0 ммоль/л Пероксідаза >2.8 Од/мл ПАР <2%
18.	LDL-холестерин (1×40 мл + 1×14 мл)	паков	12	R1: Буфер Гуда 50 ммоль/л Холестеринестераза 600 Од/л Холестериноксідаза 500 Од/л Каталаза 600 КОд/л TOOS 2 ммоль/л R2: Буфер Гуда 50 ммоль/л 4-аміноантипирин 4 ммоль/л Пероксідаза 4 Од/мл
19.	Тригліцериди (4×40 мл)	паков	6	Фосфатний буфер 50 ммоль/л 4-Хлорфенол 5 ммоль/л АТР 2 ммоль/л Mg2+ 4.5 ммоль/л Гліцерокіназа ≥ 0.4 Од/мл Пероксідаза ≥ 0.5 Од/мл Ліпопротеїнова ліпаза ≥ 1.3 Од/мл 4-аміноантипирин 0.25 ммоль/л Гліцерин-3-фосфатоксідаза ≥ 1.5 Од/мл
20.	Калібратор Ліпіди (5×1 мл)	паков	2	Калібратор для визначення ліпідів містить аполіпопротеїн A1, аполіпопротеїн В, холестерин HDL-C, холестерин LDL-C
21.	Гамаглутамінтрансфераза ГГТ (4×35мл+2×18мл)	паков	4	R1:Трис-буфер 100 ммоль/л Гліцил-гліцин 150 ммоль/л R2: L-у-глутаміл-3-карбоксі-4-нітроанлід 20 ммоль/л
22.	Очищувальний розчин «Probe Cleanser» (50 мл)	шт	120	АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ: - Поверхньо - активні речовини < 2,0 г/л - Гіпохлорид натрію < 100,0 г/л - Гідроксид натрію < 100,0 г/л
23.	Реагент DS Diluent (20л)	шт	35	Розчин для розведення зразків крові, підрахування та визначення клітин крові.
24.	Реагент "M-6 LD Lyse" 1л	шт	30	Призначений для лізису еритроцитів та обробки лейкоцитів при вимірюванні параметрів клітин крові.

				Повинен бути адаптований для аналізаторів BC, виробництва Mindray.
25	Реагент "M-6 LN Lyse" 1л	шт	30	Призначений для лізису еритроцитів при вимірюванні параметрів клітин крові та сприяє фарбуванню ядровмісних еритроцитів. Повинен бути адаптований для аналізаторів BC, виробництва Mindray.
26	Реагент "M-6 LH Lyse" 1л	шт	20	Призначений для лізису еритроцитів, ізоляції гемоглобіну з еритроцитів та перетворення його в метгемоглобін, що дає можливість вимірювати пов'язані з гемоглобіном параметри колометричним методом. Повинен бути адаптований для аналізаторів BC, виробництва Mindray.
27	Реагент "M-6 FD Dye" 1 x 12мл	паков	60	Призначений для фарбування лейкоцитів при використанні разом з лізуючим розчином. Повинен бути адаптований для аналізаторів BC, виробництва Mindray.
28	Реагент "M-6 FN Dye" 1 x 12мл	паков	60	Призначений для фарбування ядровмісних еритроцитів при використанні разом з лізуючим розчином. Бере участь в вимірюванні параметрів ретикулоцитів з використанням технології аналізу клітин SF Cube. Повинен бути адаптований для аналізаторів BC, виробництва Mindray.
29	Контрольний матеріал BC-6D високий рівень 4,5 мл	флак	6	Аналізований контроль цільної крові, розроблений для моніторингу значень на багатопараметричних гематологічних лічильниках клітин. Загальноприйнятою лабораторною практикою є використання стабільного контролю для моніторингу виконання діагностичних тестів. Цей контроль складається зі стабільних матеріалів, які забезпечують засоби моніторингу ефективності гематологічних лічильників клітин крові. Зразок береться так само, як і зразок пацієнта. Діагностичний реагент in vitro, що складається з людських еритроцитів, імітованих лейкоцитів і тромбоцитів ссавців, суспендованих у плазмоподібній рідині з консервантами.
30	Контрольний матеріал BC-6D низький рівень 4,5 мл	флак	6	Аналізований контроль цільної крові, розроблений для моніторингу значень на багатопараметричних гематологічних лічильниках клітин. Загальноприйнятою лабораторною практикою є використання стабільного контролю для моніторингу виконання діагностичних тестів. Цей контроль складається зі стабільних матеріалів, які забезпечують засоби моніторингу ефективності гематологічних лічильників клітин крові. Зразок береться так само, як і зразок пацієнта. Діагностичний реагент in vitro, що складається з людських еритроцитів, імітованих лейкоцитів і тромбоцитів ссавців, суспендованих у плазмоподібній рідині з консервантами.
31	Контрольний матеріал BC-6D нормальний рівень 4,5 мл	флак	6	Аналізований контроль цільної крові, розроблений для моніторингу значень на багатопараметричних гематологічних лічильниках клітин. Загальноприйнятою лабораторною практикою є використання стабільного контролю для моніторингу виконання діагностичних тестів. Цей контроль складається зі стабільних матеріалів, які забезпечують

				засоби моніторингу ефективності гематологічних лічильників клітин крові. Зразок береться так само, як і зразок пацієнта. Діагностичний реагент in vitro, що складається з людських еритроцитів, імітованих лейкоцитів і тромбоцитів ссавців, суспендованих у плазмоподібній рідині з консервантами.
32.	Очищувач розчин	шт	60	Прозорий розчин без частинок. Провідність: 350 ± 50 $\mu\text{S/cm}$
33.	Авто кювети (1000pcs/roll, 1BOX=1roll)	шт	40	Кювета для аналізатора автоматичного коагулометра, кожна кювета містить одну сталеву кульку. Кювета вироблена з прозорого полістиролу, а кулька – з нержавіючої сталі. Характеристики кювети: § Довжина: $17.8\text{мм} \pm 20\text{мм}$ § Ширина: $4.8\text{мм} \pm 0.15\text{мм}$ § Висота: $14.6\text{мм} (+0.15\text{мм}, -0.20\text{мм})$ Характеристики сталевих кульок: § Діаметр: $2.381\text{мм} (+0.03\text{мм}, -0.02\text{мм})$
34.	АЧТЧ 6x4 мл 480 тестів	шт	11	Складається з реагенту АЧТЧ і CaCl_2 . Основні компоненти реагенту АЧТЧ включають 0,45% цефаліну, 2% діоксиду кремнію, 0,02% поверхнево-активної речовини CHAPS і 3% маніту; CaCl_2 означає розчин CaCl_2 з концентрацією 0,025 моль/л.
35.	Фібриноген 6x4 мл 480 тестів	шт	11	Складається з тромбінового реагенту та імідазолового буфера. Основні компоненти тромбіну включають 0,09% тромбіну, 0,01% хлориду кальцію, 3% маніту і 2% бичачого сироваткового альбуміну; імідазоловий буфер - це 5% імідазоловий буфер.
36.	Протромбіновий час 6x4 мл 240 тестів	шт	21	Складається з реагенту ПЧ та буфера для розчинення. Основні компоненти реагенту ПЧ включають 2% порошку з кролячого мозку, 0,01% хлориду кальцію, 3% маніту та 2% бичачого сироваткового альбуміну; буфер для розчинення являє собою 5% трис-буфер.
37.	Контрольна плазма Норма 12x1 мл	шт	5	Цитратна антикоагулянтна плазма
38.	Контрольна плазма Патологія 12x1 мл	шт	5	Цитратна антикоагулянтна плазма

Строк поставки товару:

Протягом 2025 року.

Мета використання товару:

Проведення лабораторних досліджень .

Місце поставки товару:

вул.Європейська,1, м. Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область

Учасники враховують у вартості тендерної пропозиції всі витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків та інших обов'язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством, на товари, згідно специфікації, які пропонують поставити.

Уповноважена особа



Ольга Житник