

Роздільнянська міська рада Роздільнянського району Одеської області
Комунальне некомерційне підприємство "Роздільнянська багатопрофільна лікарня"
Роздільнянської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами)

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань, його категорія:**

Комунальне некомерційне підприємство "Роздільнянська багатопрофільна лікарня"
Роздільнянської міської ради вул.Європейська,1, м. Роздільна, Роздільнянський район,
Одеська область, 67400, ідентифікаційний код замовника в ЄДРПОУ: 01998851.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі
поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви
відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за
наявності):**

Система водопідготовки за показником національного класифікатора України ДК 021:2015
"Єдиний закупівельний словник" – 42910000-8 - Апарати для дистилювання, фільтрування чи
ректифікації

UA-2025-04-04-011762-a

Вид процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями згідно пункту 3⁷ прикінцевих та перехідних положень Закону
України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням
положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей
здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом
України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та
протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі
- Особливості)

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

719 166 , 00 з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі – комерційні
пропозиції. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним
та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року.

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета
закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі : Система водопідготовки за
показником національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний
словник" – 42910000-8 - Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації**

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількіс-
1	Система водопідготовки	комплект	1

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

№ з/п	Найменування параметру, функції або характеристики ¹	Необхідне значення параметра або наявність функції
1.		
1.1	Продуктивність	Не менше 3 м³/год
1.2	Вихідний тиск	До 4,5атм

1.3	Частотний перетворювач	Наявність
1.4	Захист від сухого ходу	Наявність
1.5	Система електронного керування роботою насоса	Наявність
2.		
2.1.	Ступінь фільтрації	Не більше 20 мкм
2.2	Принцип фільтрації	Картридж
3.		
3.1	Продуктивність	Не менше 3,0 м ³ /година
3.2	Автоматичний клапан керування для систем фільтрації	Наявність
3.3	Автоматична регенерація потоком реагента	Наявність
3.4	Автоматична регенерація по об'єму з використанням таблетованої солі	Наявність
3.5	Бак для солі об'ємом 100 л	Наявність
3.6	Фільтруючі загрузки	Наявність
3.7	Клапан виробництва ЕС або США	Наявність
4.		
4.1	Продуктивність	Не менше 1,2 м ³ /година
4.2	Автоматичний клапан керування для систем фільтрації	Наявність
4.3	Фільтруюча загрузки	Наявність
4.4	Клапан виробництва ЕС або США	Наявність
5.		
5.1.	Призначення до використання	Загальне призначення
5.2	Продуктивність	Не менш 450 л/год
5.3	Наявність автоматичного запуску роботи	Наявність
5.4	Наявність автоматичної гідравлічної промивки мембран	Наявність
5.5	Наявність дисплею	Наявність
5.6	Наявність індикації на дисплеї наступних параметрів: -Електропровідність очищеної води -Температура	Наявність
5.7	Наявність індикатору потоку очищеної води	Наявність
5.8	Наявність індикатору тиску на лінії концентрату	Наявність
5.9	Наявність індикатору тиску на лінії рециркуляції концентрату	Наявність
5.10	Матеріал виготовлення несучої рами та панелі приладів	Сталева рама, покрита порошковою фарбою
5.11	Максимальний тиск насосу	8,0 бар
5.12	Мембрана з селективністю не менше 99,0%	Наявність
5.13	Наявність індикатору несправності	Наявність
5.14	Наявність системи аварійного захисту від «сухого ходу» та високого тиску	Наявність
5.15	Продуктивність виходу води	Не менше 470 л/год при температурі води +15°C
6.		
6.1	Об'єм накопичувальних баків запасу для очищеної води	Не менше 1000л

6.2	Матеріал виготовлення пластик харчової групи	Наявність
7		
7.1	Продуктивність	Не менше 3 м³/год
7.2	Вихідний тиск	До 4,5атм
7.3	Частотний перетворювач	Наявність
7.4	Захист від сухого ходу	Наявність
7.5	Система електронного керування роботою насоса	Наявність
8.		
8.1	Пропускна здатність	Не менш 1,2 м.куб на годину
8.2	Блок керування та індикації	наявність
8.3	Циркуляційний насос з хімічностійкою робочою частиною	наявність
8.4	Окремий контур рециркуляції	наявність
9		
9.1	Продуктивність	Не менше 1м³/година
9.2	Електропровідність вихідної води одної ступені зворотного осмосу	Не більше 5 мксм/см

Строк поставки товару:

Протягом 2025 року.

Мета використання товару:


Покращення якості медичних послуг .

Місце поставки товару:

вул.Європейська,1, м. Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область

Учасники враховують у вартості тендерної пропозиції всі витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків та інших обов'язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством, на товари, згідно специфікації, які пропонують поставити.

Уповноважена особа



Ольга Житник