

Роздільнянська міська рада Роздільнянського району Одеської області
Комунальне некомерційне підприємство "Роздільнянська багатoproфільна лікарня"
Роздільнянської міської ради

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами)

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань, його категорія:

Комунальне некомерційне підприємство "Роздільнянська багатoproфільна лікарня"
Роздільнянської міської ради вул.Європейська,1, м. Роздільна, Роздільнянський район,
Одеська область, 67400, ідентифікаційний код замовника в ЄДРПОУ: 01998851.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у
разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви
відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за
наявності):

Стимулятор нервовий (нейростимулятор) для периферичної регіонарної анестезії за
показником національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний
словник" – 33150000-6 — Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та
фізичної терапії

UA-2025-05-29-002532-a

Вид процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями згідно пункту 3⁷ прикінцевих та перехідних положень Закону
України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням
положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей
здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених
Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в
Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. №
1178 (надалі - Особливості)

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

131 015,00з ПДВ.Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі – комерційні
пропозиції. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним
та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року.

*Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета
закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі : Стимулятор нервовий
(нейростимулятор) для периферичної регіонарної анестезії за показником національного
класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 33150000-6 —
Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії*

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА ВИМОГИ

8.

1. Стимулятор нервовий (нейростимулятор) для периферичної регіонарної анестезії У
КОМПЛЕКТИ З ГОКАМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

№	Вимоги	Наявність функцій або параметру
1. Загальні вимоги		
1.1	Інструкція по використанню українською мовою	Наявність

2. Технічні характеристики		
2.1	Графічний дисплей	Відображення: • діапазону сили струму • довжини імпульсу стимуляції • частоти стимуляції • електричного опору в контурі • індикатора зарядки батареї • сили струму імпульсу стимуляції Можливість зміни контрастності дисплею
2.2	Можливість зміни діапазону сили струму	Наявність
2.3	Максимальна сила струму	5 мА
2.4	Можливість зміни довжини імпульсу стимуляції	0,05 – 0,1 – 0,3 – 0,5 – 1,0 мс
2.5	Звукова сигналізація	Наявність
2.6	Кабель для під'єднання витратних матеріалів	Наявність
3. Інше		
3.1	Тип живлення	9В. змінна батарея

2. Голки для проведення провідникової анестезії та блокади периферичного нерва та точного виявлення певних нервових ділянок до комплекту до Стимулятора нервового (нейростимулятора) для периферичної регіонарної анестезії

№ п/п	Параметр та вимоги
2.1.	Загальна характеристика та показання застосування
	- Блокада нервового сплетіння та периферичного нерва з використанням електричної стимуляції нерва та/або ультразвуку відповідно для точного виявлення певних нервових ділянок. - Нервові блокади використовуються як анестезія у випадках хірургічних втручань, а також для знеболення верхніх і нижніх кінцівок за допомогою різних технік виконання блокади.
2.2	Технічні характеристики:
2.2.1	- Використовувані матеріали ПВХ, АБС, ПЕ, ПА, ПП, ППК, нержавіюча сталь
2.2.2.	- Наявність маркування довжини (кожний 1 см); - Наявність додаткового маркування: 0,5 см — 1 вузьке кільце / 5 см — 1 широке кільце / 10 см — 2 широких кільця
2.3.	Можливість застосування ультразвуку
2.4.	<u>Розміри та кількість голок, визначених замовником, що повинні входити у склад комплекту товару, що є предметом даної закупівлі:</u> - <u>Голки для провідникової анестезії 22G x 50 мм. – 25 шт.</u> - <u>Голки для провідникової анестезії 22G x 80 мм. – 25 шт.</u> - <u>Голки для провідникової анестезії 20G x 100 мм. – 25 шт.</u>

Строк поставки товару:

Протягом 2025 року.

Мета використання товару:

Покращення якості медичних послуг.

Місце поставки товару:

вул.Європейська, 1, м. Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область

Учасники враховують у вартості тендерної пропозиції всі витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків та інших обов'язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством, на товари, згідно специфікації, які пропонують поставити.

Уповноважена особа



Ольга Житник