

Роздільнянська міська рада Роздільнянського району Одеської області
Комунальне некомерційне підприємство "Роздільнянська багатoproфільна лікарня"
Роздільнянської міської ради

ОБГРУНТУВАННЯ

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне некомерційне підприємство "Роздільнянська багатoproфільна лікарня"
Роздільнянської міської ради вул.Європейська,1, м. Роздільна, Роздільнянський район,
Одеська область, 67400, ідентифікаційний код замовника в ЄДРПОУ: 01998851.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Електрокардіограф

за показником національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання
UA-2025-10-30-013392-a

Вид процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями згідно пункту 3⁷ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі - Особливості)

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

89 682, 00 грн без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі – комерційні пропозиції. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі : Електрокардіограф за показником національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

Розділ 1. Специфікація

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Електрокардіограф	шт	3

Розділ 2

Технічні, якісні та кількісні характеристики товару

№	Опис вимог
1.	3-канальний електрокардіограф
2.	Наявність дисплею кольорового, розміром не менше 320×240 мм.

3.	Наявність вбудованої літієвої акумуляторної батареї 2500 мАг, 14,8В
4.	Наявність запобіжників Т400mАН250V, Ø5 × 20mm
5.	Наявність матричного термопринтеру, АЧХ запису ≤150 Гц
6.	Підтримка рулоного або фальцованого термопаперу шириною 80мм
7.	Швидкість руху паперу не гірше: 5 мм/с, 6,25 мм/с, 10 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с
8.	Одночасна реєстрація та посилення сигналу ЕКГ в 12 відведеннях, одночасне відображення і запис кривих по 3 каналам.
9.	Наявність режимів: АВТО, Ручний, РИТМ і аналізу інтервалу R-R
10.	Частотна характеристика: 0,05–150 Гц (–3 дБ)
11.	Чутливість: 2,5 мм/мВ, 5 мм/мВ, 10 мм/мВ, 20 мм/мВ, 10/5 мм/мВ, та АРП
12.	Фільтр ДПФ: 0,05 Гц / 0,15 Гц / 0,25 Гц / 0,32 Гц / 0,5 Гц / 0,67 Гц
13.	Фільтр ЕМГ: 25 Гц / 35 Гц / 45 Гц / вимикання
14.	Фільтр НЧ: 150 Гц/100 Гц/75 Гц
15.	Наявність функції розпізнавання частоти серцевих скорочень, методом розпізнавання піків
16.	Діапазон розпізнавання частоти серцевих скорочень 30-300 уд/хв, похибка ± 1 уд/хв.
17.	Наявність функції вимірювання та інтерпретації
18.	Збереження ЕКГ-записів не менше 200
19.	Наявність авто збереження. значення В ЕКГ або На диск USB
20.	Наявність роз'єму входу/виходу сигналів на зовнішній пристрій.
21.	Можливість передачі даних ЕКГ у програмне забезпечення ПК через послідовний кабель, мережевий кабель (додатковий, лише для пристрою мережевого типу) або бездротову точку доступу (додаткова).
22.	Наявність USB порту для копіювання та зберігання електрокардіограм
23.	Наявність роз'єму RS232
24.	Розмір не більше 290 × 220 × 85мм
25.	Вага не більше 2 кг (без урахування маси паперу і акумуляторної батареї)
26.	Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців
27.	Наявність сертифікату від компанії виробника електрокардіографа, про проходження навчань сервісного інженера
28.	Інструкція з експлуатації українською або російською мовою
29.	Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів (надати копію)
30.	Сертифікат про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів (надати копію)

Строк поставки товару:

Протягом 2025 року.

Мета використання товару:

Покращення якості медичних послуг .

Місце поставки товару:

вул.Європейська,1, м. Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область

Учасники враховують у вартості тендерної пропозиції всі витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків та інших обов'язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством, на товари, згідно специфікації, які пропонують поставити.

Уповноважена особа

Ольга Житник