

Роздільнянська міська рада Роздільнянського району Одеської області  
Комунальне некомерційне підприємство "Роздільнянська багатопрофільна лікарня"  
Роздільнянської міської ради

### ОБҐРУНТУВАННЯ

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Комунальне некомерційне підприємство "Роздільнянська багатопрофільна лікарня" Роздільнянської міської ради вул.Європейська,1, м. Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область, 67400, ідентифікаційний код замовника в ЄДРПОУ: 01998851.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

*Лабораторні реактиви за показником національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник 33690000-3 - Лікарські засоби різні*  
UA-2026-03-03-014645-a

**Вид процедури закупівлі:**

Відкриті торги з особливостями згідно пункту 3<sup>7</sup> прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі - Особливості)

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

**187 000.00 грн з ПДВ.** Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі – комерційні пропозиції. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року.

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі : Лабораторні реактиви за показником національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник**

№ п/п	Найменування товару	Код національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»	Опис одиниці товару, не гірше	Од. виміру товару	К-сть. в одиницях виміру	Відповідність* (Так/Ні)
1	GBG Lab Реагент Diluent B-30D Код: B-30D	58237 Буферний розчинник зразків IVD (діагностика in vitro), автоматичні/напівавт	Набір до складу якого входить полімерний флакон з 20 л. рідини в картонній коробці для виконання досліджень на автоматичному	шт..	12	

		оматичні системи	гематологічному аналізаторі GBG Lab Модель:1810. Наявність в кожній коробці реагентної картки, що сумісна з системою кодової ідентифікації реагентів програми керування цього аналізатора.			
2	GBG Lab Реагент Lyse B-30LH Код: B-30LH	61165 Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика in vitro)	Набір до складу якого входить пластиковий флакон з 500 мл реагенту для лізису клітин, що використовується для проведення досліджень на автоматичному гематологічному аналізаторі GBG Lab Модель:1810. Наявність в кожній коробці реагентної картки, що сумісна з системою кодової ідентифікації реагентів програми керування цього аналізатора.	шт.	12	
3	Реагент Cleaner CM Код:80-40-001	59058 Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/напівавтоматизованих систем	Набір до складу якого входить полімерний флакон з 100 мл. рідини, що призначена для очищення пробозабірника та магістральних каналів автоматичного гематологічного аналізатора GBG Lab Модель:1810	шт.	5	
4	Розчин для контролю рівень норма	55866 Підрахунок клітин крові IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	Контрольний матеріал, рівень норма, для виконання досліджень контролю якості на автоматичному гематологічному аналізаторі GBG Lab Модель 1810. До складу набору має входити два флакони контрольного матеріалу.	набір	6	
5	Розчин для контролю рівень норма	55866 Підрахунок клітин крові IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	Контрольний матеріал, патологія низький рівень, для виконання досліджень контролю якості на автоматичному гематологічному аналізаторі GBG Lab Модель 1810. До складу набору має входити два флакони контрольного матеріалу.	набір	6	
6	Розчин для контролю рівень норма	55866 Підрахунок клітин крові IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	Контрольний матеріал, патологія високий рівень, для виконання досліджень контролю якості на автоматичному гематологічному аналізаторі GBG Lab Модель 1810. До складу набору має входити два флакони контрольного	набір	6	

			матеріалу.			
--	--	--	------------	--	--	--

**Строк надання послуг:**

Протягом 2026 року.

**Мета:**

Для надання медичної допомоги пацієнтам КНП «Роздільнянська БПЛ».

**Уповноважена особа**

**Ольга Житник**