

Роздільнянська міська рада Роздільнянського району Одеської області
Комунальне некомерційне підприємство "Роздільнянська багатoproфільна лікарня"
Роздільнянської міської ради

ОБГРУНТУВАННЯ

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі**

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами)*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань, його категорія:**

Комунальне некомерційне підприємство "Роздільнянська багатoproфільна лікарня"
Роздільнянської міської ради вул. Європейська,1, м. Роздільна, Роздільнянський район,
Одеська область, 67400, ідентифікаційний код замовника в ЄДРПОУ: 01998851.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі
поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви
відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за
наявності):** *Технічне обслуговування аналізаторів за показником національного
класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник 50420000-5 «Послуги
з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання»
UA-2026-08-28-011637-а*

Вид процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями згідно пункту 3⁷ прикінцевих та перехідних положень Закону
України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням
положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей
здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом
України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та
протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі
- Особливості)

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

167 290,00 грн без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі – комерційні
пропозиції. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним
та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року.

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі —
технічні вимоги до предмета закупівлі :** *Технічне обслуговування аналізаторів за
показником національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний
словник 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного
та хірургічного обладнання»*

№	Найменування послуги	Кількість послуг, шт.
1	Технічне обслуговування аналізатора гематологічного автоматичного BC-6000 (TU-43003711) з	

	використанням профілактичного набору	
-	Технічний огляд та виявлення несправностей	1
-	Очистка вентиляторів	1
-	Очистка клапанів систем зливу	1
-	Очистка резервуарів з відходами	1
-	Очистка зовнішніх поверхонь аналізатора	1
-	Перевірка тиску в системі	1
-	Перевірка напруги в системі	1
-	Перевірка дозуючих шприців	1
-	Перевірка роботи системи подачі штативів	1
-	Перевірка герметичності гідросистеми	1
-	Перевірка пневмосистеми	1
-	Очистка гідросистеми	1
-	Заміна пробозабірної голки (за необхідності) в залежності від кількості циклів	1
2	Технічне обслуговування аналізатора біохімічного автоматичного BS-240 (YX-48009620) з використанням профілактичного набору	
	Технічний огляд та виявлення несправностей	2
	Очистка пилових екранів (за необхідності)	2
	Очистка вентиляторів (за необхідності)	2
	Очистка промивних станцій	2
	Очистка резервуару деіонізованої води (за необхідності)	2
	Очистка резервуару промивного розчину (за необхідності)	2
	Очистка відсіку для проб/реагентів (за необхідності)	2
	Очистка зовнішніх поверхонь аналізатора (за необхідності)	2
	Спеціальна промивка	2
	Очистка міксера	2
	Перевірка, зовнішня/внутрішня очистка пробозабірної голки	2
	Заміна фільтру деіонізованої води	1
	Заміна фільтру промивного розчину	1
	Заміна прокладки пробозабірної голки (за необхідності)	1
	Заміна лампи	2
	Перевірка (заміна за необхідності, не більше 1р. на рік) шприца реагентів та проб	1
	Видалення повітря з шприца реагентів та проб (за необхідності)	2
	Перевірка кювет	2
	Перевірка фотометра	2
	Перевірка насоса для відходів (за необхідності)	2
	Перевірка шприца деіонізованої води	2
	Перевірка шприца промивного розчину	2
3	Технічне обслуговування аналізатора біохімічного автоматичного BS-430	

	(YW-43009280) з використанням профілактичного набору	
	Технічний огляд та виявлення несправностей	2
	Очистка пилових екранів (за необхідності)	2
	Очистка вентиляторів (за необхідності)	2
	Очистка промивних станцій	2
	Очистка резервуару деіонізованої води (за необхідності)	2
	Заміна серединного фільтру деіонізованої води (за необхідності) резервуару	2
	Очистка резервуару промивного розчину (за необхідності)	2
	Очистка відсіку для проб/реагентів (за необхідності)	2
	Очистка зовнішніх поверхонь аналізатора (за необхідності)	2
	Спеціальна промивка	2
	Очистка міксера	2
	Перевірка, зовнішня/внутрішня очистка пробозабірної голки	2
	Перевірка, зовнішня/внутрішня очистка голки забору реагентів	2
	Заміна фільтру деіонізованої води	1
	Заміна фільтру промивного розчину	1
	Заміна прокладки пробозабірної голки (за необхідності)	1
	Заміна лампи	2
	Заміна зношених/забруднених трубок гідравлічної системи	1
	Перевірка (заміна за необхідності, не більше 1р. на рік) шприца реагентів та проб	1
	Перевірка (заміна за необхідності, не більше 1р. на рік) шприца дозування реагентів	1
	Видалення повітря з шприца реагентів та проб (за необхідності)	2
	Перевірка (заміна за необхідності) кювет	1
	Перевірка блоку подачі води (за необхідності)	1
	Перевірка фотометра	2
	Перевірка насоса для відходів (за необхідності)	2
	Перевірка шприца деіонізованої води	2
	Перевірка шприца промивного розчину	2
4	Технічне обслуговування хемілюмінісцентного імунологічного аналізатора CL-900i (BK2-36001041) з використанням профілактичного набору	
	Технічний огляд та виявлення несправностей	2
	Очистка кришки резервуару промивного буферу	2

	Чистка оптопар та змащування рухомих елементів (за необхідності)	1
	Перевірка/очистка шприців промивного буферу	2
	Очистка пилових екранів	2
	Очистка маніпулятора для захоплення кювет	2
	Заміна пружини маніпулятора	1
	Заміна трубок перистальтичної помпи (для CL-900i нової генерації)	1
	Перевірка (заміна за необхідності, не більше 1р. на рік) голок подачі субстрату	1
	Перевірка/очистка зливного резервуару блоку субстратів	1
	Очистка вентиляторів	1
	Перевірка повітряної помпи	2
	Перевірка/очистка дисперсійної каруселі	1
	Калібрування сенсора виявлення бульбашок повітря в промивному буфері	1
	Перевірка струмів охолоджуючих пластин	2
	Перевірка, зовнішня/внутрішня очистка пробозабірної голки	1
	Очистка отвору вортексера, промивної станції	1
	Очистка (заміна за необхідності, не більше 1р. на рік) аспіраційних голок дисперсійної каруселі	2
	Очистка дозуючих голок дисперсійної каруселі	2
	Процедура щоденної очистки	1
	Діагностичні тести для перевірки функціонування системи	2

Строк надання товару/послуг:

Протягом 2026 року.

Мета: Забезпечення безперебійної роботи, запобігання раптовим поломкам та продовження терміну експлуатації.

Уповноважена особа

Ольга Житник